



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 1485 DEL 24 SET. 2019

Oggetto: Appalto specifico per la Fornitura di N. 1 Telecomandato Digitale dotato di scopia, per la UOC di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Crotona, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs n.50, mediante Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) "Per la fornitura di Apparecchiature elettromedicali".

Il Direttore Generale f.f. Maria Pompea Bernardi, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnici/Amministrativi

STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica

Il Direttore dell'U.O.C. . Provveditorato, Economato, Gestione Logistica propone al Commissario l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti

Il Direttore U.O.C.
Paola Grandinetti

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnici/Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
Dott. Giuseppe Fico

PREMESSO

CHE il Dirigente Responsabile f.f. della UOC di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Crotone, ha richiesto un telecomandato digitale dotato di scopia, in quanto in radiologia vi sono solo due diagnostiche, insufficienti a smaltire la mole di lavoro ed un solo apparecchio attualmente funzionante per l'esecuzione degli esami contrastografici;

CHE il Direttore Generale f.f. sulla suddetta richiesta ha apposto il visto per l'autorizzazione all'acquisto;

CONSIDERATO:

che il Decreto per la Sanità Calabria n. 35, del 30 aprile 2019, convertito in Legge N. 60 del 25.06.2019, al comma sei, titolo I, prescrive che gli Enti del SSR della Calabria, devono procedere ai propri acquisti e forniture avvalendosi di procedure di gara espletate da altri Enti aggregatori, oppure mediante i sistemi della CONSIP-ANAC ;

che il D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06.07.2012 concernente "disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 165/2001, di fare ricorso alla piattaforma telematica della CONSIP S.p.A., società interamente partecipata dal MEF, che ha, tra l'altro il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa per le Pubbliche Amministrazioni;

che la UOC Provveditorato, Economato, Gestione Logistica ha, pertanto, verificato se l'appalto di cui al presente atto deliberativo fosse oggetto di Convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. in applicazione dell'art. 26, c.1, della Legge n. 488/1999 e si è riscontrato che non sussiste alcuna Convenzione relativamente alla fornitura di detta apparecchiatura elettromedicale;

che si è, peraltro, rilevato che la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e Finanze, ha pubblicato sulla G.U.R.I. n. 70 del 20.06.2016 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea un Bando per l'istituzione di un Sistema Dinamico di acquisizione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 50/2016, per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la Fornitura di Apparecchiature Elettromedicali cui le singole Amministrazioni possono fare ricorso mediante Appalto specifico sulla piattaforma telematica della Consip S.p.A.;

PRESO ATTO:

Che, al fine di acquistare n. 1 telecomandato digitale, categoria merceologica CPV 33111000-1, per la UOC di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Crotone, si rende necessario indire, ai sensi degli artt. 55,58 e 61 del richiamato decreto legislativo, un Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di acquisizione pubblicato da Consip S.p.A., da espletarsi mediante la piattaforma elettronica Consip - Acquisti in rete della PA;

Che la base d'asta presunta per l'acquisto di n. 1 Telecomandato Digitale,

categoria merceologica CPV 33111000-1, ammonta ad €. 190.000,00, oltre IVA e detta procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 secondo la ripartizione del punteggio tecnico ed economico indicato nelle schede tecniche dell'Appalto specifico;

Che alla procedura, che si svolgerà sulla piattaforma elettronica Consip - Acquisti in rete della PA, verranno invitati a presentare offerta entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla trasmissione della Lettera di invito generata dal sistema, gli operatori economici ammessi alla categoria merceologica oggetto dell'Appalto Specifico;

Che le modalità di svolgimento della procedura, nonché le norme di partecipazione alla stessa sono descritte nel Capitolato d'Oneri mentre le caratteristiche tecniche delle diverse apparecchiature elettromedicali, contraddistinte dal CPV di categoria merceologica sono contenute nel Capitolato Tecnico;

RITENUTO che, per le motivazioni in premessa esplicitate, si possa :

1. Procedere all'indizione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 55,58 e 61 del D.Lgs n. 50/2016, di un Appalto Specifico per l'acquisto n. 1 telecomandato digitale, categoria merceologica CPV 33111000-1, per la UOC di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Crotona, nell'ambito del Sistema Dinamico di acquisizione (SDAPA) pubblicato da Consip S.p.A., da espletarsi mediante la piattaforma elettronica Consip - Acquisti in rete della PA;
2. Approvare la documentazione di gara sottoelencata, che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo, sebbene non tutta materialmente allegata:
 - a) Documenti generali relativi al " Bando per l'istituzione di un sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 50/2016, per la Fornitura di Apparecchiature Elettromedicali alle Pubbliche Amministrazioni, quali, in particolare Capitolato d'Oneri e Capitolato Tecnico istitutivi del Sistema Dinamico di Acquisizione e relativi allegati;
 - b) Lettera di invito generata automaticamente dal sistema;
 - c) Capitolato Tecnico generato automaticamente dal sistema;

VISTI:

il D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06.07.2012 concernente "disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"

l'art. 55, 58 e 61 del D.Lgs n. 50/2016

PROPONE

Per quanto in premessa specificato e descritto che qui si intende integralmente riportato:

1. PROCEDERE all'indizione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 55,58 e 61 del D.Lgs n. 50/2016, di un Appalto Specifico per l'acquisto n. 1 telecomandato digitale dotato di scopia, categoria merceologica CPV 33111000-1, per la UOC di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Crotona, nell'ambito del Sistema Dinamico di acquisizione (SDAPA) pubblicato da Consip S.p.A., da espletarsi mediante la piattaforma elettronica Consip - Acquisti in rete della PA;
2. APPROVARE la documentazione di gara relativa al " Bando per l'istituzione di un sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 50/2016, per la Fornitura di Apparecchiature Elettromedicali alle Pubbliche Amministrazioni, quali, in particolare Capitolato d'Oneri e Capitolato Tecnico che costituiscono parte integrante del presente atto deliberativo;
3. DARE ATTO che la spesa presunta per la suddetta fornitura ammonta ad €.190.000,00 IVA esclusa e sarà impegnata con la delibera di aggiudicazione;
4. DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria al versamento di Euro 225,00 in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, mediante MAV (pagamento mediante avvisi) secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC del 22-12-2015 , previo impegno di spesa sul Conto 501.2.105 del Bilancio e con riferimento al seguente numero di gara: _____ ;
5. AUTORIZZARE il Direttore della UOC Provveditorato, Economato, Gestione Logistica, già registrato quale Punto ordinante sul sito della CONSIP S.p.A. ed in possesso di firma digitale, a generare sulla piattaforma digitale della Consip un Appalto Specifico finalizzato all'acquisto n. 1 telecomandato digitale dotato di scopia, categoria merceologica CPV 33111000-1, per la UOC di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Crotona;
6. Nominare Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il Dott. Giancarlo Pizzuti.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Referente Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.


Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.


DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.


Il Direttore Amministrativo



Il Referente Sanitario



Il Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Maria Pompea Bernardi



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 24 SET. 2019 con protocollo n.

136

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
COLL. AMM VO PROF.
Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano



**CAPITOLATO D'ONERI PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART.
55 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI**

ID 1622



INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI.....	4
1.1 Premessa	4
1.2 Reperibilità della documentazione	4
1.3 Responsabile del procedimento	5
1.4 Comunicazioni e informazioni all'ANAC	5
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA:.....	5
AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA	
AMMINISTRAZIONE	5
2.1 Finalità e funzionamento del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione	5
2.2 Categorie merceologiche e classi di ammissione	5
2.3 Durata	9
2.4 Valore stimato	9
2.5 Criterio di scelta del contraente	9
2.6 Sicurezza.....	10
2.7 Ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione	10
2.8 Richiesta d'informazioni	10
2.9 Lingua della documentazione da produrre.....	10
2.10 Codice identificativo della gara (CIG)	11
3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE	11
3.1 Condizioni per l'ammissione: Registrazione.....	11
3.2 Soggetti ammessi a presentare "Domanda di ammissione"	11
3.3 Condizioni per l'ammissione: Domanda di ammissione	12
3.4 Consorzi fra società cooperative, Consorzi stabili e Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (d'ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica.....	12
4. REDAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA' DI INVIO	13
4.1 Procedura per l'invio della domanda di ammissione	13
4.2 Contenuto della domanda di ammissione.....	14
4.3 Procura	16
4.4 Atti relativi ai Consorzi e alle Aggregazioni con soggettività giuridica	17
4.5 Modalità di invio dei documenti relativi alla procedura e loro forma	17
4.6 Garanzia provvisoria e pagamento del contributo all'A.N.AC.	17
5. AMMISSIONE ALLO SDAPA E AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI ...	17
5.1 Valutazione delle domande di ammissione	17
5.1.1 Procedimento di ammissione nella prima applicazione del Capitolato d'Oneri	18
5.1.2 Procedimento di ammissione a regime	19
5.1.3 Fase transitoria	19
5.2 Conclusione dell'attività di valutazione della Consip: ammissione o diniego	19
5.3 Efficacia e durata dell'ammissione allo SDAPA.....	19
5.4 Aggiornamento e rinnovo delle dichiarazioni rilasciate ai fini dell'ammissione	20
5.5 Accesso	21
6. GLI APPALTI SPECIFICI	21
6.1 Oggetto del singolo Appalto Specifico	21
6.2 L'invio della lettera di invito.....	21

Versione giugno 2016 – Classificazione Consip Public

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016
per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali ID 1622



6.3	Partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), Consorzi ordinari, Aggregazioni senza soggettività giuridica al singolo Appalto Specifico, Avvalimento	24
6.4	L'invito al confronto concorrenziale, la presentazione delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto	24
7.	IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE E GLI STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI	25
7.1	Il Sistema informatico di e-procurement	25
7.2	Gestore del Sistema	26
7.3	Area comunicazioni	26
8.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
9.	CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. N. 231/2001 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.....	29
10.	REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA	29
	ALLEGATI.....	30



1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura per l'istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche "SDAPA") per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali (ID 1622), di cui alla determina pubblicata sul sito www.consip.it.

La procedura è indetta dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, come da Bando inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 13/06/2016, e pubblicato sul "profilo del committente" www.acquistinretepa.it (di seguito, per brevità anche solo "Sito") e www.consip.it nonché sul sito www.mef.gov.it.

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme alle prescrizioni dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, come dettagliatamente descritto al successivo paragrafo 7, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle domande di ammissione allo SDAPA, d'analisi e valutazione delle stesse e di ammissione degli operatori, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Capitolato d'Oneri.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.1;
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
- il possesso e l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata;
- la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; ii) un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

1.2 Reperibilità della documentazione

La documentazione ufficiale della procedura è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dai siti www.mef.gov.it, www.acquistinretepa.it e www.consip.it.

Sul profilo del committente e sui siti Internet sopra indicati è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente. Eventuali rettifiche al Bando verranno pubblicate secondo le modalità di legge nonché sui siti indicati al punto I.1 del Bando.



1.3 Responsabile del procedimento

Per la presente procedura è designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, l'ing. Marco Amenta.

Resta ferma la competenza di ciascuna Amministrazione in ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento e l'eventuale direttore dell'esecuzione, relativamente a ciascuna procedura di appalto specifico (d'ora in poi anche AS) svolta nell'ambito del presente SDAPA e al relativo contratto di fornitura eventualmente concluso.

1.4 Comunicazioni e informazioni all'ANAC

La Consip S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'AVCP n. 1 del 10/01/2008. Le singole stazioni appaltanti eseguiranno le medesime comunicazioni per le procedure di appalto specifico e per la fase di esecuzione dei singoli contratti.

2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA: AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1 Finalità e funzionamento del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione

La presente procedura ha ad oggetto l'ammissione degli operatori economici allo SDAPA per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali, alle condizioni stabilite nel Bando, nel presente Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione allegata. Per l'aggiudicazione nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta.

Il presente SDAPA è suddiviso nelle categorie merceologiche e nelle classi di ammissione, meglio descritte al successivo paragrafo 2.2, ed è volto alla costituzione per ciascuna categoria di un elenco di operatori economici, in possesso dei prescritti requisiti.

Tali operatori saranno di volta in volta invitati dalle Stazioni Appaltanti a presentare offerta per l'aggiudicazione di specifici contratti, che abbiano ad oggetto le prestazioni indicate nelle categorie, di valore superiore o inferiore alla soglia comunitaria.

2.2 Categorie merceologiche e classi di ammissione

Il presente SDAPA è suddiviso in n. 8 (otto) differenti categorie merceologiche.

Nell'ambito di ciascuna categoria merceologica, gli operatori economici verranno classificati in funzione della propria capacità economico-finanziaria, secondo il seguente dettaglio:



F	Euro 3.000.000,01 e Euro 4.000.000,00.
G	superiore a euro 4.000.000,00.

6) CATEGORIA MERCEOLOGICA: ORTOPANTOMOGRAFI

La categoria merceologica "Ortopantomografi" comprende le apparecchiature radiologiche impiegate nelle bioimmagini dei denti, delle arcate dentarie, delle ossa mandibolari e mascellari e dei seni mascellari su un'unica bioimmagine.

CLASSI:	- aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione un fatturato specifico per forniture di apparecchiature per uso in radiologia medica compreso tra:
A	Euro 0,00 e Euro 200.000,00.
B	Euro 200.000,01 e Euro 500.000,00.
C	Euro 500.000,01 e Euro 1.000.000,00.
D	Euro 1.000.000,01 e Euro 2.000.000,00.
E	Euro 2.000.000,01 e Euro 3.000.000,00.
F	Euro 3.000.000,01 e Euro 4.000.000,00.
G	superiore a euro 4.000.000,00.

7) CATEGORIA MERCEOLOGICA: PORTATILI PER RADIOGRAFIA

La categoria merceologica "Portatili per radiografia" comprende le apparecchiature radiologiche impiegate per effettuare esami radiologici e indagini diagnostiche sia in sale radio-protette sia in corsia. L'apparecchiatura si caratterizza per ridotto ingombro e facilità di trasporto. Viene, quindi, utilizzata prevalentemente nei casi in cui il paziente non può essere trasportato nei reparti di radiologia per l'esecuzione degli esami.

CLASSI:	- aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione un fatturato specifico per forniture di apparecchiature per uso in radiologia medica compreso tra:
A	Euro 0,00 e Euro 200.000,00.
B	Euro 200.000,01 e Euro 500.000,00.
C	Euro 500.000,01 e Euro 1.000.000,00.
D	Euro 1.000.000,01 e Euro 2.000.000,00.
E	Euro 2.000.000,01 e Euro 3.000.000,00.
F	Euro 3.000.000,01 e Euro 4.000.000,00.
G	superiore a euro 4.000.000,00.

8) CATEGORIA MERCEOLOGICA: TELECOMANDATI

La categoria merceologica "Telecomandati" comprende le apparecchiature, con ampia movimentazione automatica del tavolo, impiegate nella diagnostica per immagini radiologiche tradizionali.

CLASSI:	- aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
----------------	---

Versione giugno 2016 – Classificazione Consip Public

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali ID 1622



	presentazione della Domanda di Ammissione un fatturato specifico per forniture di apparecchiature per uso in radiologia medica compreso tra:
A	Euro 0,00 e Euro 200.000,00.
B	Euro 200.000,01 e Euro 500.000,00.
C	Euro 500.000,01 e Euro 1.000.000,00.
D	Euro 1.000.000,01 e Euro 2.000.000,00.
E	Euro 2.000.000,01 e Euro 3.000.000,00.
F	Euro 3.000.000,01 e Euro 4.000.000,00.
G	superiore a euro 4.000.000,00.

Si precisa che l'operatore economico non potrà iscriversi ad una Classe superiore a quella corrispondente al fatturato dichiarato, potrà, invece, consapevolmente iscriversi ad una Classe inferiore.

Ogni operatore deve dichiarare, a **pena di inammissibilità**, per singola categoria il possesso dei predetti requisiti nella "Domanda di ammissione", il tutto con le modalità indicate nei successivi paragrafi.

2.3 Durata

Il presente SDAPA ha una durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di invio del bando alla GUUE per la relativa pubblicazione.

Consip S.p.A. si riserva, altresì, il diritto di sospendere o revocare il presente SDAPA anteriormente alla data di cessazione dell'efficacia.

Per tutta la durata dello SDAPA gli operatori economici non ancora ammessi e in possesso dei requisiti richiesti dal Bando potranno inviare la loro "domanda di ammissione".

Per tutta la durata dello SDAPA le Stazioni Appaltanti potranno esperire Appalti Specifici invitando gli operatori ammessi a presentare offerta.

2.4 Valore stimato

Il valore stimato del presente SDAPA ammonta indicativamente ad Euro 134.000.000,00, oltre IVA.

Si precisa che il surrichiamato valore è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Stazioni appaltanti che utilizzeranno lo SDAPA nel suo arco temporale di durata. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Stazioni Appaltanti e per la Consip S.p.A. nei confronti dei soggetti ammessi allo SDAPA.

2.5 Criterio di scelta del contraente

I singoli Appalti Specifici saranno aggiudicati sulla base dei seguenti criteri di scelta del contraente: offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, come sarà meglio specificato in ciascuna lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata.

Versione giugno 2016 – Classificazione Consip Public

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali ID 1622



2.6 Sicurezza

In considerazione della natura della presente procedura di ammissione allo SDAPA, che non comporta l'affidamento di alcun contratto, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta inteso che la predisposizione di tali documenti, nei casi previsti dalla legge, compete alle singole Amministrazioni.

2.7 Ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione

Per tutta la durata dello SDAPA, sono ammessi al Sistema tutti gli operatori economici che presentano la relativa "Domanda di ammissione" e che sono in possesso per singola categoria merceologica dei requisiti di cui ai punti III.1.1 e III.1.2 del Bando, come previsto al successivo paragrafo 3.

L'ammissione al presente SDAPA non comporta l'aggiudicazione di alcun contratto o procedura a favore dell'operatore economico ammesso, né vincola Consip o le Stazioni appaltanti ad aggiudicare ovvero attribuire una qualsiasi fornitura di beni o prestazione di servizi all'operatore economico ammesso allo SDAPA.

La domanda di ammissione può essere inviata in qualsiasi momento per tutta la durata dello SDA.

L'ammissione ad una o più categorie merceologiche, così come individuate al precedente paragrafo 2.2, consente all'operatore economico di ricevere tutte le lettere di invito concernenti la/e categoria/e merceologica/he per cui l'operatore economico risulta ammesso. L'operatore economico potrà, ove interessato, partecipare agli Appalti Specifici indetti dalle Stazioni appaltanti, alle condizioni e con le modalità previste nella lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata, come dettagliatamente descritto al successivo paragrafo 6.

2.8 Richiesta d'informazioni

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando, del presente Capitolato d'Oneri, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Consip S.p.A., per tutta la durata del presente SDAPA.

Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, ovvero in caso di indisponibilità del Sistema via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sdaconsipmedicali@postacert.consip.it.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione verranno pubblicati in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it; www.mef.gov.it. Nel corso della durata del presente SDAPA il documento elettronico pubblicato contenente i chiarimenti verrà tempestivamente aggiornato.

2.9 Lingua della documentazione da produrre

La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in

Versione giugno 2016 – Classificazione Consip Public

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali ID 1622



lingua diversa dall'italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata.

2.10 Codice identificativo della gara (CIG)

Per l'ammissione allo SDAPA non sono dovute le contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE

3.1 Condizioni per l'ammissione: Registrazione

Per ottenere l'ammissione al presente SDAPA, l'operatore economico deve registrarsi al Sistema ai sensi delle "Regole del Sistema di eProcurement" (di seguito "Regole"), la cui consultazione è disponibile nella sezione del Sito dedicata al modello di funzionamento del Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della P.A. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o da soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle "Regole".

L'*account* creato in sede di Registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

L'operatore economico, con la Registrazione e con la successiva presentazione della "*Domanda di ammissione*", dà per rato e valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Capitolato d'Oneri, nei relativi allegati (tra cui in particolare le "Regole" e le istruzioni presenti nel Sito), nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'ammissione di quest'ultimo sarà revocata.

3.2 Soggetti ammessi a presentare "Domanda di ammissione"

Possono presentare domanda di ammissione: gli Imprenditori individuali, anche artigiani, le Società, anche cooperative, i Consorzi fra società cooperative, i Consorzi stabili, le Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete aventi soggettività giuridica, con le modalità di cui al

Versione giugno 2016 – Classificazione Consip Public

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali ID 1622



successivo paragrafo 3.4.

La partecipazione dei Raggruppamenti temporanei di imprese, dei Consorzi ordinari e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete prive di personalità giuridica sarà consentita per la presentazione dell'offerta nel singolo Appalto Specifico, come meglio precisato al successivo paragrafo 3.4.

3.3 Condizioni per l'ammissione: Domanda di ammissione

Ai fini dell'ammissione allo SDAPA, a **pena di inammissibilità**, l'operatore deve presentare esclusivamente tramite il Sistema apposita "*Domanda di ammissione*", redatta attraverso la procedura guidata disponibile nel Sistema, sottoscritta digitalmente.

Per essere ammesso l'operatore economico registrato al Sistema dovrà essere in possesso dei requisiti di cui ai punti **III.1.1** e **III.1.2** del Bando, relativi alla categoria merceologica per cui si chiede l'ammissione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Consip S.p.A. non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Consip stessa svolta attraverso i medesimi poteri. Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 devono considerarsi "dipendenti" anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo Decreto, compresi i soggetti esterni con i quali la Consip ha stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Con la redazione della domanda di ammissione l'operatore dovrà impegnarsi a rendere, ai fini della partecipazione ad ogni appalto specifico, una dichiarazione sulla insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, nei confronti della stazione appaltante precedente.

3.4 Consorzi fra società cooperative, Consorzi stabili e Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (d'ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica

In caso di Consorzi fra società cooperative, Consorzi stabili e le Aggregazioni con soggettività giuridica, la "*Domanda di ammissione*" deve contenere l'indicazione delle imprese consorziate/retiste con le quali il Consorzio/Aggregazione intende partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito del presente SDAPA.

In detta ipotesi, seguendo l'apposita procedura presente sul Sito, sia il Consorzio/Organo Comune sia le imprese consorziate/retiste indicate devono presentare apposita "*Domanda di ammissione*" sottoscritta con firma digitale del legale rappresentate o soggetto munito dei necessari poteri di ciascuna, attestante

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto III.1.1,
- nonché il possesso o meno dei requisiti di cui ai punti III.1.2 del Bando.

In caso di Consorzi fra società cooperative e Consorzi stabili con riferimento al requisito



economico finanziario si precisa che lo stesso deve essere posseduto e indicato nella "Domanda di ammissione": i) dal Consorzio oppure ii) dalle consorziate esecutrici.

Nel caso in cui il Consorzio sia sprovvisto del requisito del fatturato specifico, o comunque intenda abilitarsi sulla base del fatturato delle consorziate, dovrà indicare un valore pari a Euro zero e la classe di ammissione sarà determinata dalla somma di quanto indicato dalle consorziate esecutrici.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 47 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per i Consorzi stabili, per i primi cinque anni dalla loro costituzione.

È facoltà del Consorzio/Organo comune modificare/integrare in ogni momento l'elenco delle consorziate/retiste che prenderanno parte al presente SDAPA inviando apposita richiesta mediante l'Area comunicazione disponibile a Sistema.

4. REDAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA' DI INVIO

4.1 Procedura per l'invio della domanda di ammissione

La richiesta di ammissione allo SDAPA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, che consentono di predisporre ed inviare la "Domanda di ammissione", il cui contenuto viene descritto al successivo paragrafo 4.2.

Il Sistema provvede a generare automaticamente la "Domanda di Ammissione" in formato .pdf a seguito della immissione di una serie di dati e informazioni da parte dell'operatore economico attraverso una sequenza procedurale guidata.

Ove necessario, l'operatore economico dovrà altresì presentare a Sistema i seguenti documenti:

- procura (di cui al successivo paragrafo 4.3)
- documentazione relativa a Consorzio stabile/consorziate, Aggregazioni con soggettività giuridica/imprese retiste (di cui al successivo paragrafo 4.4).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono la "Domanda di ammissione", che non siano già in formato .pdf, devono essere convertiti in formato .pdf.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 4 MB a documento, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione dei documenti stessi.

La presentazione della "Domanda di ammissione" e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio".

L'ora e la data esatta di ricezione delle domande di ammissione sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 7.1.

La procedura di preparazione ed invio della "Domanda di ammissione" può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio della "Domanda di ammissione" deve necessariamente avvenire entro il termine di durata dello SDAPA. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione della "Domanda di ammissione" guidata dal Sistema, in



quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità dell'operatore economico aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione della "Domanda di ammissione".

L'invio della "Domanda di ammissione", in ogni caso, avviene solo con la funzionalità "conferma e invio".

La presentazione della "Domanda di ammissione" mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del precedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della domanda medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la "Domanda di ammissione" non pervenga entro il previsto termine di durata dello SDAPA.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

L'operatore economico è consapevole, ed accetta con la presentazione della "Domanda di ammissione", che il Sistema può rinominare i *files* che il medesimo operatore economico presenta attraverso il Sistema; detta modifica, dettata da vincoli tecnici, riguarda unicamente il nome del *file* e non, beninteso, il suo contenuto che resta, in ogni caso, inalterato.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione della "Domanda di ammissione".

Il Sistema e gli strumenti informatici utilizzati da Consip S.p.A. garantiscono il rispetto della massima segretezza e riservatezza della "Domanda di ammissione" e dei documenti che la compongono, garantiscono la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della domanda medesima, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e al D. Lgs. n. 82/2005.

La "Domanda di ammissione", così come tutti i dati e le informazioni inviate dall'operatore economico a Consip S.p.A. ai fini dell'ammissione o del mantenimento dell'ammissione allo SDAPA, oltre ad essere conosciute e trattate da Consip S.p.A. ai fini della presente procedura, saranno rese disponibili e trattate dalle Stazioni Appaltanti in occasione dell'appalto specifico.

I contenuti delle "Domande di ammissione", o parte di essi, saranno messi a disposizione di tutte le Stazioni appaltanti, nel rispetto delle disposizioni in materia di *privacy* di cui al successivo paragrafo 8 ai fini dello svolgimento delle attività di aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici.

4.2 Contenuto della domanda di ammissione

La "Domanda di ammissione" contiene attestazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 relative a:

- i **dati del soggetto** che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli relativi all'operatore

Versione giugno 2016 – Classificazione Consip Public

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali ID 1622



- economico;
- dichiarazione inerente il possesso dei requisiti relativi alla **situazione personale** di cui al punto III.1.1 lettera a) del Bando istitutivo;
- l'assenza dei **motivi di esclusione** di cui al punto III.1.1 lett. b del Bando;
- la richiesta di ammissione ad una o più delle **categorie merceologiche** previste dal Bando (come specificato al paragrafo 2.2);
- per ogni categoria merceologica per la quale si richieda l'ammissione, **indicazione:**
 - **sia del valore del fatturato specifico** di cui al punto III.1.2 del Bando e
 - **sia della classe** corrispondente al valore del suddetto fatturato sulla base di quanto previsto al precedente paragrafo 2.2;
- l'accettazione delle modalità della procedura.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Consip S.p.A. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio. La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 445/2000, dall'altro, costituiscono causa **d'inammissibilità** al presente SDAPA.

Sottoscrizione della Domanda di Ammissione

La "Domanda di ammissione" dovrà essere, **a pena di inammissibilità**, sottoscritta con **firma digitale** dal legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura, in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali procure", come nel seguito meglio indicato).

Il soggetto che sottoscrive la "Domanda di ammissione" e opera nello SDAPA deve essere dotato del potere di agire, in nome e per conto dell'operatore economico, e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest'ultimo tutte le attività necessarie per l'ammissione allo SDAPA e per l'invio delle offerte alle Stazioni Appaltanti.

Si ricorda che il legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma) è tenuto ad indicare eventuali limiti al proprio potere, al fine di consentire alle Stazioni appaltanti di verificare la titolarità del potere di sottoscrivere le offerte.

Nel caso in cui i poteri di cui sopra siano da esercitarsi a firma congiunta da parte di due o più soggetti, la "Domanda di Ammissione" dovrà essere sottoscritta con **firma digitale** da parte di tutti i surrichiamati soggetti.

Per ciascun operatore economico sono ammessi ad operare nello SDAPA diversi **Legali Rappresentanti/Procuratori** (per tali intendendosi i soggetti comunque muniti dei poteri necessari ad impegnare l'operatore economico). Prima di richiedere l'ammissione allo SDAPA il Legale Rappresentante/Procuratore deve provvedere alla Registrazione al Sistema ai sensi del paragrafo 3.1, ed ottenere in questo modo l'account che gli consente di operare nel sistema e chiedere l'ammissione.

La "Domanda di ammissione" deve contenere le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché tutte le informazioni ivi indicate.



Il legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico dovrà rendere le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 per conto di tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo (ossia, del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di Amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza - persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data in cui viene resa la dichiarazione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di presentazione della "Domanda di ammissione", dai soggetti sopra elencati - compresi i cessati - che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la data di presentazione della "Domanda di ammissione").

Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le suddette dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.

Resta fermo quanto previsto all'art. 80, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 110 comma 3 del d. Lgs n. 50/2016 (fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale), chi richiede l'ammissione dovrà produrre nell'apposito spazio del Sistema denominato "Documentazione amministrativa aggiuntiva" i documenti e i provvedimenti indicati all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs n. 50/2016.

4.3 Procura

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni di cui alla "Domanda di ammissione" e alla dichiarazione di "ulteriore legale rappresentante" siano sottoscritte da un soggetto i cui poteri non risultino dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese, l'operatore economico dovrà produrre, **a pena di non ammissione** allo SDAPA, copia della procura (generale o speciale) o comunque dei documenti attestanti i poteri del sottoscrittore. Tale copia dovrà essere inviata attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali procure".

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere all'operatore economico, per tutta la durata di efficacia della dichiarazione a cui la procura si riferisce, la consegna di una copia autentica della procura/documento; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Nel caso in cui l'operatore economico già ammesso allo SDAPA voglia nominare un nuovo procuratore speciale o debba comunicare la nomina di un nuovo legale rappresentante, questi dovrà registrarsi e presentare la propria dichiarazione di "ulteriore legale rappresentante".



A questo fine, il nuovo procuratore/legale rappresentante dovrà provvedere alla Registrazione al Sistema ai sensi del paragrafo 3.1 del presente Capitolato d'Oneri ed ottenere l'account che gli consente di operare nel Sistema e chiedere l'ammissione.

La richiesta sarà esaminata da Consip sulla base della tempistica di cui al successivo paragrafo 5.1.2.

Solo al termine della valutazione da parte di Consip tale soggetto riceverà le lettere di invito successivamente inoltrate dalle stazioni appaltanti.

Sino all'ammissione del nuovo procuratore/legale rappresentante le lettere di invito saranno inoltrate al/ai legale/i rappresentante/i già ammesso dell'operatore economico.

4.4 Atti relativi ai Consorzi e alle Aggregazioni con soggettività giuridica

In caso di partecipazione nella forma di Consorzio fra società cooperative o Consorzio stabile l'operatore economico deve inviare e far pervenire a Consip S.p.A. attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali atti relativi a Consorzi/Contratti di rete" per quanto riguarda il Consorzio fra società cooperative e il Consorzio stabile non iscritti alla CCIAA, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto o dal certificato della CCIAA, copia della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziate esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

In caso di partecipazione nella forma dell'Aggregazione con soggettività giuridica l'operatore economico deve inviare e far pervenire a Consip S.p.A. attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali atti relativi a Consorzi/Contratti di rete" copia del Contratto di rete.

La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'operatore economico, la consegna di una copia autentica della documentazione sopra indicata.

4.5 Modalità di invio dei documenti relativi alla procedura e loro forma

Ove non diversamente espressamente indicato, tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati a Consip S.p.A. esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema in conformità a quanto stabilito dalle Regole, in formato elettronico, e, qualora ne sia richiesta la sottoscrizione, essere sottoscritti, **pena la non ammissione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

4.6 Garanzia provvisoria e pagamento del contributo all'A.N.AC.

Per l'ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione non è prevista la costituzione né la produzione di alcuna garanzia provvisoria né il pagamento del contributo all'A.N.AC. Tali adempimenti a carico degli operatori economici saranno disciplinati dalle Stazioni appaltanti nella lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata.

5. AMMISSIONE ALLO SDAPA E AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI

5.1 Valutazione delle domande di ammissione

Versione giugno 2016 – Classificazione Consip Public

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali ID 1622



La valutazione delle domande di ammissione inviate dagli operatori economici viene effettuata da Consip S.p.A..

Consip S.p.A., inoltre, nello svolgimento dell'istruttoria potrà avvalersi di strutture di supporto all'uopo nominate, nonché, per quanto possibile, di procedure automatiche di verifica.

Consip S.p.A. durante la valutazione delle domande di ammissione se necessario applicherà l'art. 83, comma 9, D. Lgs n. 50/2016 s.m.i., come disciplinato nel Bando al punto III.1.1 lett. b), e, in caso di regolarizzazione, la sanzione ivi prevista.

In ogni caso la Consip S.p.A. si riserva, la facoltà ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, di richiederne la regolarizzazione con la procedura descritta nel suddetto articolo, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, all'operatore sarà negata l'ammissione.

L'invio della richiesta di chiarimenti, di cui al capoverso precedente, comporta la "riassegnazione" della domanda di ammissione all'operatore economico, il quale dovrà fornire i chiarimenti e/o le integrazioni richieste apportando le modifiche necessarie alla "Domanda di ammissione" oggetto di riassegnazione che dovrà essere sottoscritta digitalmente ed inviata nuovamente a Sistema entro il termine assegnato.

La Consip S.p.A. ha adottato una "*Direttiva sui tempi e le modalità di divulgazione delle informazioni ai soggetti interessati*", che è consultabile sul sito internet www.consip.it.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci ovvero in caso di mancato rinnovo delle dichiarazioni fornite ai sensi del successivo paragrafo 5.4, Consip S.p.A. procederà alla non ammissione o alla revoca dell'ammissione dell'operatore economico dallo SDAPA.

La valutazione delle domande di ammissione e le relative attività sono svolte da Consip S.p.A. in via continuativa per tutta la durata dello SDAPA, in base a criteri di efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione e di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D. Lgs. n. 82/2005.

L'individuazione delle domande da sottoporre a verifica avviene in base alla priorità temporale dell'ordine di ricezione delle domande di ammissione, così come risultante dal Sistema.

5.1.1 Procedimento di ammissione nella prima applicazione del Capitolato d'Oneri

Dalla data di invio del Bando per la pubblicazione alla GUUE decorre un primo termine di **trenta giorni solari** per la presentazione delle domande di ammissione.

Come stabilito dell'art. 55, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, Consip S.p.A. valuterà le domande pervenute entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento.

Consip potrà prorogare tale termine fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti).

Consip si riserva la facoltà di prorogare ulteriormente il suddetto termine fino ad ulteriori 10 giorni lavorativi, ciò a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo Appalto Specifico nel Sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato.



5.1.2 Procedimento di ammissione a regime

Durante l'intera durata del Sistema dinamico, la Consip S.p.A. procederà ai sensi dell'art. 55, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, a valutare le domande pervenute entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento.

Consip potrà prorogare tale termine fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati (a titolo esemplificativo nel caso in cui sia necessario esaminare documentazione aggiuntiva o verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti).

L'operatore economico, che non sia stato ammesso allo SDAPA al momento dell'invio di una lettera di invito, non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico; ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l'operatore abbia inoltrato la "Domanda di ammissione" successivamente all'invio della lettera di invito, sia nel caso in cui tale domanda sia stata inoltrata entro un termine inidoneo a consentire alla Consip l'esame della domanda stessa secondo la tempistica sopra descritta.

In tali casi Consip S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del mancato invito.

5.1.3 Fase transitoria

Gli operatori economici già ammessi al presente Sistema dinamico di acquisizione alla data di spedizione del Bando alla GUUE, non dovranno presentare una nuova "Domanda di ammissione", ma manterranno intatte le loro ammissioni. Essi potranno tuttavia manifestare la volontà di essere cancellati mediante richiesta firmata digitalmente inoltrata all'area comunicazioni presente a Sistema oppure utilizzando la posta elettronica certificata indicata nel paragrafo 2.8. In occasione del primo aggiornamento dati, gli stessi operatori dovranno rendere le dichiarazioni prescritte in coerenza con le "Domande di ammissione" presenti sul Sistema.

5.2 Conclusione dell'attività di valutazione della Consip: ammissione o diniego

All'esito dell'attività di valutazione, Consip S.p.A.:

i) comunicherà all'operatore economico, attraverso l'invio di apposita comunicazione mediante il Sistema, gli estremi del provvedimento di ammissione;
oppure

ii) invierà il provvedimento di diniego.

In caso di diniego dell'ammissione l'operatore economico può presentare una nuova domanda di ammissione successivamente all'acquisizione dei requisiti la cui mancanza aveva determinato il precedente diniego.

La Consip curerà la pubblicazione sul sito www.consip.it, nella sezione "società trasparente", l'elenco degli operatori ammessi e di quelli destinatari di un provvedimento di diniego.

5.3 Efficacia e durata dell'ammissione allo SDAPA

L'ammissione dell'operatore economico allo SDAPA sarà efficace per l'intero periodo di validità dello stesso, indicato dal punto 2.3, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 delle Regole.

L'ammissione impegna in ogni caso l'operatore economico al pieno ed integrale rispetto del Bando, delle Regole e, in generale, di tutti gli altri documenti dello SDAPA.

Versione giugno 2016 – Classificazione Consip Public

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali ID 1622



Qualora venga accertata la realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del TFUE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 -, la Consip S.p.A. si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell'articolo 80 del d. Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata **non ammissione o revoca dell'ammissione** al presente SDAPA. La Consip S.p.A. si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

Il mantenimento, la sospensione e la revoca dell'ammissione allo SDAPA, nonché l'eventuale richiesta di disabilitazione sono disciplinati dal presente Capitolato d'Oneri, dal Bando, dagli allegati e dalle Regole.

In particolare, ai fini della permanenza nello SDAPA, l'operatore economico è tenuto a mantenere i requisiti e le caratteristiche indicati dal Bando e dal presente Capitolato d'Oneri. La permanenza dei citati requisiti e caratteristiche può essere in qualsiasi momento accertata da parte di Consip S.p.A. attraverso la richiesta di invio di attestazioni ovvero di dichiarazioni volte alla dimostrazione dell'attuale possesso dei medesimi.

5.4 Aggiornamento e rinnovo delle dichiarazioni rilasciate ai fini dell'ammissione

L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. ogni modifica dei dati riportati nella "*Domanda di ammissione*", l'eventuale perdita dei requisiti previsti dal Bando e dal presente Capitolato d'Oneri e l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri del soggetto che firma la "*Domanda di ammissione*".

Ai sensi dell'art. 19 delle Regole, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico e del legale rappresentante che richiede l'ammissione, nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema in quanto ammessi ad agire in nome e per conto dell'operatore economico, dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni **sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca** dell'Ammissione allo SDAPA.

Nel caso di mancato rinnovo delle dichiarazioni, l'operatore economico non potrà partecipare agli Appalti Specifici che venissero nel frattempo indetti dalle Stazioni Appaltanti.

Nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella "*Domanda di ammissione*" ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione allo SDAPA o del mantenimento della medesima, l'operatore economico è tenuto senza indugio ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA, utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema.

In caso di Consorzi stabili o Aggregazione con soggettività giuridica la procedura relativa al rinnovo delle dichiarazioni deve essere compiuta da tutte le imprese componenti il Consorzio/Aggregazione; quella relativa all'aggiornamento unicamente dalle imprese consorziate/retiste che abbiano subito le dette variazioni.



Consip S.p.A. si riserva, in qualsiasi momento, di svolgere verifiche e controlli sulla veridicità, completezza, correttezza e aggiornamento delle dichiarazioni rese dagli operatori economici. Delle verifiche compiute potrà essere data evidenza alle Stazioni Appaltanti attraverso il Sistema, nonché all'A.N.AC. L'esito negativo delle verifiche potrà comportare la non ammissione allo SDAPA, la revoca o l'annullamento della stessa ammissione, con impossibilità per l'operatore economico di partecipare alle relative procedure di Appalto specifico.

5.5 Accesso

Il diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990.

6. GLI APPALTI SPECIFICI

6.1 Oggetto del singolo Appalto Specifico

L'Appalto Specifico avrà ad oggetto una o più delle categorie merceologiche definite nel precedente paragrafo 2.2.

In allegato al presente Capitolato d'Oneri (Allegato 1 Capitolato tecnico) viene fornito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, un documento contenente l'elenco dei beni/servizi che potranno essere oggetto del singolo Appalto Specifico con le loro relative caratteristiche. Tale Allegato 1 potrà, per tutta la durata del SDAPA, essere integrato da Consip S.p.A. anche a seguito di segnalazioni da parte delle Amministrazioni.

6.2 L'invio della lettera di invito

Per avviare un Appalto Specifico le Stazioni appaltanti dovranno inviare una Lettera di invito (generata automaticamente dal Sistema).

La lettera di invito contiene: denominazione dell'Appalto Specifico, termine di presentazione dell'offerta, termine per la ricezione dei chiarimenti, eventualmente giorno e ora in cui si terrà la seduta pubblica in via telematica, criterio di aggiudicazione prescelto.

In apposita sezione del Sistema saranno pubblicati i documenti allegati alla lettera di invito (in particolare il Capitolato d'oneri dell'Appalto Specifico e Documentazione tecnica) che:

- definiscono i beni/servizi oggetto della procedura di acquisto,
- individuano le quantità, gli eventuali lotti e le basi d'asta,
- indicano il CIG e la sanzione di cui all'art. 83, comma 9, d. Lgs. n. 50/2016,
- individuano tutti i requisiti e le condizioni di partecipazione al rilancio competitivo da svolgersi nell'ambito dello SDAPA, incluse le modalità di partecipazione in forma associata (RTI, Consorzi ordinari, Aggregazioni senza soggettività giuridica) e la possibilità del ricorso all'avvalimento, nell'ambito della specifica procedura di aggiudicazione, salvo quanto di seguito previsto
- definiscono il valore della garanzia provvisoria e la modalità della sua produzione
- definiscono le modalità di aggiudicazione
- i controlli che saranno eseguiti
- chiariscono le modalità di prova dei requisiti di ammissione dell'aggiudicatario
- precisano le modalità di esecuzione contrattuale



- disciplinano il rilascio della garanzia definitiva
- prevedono eventuali coperture assicurative.

Il valore posto a base d'asta dell'Appalto Specifico determinerà la classe minima richiesta in base alle seguenti corrispondenze:

1. per la categoria merceologica Apparecchiature radiologiche Multifunzione:

Valore posto a base d'asta	Classe minima richiesta
Compreso tra euro 0 ed euro 200.000,00	A
Compreso euro 200.000,01 ed euro 500.000,00	B
Compreso tra euro 500.000,01 ed euro 1.000.000,00	C
Compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00	D
Compreso tra euro 2.000.000,01 ed euro 3.000.000,00	E
Compreso tra euro 3.000.000,01 ed euro 4.000.000,00	F
Superiore a euro 4.000.000,00	G

2. per la categoria merceologica Archi a C mobili:

Valore posto a base d'asta	Classe minima richiesta
Compreso tra euro 0 ed euro 200.000,00	A
Compreso euro 200.000,01 ed euro 500.000,00	B
Compreso tra euro 500.000,01 ed euro 1.000.000,00	C
Compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00	D
Compreso tra euro 2.000.000,01 ed euro 3.000.000,00	E
Compreso tra euro 3.000.000,01 ed euro 4.000.000,00	F
Superiore a euro 4.000.000,00	G

3. Per la categoria merceologica Ecotomografi:

Valore posto a base d'asta	Classe minima richiesta
Compreso tra euro 0 ed euro 200.000,00	A
Compreso euro 200.000,01 ed euro 500.000,00	B
Compreso tra euro 500.000,01 ed euro 1.000.000,00	C
Compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00	D
Compreso tra euro 2.000.000,01 ed euro 3.000.000,00	E
Compreso tra euro 3.000.000,01 ed euro 4.000.000,00	F
Superiore a euro 4.000.000,00	G

4. Per la categoria merceologica Mammografi:

Valore posto a base d'asta	Classe minima richiesta
Compreso tra euro 0 ed euro 200.000,00	A
Compreso euro 200.000,01 ed euro 500.000,00	B
Compreso tra euro 500.000,01 ed euro 1.000.000,00	C
Compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00	D



Valore posto a base d'asta	Classe minima richiesta
Compreso tra euro 2.000.000,01 ed euro 3.000.000,00	E
Compreso tra euro 3.000.000,01 ed euro 4.000.000,00	F
Superiore a euro 4.000.000,00	G

5. Per la categoria merceologica Osteodensitometri o MOC:

Valore posto a base d'asta	Classe minima richiesta
Compreso tra euro 0 ed euro 200.000,00	A
Compreso euro 200.000,01 ed euro 500.000,00	B
Compreso tra euro 500.000,01 ed euro 1.000.000,00	C
Compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00	D
Compreso tra euro 2.000.000,01 ed euro 3.000.000,00	E
Compreso tra euro 3.000.000,01 ed euro 4.000.000,00	F
Superiore a euro 4.000.000,00	G

6. Per la categoria merceologica Ortopantomografi:

Valore posto a base d'asta	Classe minima richiesta
Compreso tra euro 0 ed euro 200.000,00	A
Compreso euro 200.000,01 ed euro 500.000,00	B
Compreso tra euro 500.000,01 ed euro 1.000.000,00	C
Compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00	D
Compreso tra euro 2.000.000,01 ed euro 3.000.000,00	E
Compreso tra euro 3.000.000,01 ed euro 4.000.000,00	F
Superiore a euro 4.000.000,00	G

7. Per la categoria merceologica Portatili per radiografia:

Valore posto a base d'asta	Classe minima richiesta
Compreso tra euro 0 ed euro 200.000,00	A
Compreso euro 200.000,01 ed euro 500.000,00	B
Compreso tra euro 500.000,01 ed euro 1.000.000,00	C
Compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00	D
Compreso tra euro 2.000.000,01 ed euro 3.000.000,00	E
Compreso tra euro 3.000.000,01 ed euro 4.000.000,00	F
Superiore a euro 4.000.000,00	G

8. Per la categoria merceologica Telecomandati:

Valore posto a base d'asta	Classe minima richiesta
Compreso tra euro 0 ed euro 200.000,00	A
Compreso euro 200.000,01 ed euro 500.000,00	B
Compreso tra euro 500.000,01 ed euro 1.000.000,00	C



Valore posto a base d'asta	Classe minima richiesta
Compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00	D
Compreso tra euro 2.000.000,01 ed euro 3.000.000,00	E
Compreso tra euro 3.000.000,01 ed euro 4.000.000,00	F
Superiore a euro 4.000.000,00	G

Per il singolo Appalto Specifico saranno invitati tutti gli operatori ammessi alle categorie merceologiche oggetto dell'AS, a qualsiasi classe di ammissione appartengano.

Resta inteso che potranno partecipare al confronto competitivo gli operatori che appartengono alla "classe minima richiesta" o ad una classe ad essa superiore.

Coloro che appartengono ad una classe inferiore alla "classe minima richiesta" potranno partecipare al confronto competitivo solo ed esclusivamente tramite forme associate (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento.

L'aggiudicatario dell'Appalto Specifico dovrà comprovare il possesso del valore minimo della classe richiesta dalla stazione appaltante, secondo le modalità definite nel Capitolato d'oneri dell'AS.

6.3 Partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), Consorzi ordinari, Aggregazioni senza soggettività giuridica al singolo Appalto Specifico, Avvalimento

È ammessa la partecipazione ai singoli Appalti Specifici di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o retiste (in caso di Aggregazioni senza soggettività) con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui al Capitolato d'oneri della lettera di invito.

Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al singolo Appalto Specifico, in forma di R.T.I./Consorzi ordinari/Aggregazioni senza soggettività devono essere state singolarmente ammesse ad una delle classi relative alla categoria/e merceologica/che oggetto dell'Appalto Specifico.

L'avvalimento in ogni Appalto Specifico sarà consentito solo se l'ausiliaria è già ammessa ad una delle classi dello SDAPA relative alla categoria/e merceologica/che oggetto dell'Appalto Specifico. Resta fermo in tal caso che l'offerente dovrà possedere i requisiti di cui al punto III.1.1 del Bando istitutivo per la/e categoria/e oggetto dell'AS alle quali deve risultare comunque ammesso e per le quali si presenta offerta.

6.4 L'invito al confronto concorrenziale, la presentazione delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto

Nella lettera di invito verrà fissato il termine per la presentazione dell'offerta che, comunque, non sarà mai inferiore a 10 giorni solari dalla data dell'invio della stessa lettera.

Per la partecipazione all'Appalto Specifico, relativamente al requisito di capacità economico-finanziaria:

- in caso di partecipazione in forma singola, l'operatore economico dovrà essere ammesso alla classe prevista nella lettera di invito o a quelle ad essa superiori;

Versione giugno 2016 – Classificazione Consip Public

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali ID 1622



- in caso di partecipazione in forma associata, il RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione nel suo complesso dovrà rientrare nella classe prevista o in quelle ad essa superiori, sulla base della somma dei fatturati specifici dichiarati dalle singole imprese facenti parte del RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività in fase di ammissione e/o modifica dati.

Gli operatori economici ammessi allo SDAPA, se intendono partecipare all'Appalto Specifico inviano entro il termine indicato nell'invito la propria offerta attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, secondo le modalità che saranno indicate nella documentazione allegata alla lettera di invito.

7. IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE E GLI STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI

7.1 Il Sistema informatico di e-procurement

Il Sistema informatico è costituito da una piattaforma informatica ed un software applicativo nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D. Lgs. n. 82/2005.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

In considerazione dei vincoli del Sistema, per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta la "Domanda di ammissione", ciascun operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 4 MB, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione dei documenti stessi. È in ogni caso responsabilità degli operatori economici far pervenire a Consip S.p.A. tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per essere ammessi allo SDAPA, pena la non ammissione allo stesso.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP, che garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal Sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni

Versione giugno 2016 – Classificazione Consip Public

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali ID 1622



eseguite nell'ambito delle fasi in cui è suddiviso il presente SDAPA, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo.

Ove possibile Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura e per gli Appalti Specifici potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Ogni eventuale richiesta, anche di carattere tecnico, inerente l'utilizzo del Sistema, ivi comprese quelle relative alla Registrazione, dovranno essere rivolte al Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it. Eventuali contestazioni in ordine al malfunzionamento o all'utilizzo del Sistema dovranno, invece, essere rivolte a Consip S.p.A. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite dalle "Regole", dal presente paragrafo 7 nonché dal successivo paragrafo 10 del presente Capitolato d'Oneri.

7.2 Gestore del Sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è Consip S.p.A. la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti dai soggetti registrati ed inviati attraverso il Sistema nell'ambito delle procedure di gara.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

7.3 Area comunicazioni

L'operatore economico con la presentazione della "Domanda di ammissione" elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge



altresì domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata il numero di fax e l'indirizzo, che indica al momento della Registrazione ovvero al momento della presentazione della "Domanda di ammissione".

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui Consip S.p.A. lo riterrà opportuno, Consip S.p.A. invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo posta elettronica certificata, o a mezzo fax presso i recapiti indicati dall'operatore economico in sede di Registrazione ovvero al momento di presentazione della "Domanda di ammissione".

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento

I dati personali conferiti nel corso o in occasione della presente procedura vengono trattati per finalità legate all'espletamento della procedura di ammissione allo SDAPA ed alla permanenza nello stesso, tra cui, in particolare:

- l'effettuazione della verifica dei requisiti e delle condizioni richieste in capo all'operatore economico dal Bando per l'ammissione al presente SDAPA e lo svolgimento delle attività correlate e conseguenti, anche in adempimento degli obblighi di legge;
- la gestione della partecipazione e dell'utilizzo dello SDAPA da parte dell'operatore economico ammesso e delle Amministrazioni. Nell'ambito di tale finalità, ad esempio, i dati degli operatori economici potranno essere pubblicati nello SDAPA e resi visibili ed accessibili alle Amministrazioni ed agli altri operatori economici, con le modalità e nei limiti necessari per il corretto utilizzo dello SDAPA; i dati degli operatori economici e tutte le dichiarazioni da questi rilasciate vengono messi a disposizione e trattati dalle Amministrazioni ai fini di ciascun appalto specifico, della successiva stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti legali, fiscali, contabili ad esso connessi e la relativa gestione ed esecuzione economica ed amministrativa; i dati acquisiti possono, inoltre, essere trattati per l'effettuazione di studi e statistiche (ad esempio relative alla soddisfazione degli utenti dello SDAPA).

I dati possono essere utilizzati anche per ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, divulgazione di servizi, invio di materiale informativo e di aggiornamenti su iniziative e programmi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o di Consip S.p.A., per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili, per l'esercizio di attività informative presso altre Pubbliche Amministrazioni e per le ulteriori finalità correlate e connesse alla realizzazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'operatore

Versione giugno 2016 – Classificazione Consip Public

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali ID 1622



economico allo SDAPA o la revoca dell'ammissione.

Dati sensibili

Di norma, i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 196/2003. I dati "giudiziari" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 196/2003 sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di ammissione, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione alla presente procedimento.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento – quale ad esempio il Gestore del Sistema – anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione di aggiudicazione;
- alle Amministrazioni ai fini degli Appalti Specifici;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dagli operatori economici aggiudicatari del singolo appalto specifico;
- ad altri operatori economici e diffusi al pubblico, limitatamente a parti delle "Domande di ammissione";
- ad altri operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.

Diritti dell'operatore economico interessato

All'operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. In particolare, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Titolare del trattamento

Versione giugno 2016 – Classificazione Consip Public

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali ID 1622



Titolare del trattamento è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo n. 19/E alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo al seguente indirizzo e-mail esercizio.diritti.privacy@consip.it.

Titolari del trattamento sono, ciascuno per quanto di propria competenza, le Amministrazioni che trattano i dati in occasione degli Appalti Specifici da queste indetti.

Consenso del concorrente interessato

Acquisite, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda di ammissione, l'Operatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

9. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nello svolgimento delle attività oggetto dello SDAPA, l'operatore economico dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ed a quanto previsto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. 190/2012, pubblicati sul sito internet della Società.

10. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

Gli operatori economici e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

Gli operatori economici e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, Consip S.p.A. e/o le Stazioni appaltanti e/o le Amministrazioni segnaleranno il fatto all'autorità giudiziaria, all'A.N.AC., all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, gli operatori economici e/o le Stazioni appaltanti e/o le Amministrazioni e/o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti

Versione giugno 2016 – Classificazione Consip Public

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali ID 1622



dal MEF, da Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal Sito e dal Sistema.

Il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del Sito ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento degli operatori economici e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione della domanda di ammissione, gli operatori economici manlevano e tengono indenne il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Capitolato d'oneri, nel Bando, nei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte degli operatori economici, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato d'oneri, il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

ALLEGATI

Fa parte integrante e sostanziale del presente documento il seguente Allegato:

Allegato 1 - Capitolato tecnico

Consip S.p.A.

Ing. Luigi Marroni

(L'Amministratore Delegato)

ALLEGATO 1

CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA APERTA PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI**

ID 1622



STORIA DEL DOCUMENTO

Nel corso della vigenza del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche "SDAPA") per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali, il presente documento potrebbe essere oggetto di modifiche e/o integrazioni nel seguito dettagliate.

DATA PUBBLICAZIONE	VERSIONE	DESCRIZIONE	PARAGRAFI MODIFICATI/INTEGRATI
Giugno 2016	1.0	Prima Emissione	-



Indice

1.	PREMESSA	6
2.	CONTESTO	6
2.1	APPALTO SPECIFICO	7
2.2	CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI AMMISSIONE	7
3.	CATEGORIA MERCEOLOGICA: CPV 33111000-1 - APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE MULTIFUNZIONE	8
3.1	PRODOTTO: APPARECCHIATURA RADIOLOGICA MULTIFUNZIONE	8
3.2	PRODOTTO: TAVOLO A SBALZO SU RUOTE AD ALTEZZA VARIABILE	9
3.3	PRODOTTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 36 MESI SULL'APPARECCHIATURA RADIOLOGICA MULTIFUNZIONE.....	9
3.4	PRODOTTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 48 MESI SUL DETETTORE WIRELESS.....	9
4.	CATEGORIA MERCEOLOGICA: CPV 33111000-1 - ARCHI A C MOBILI	9
4.1	PRODOTTO: ARCO A C MOBILE.....	9
4.2	PRODOTTO: SOFTWARE CLINICI: DSA (DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY) E ROAD MAPPING 2D.....	10
4.3	PRODOTTO: TAVOLO A SBALZO SU RUOTE AD ALTEZZA VARIABILE	10
4.4	PRODOTTO: INIETTORE DI MEZZO DI CONTRASTO	10
4.5	PRODOTTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 36 MESI SULL' ARCO A C MOBILE	10
4.6	PRODOTTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 36 MESI SULL' INIETTORE DEL MEZZO DI CONTRASTO	10
5.	CATEGORIA MERCEOLOGICA: CPV 33112320-8 – ECOTOMOGRAFI	11
5.1	PRODOTTO: ECOTOMOGRAFO	11
5.2	PRODOTTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 36 MESI SULL' ECOTOMOGRAFO	11
5.3	PRODOTTO: SONDA CARDIOLOGICA ADULTI 2 – 4 MHZ PHASED ARRAY SETTORIALE CON SUPPORTO DELLA FUNZIONALITÀ DOPPLER CW STEERABLE	11
5.4	PRODOTTO: SONDA CARDIOLOGICA PEDIATRICA 5 – 7,5 MHZ PHASED ARRAY SETTORIALE CON SUPPORTO DELLA FUNZIONALITÀ DOPPLER CW STEERABLE	11
5.5	PRODOTTO: SONDA LINEARE SMALL PARTS 6 –12 MHZ	12
5.6	PRODOTTO: SONDA CONVEX O MICROCONVEX 3,5 – 5 MHZ	12
5.7	SONDA CONVEX O MICROCONVEX AD ALTA FREQUENZA PER ESAMI PEDIATRICI	12
5.8	SONDA ENDOCAVITARIA END FIRE	12
5.9	PRODOTTO: SONDA LINEARE VASCOLARE 7,5 - 10 MHZ	12
5.10	PRODOTTO: SONDA TRANSESOFAGEA ADULTI OMNIPLANA.....	12
5.11	PRODOTTO: KIT DI BIOPSIA PER SONDE CONVEX O MICROCONVEX	12
5.12	PRODOTTO: KIT DI BIOPSIA PER SONDE ENDOCAVITARIE	13
5.13	PRODOTTO: KIT DI BIOPSIA PER SONDE LINEARI.....	13
5.14	PRODOTTO: MODULO DOPPLER CW STEERABLE	13



5.15	PRODOTTO: MODULO PER ESAMI CON MEZZI DI CONTRASTO ECOGRAFICI	13
5.16	PRODOTTO: MODULO DI ELABORAZIONE PER IMMAGINI 3D COMPLETO DI ACCESSORI NECESSARI ALL'UTILIZZO DELLO STESSO CON SONDE BIDIMENSIONALI	13
5.17	PRODOTTO: SOFTWARE DI CALCOLO CARDIOLOGICO.....	13
5.18	PRODOTTO: SOFTWARE PER LA GESTIONE COMPLETA DI PROTOCOLLI ECO STRESS.....	13
5.19	PRODOTTO: SOFTWARE PER LA VALUTAZIONE DELLA CINETICA VENTRICOLARE, STRAIN – STRAIN RATE, ANALISI QUANTITATIVA TDI.....	14
5.20	PRODOTTO: STAMPANTE BIANCO E NERO DI TIPO MEDICALE	14
5.21	PRODOTTO: STAMPANTE A COLORI DI TIPO MEDICALE.....	14
6.	CATEGORIA MERCEOLOGICA: CPV 33111650-2 – MAMMOGRAFI	14
6.1	PRODOTTO: MAMMOGRAFO.....	14
6.2	PRODOTTO: SISTEMA PER ESECUZIONE BIOPSIE CON METODO STEREOTASSICO.....	14
6.3	PRODOTTO: WORKSTATION DI REFERTAZIONE	15
6.4	PRODOTTO: LETTINO O POLTRONA RECLINABILE PER PAZIENTI IPOCOLLABORANTI.....	15
6.5	PRODOTTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 36 MESI SUL MAMMOGRAFO	15
7.	CATEGORIA MERCEOLOGICA: CPV 33111000-1 - ORTOPANTOMOGRAFI	15
7.1	PRODOTTO: ORTOPANTOMOGRAFO.....	15
7.2	PRODOTTO: CEFALOMETRO PER L'ESECUZIONE DELLA CEFALOMETRIA INTEGRABILE CON L'APPARECCHIATURA	15
7.3	PRODOTTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 36 MESI SULL'ORTOPANTOMOGRAFO	16
8.	CATEGORIA MERCEOLOGICA: CPV 33111660-5 - OSTEODENSITOMETRI O MOC	16
8.1	PRODOTTO: OSTEODENSITOMETRO O MOC DI TIPO DEXA	16
8.2	PRODOTTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 36 MESI SULL'OSTEODENSITOMETRO.....	16
9.	CATEGORIA MERCEOLOGICA: CPV 33111000-1 - PORTATILI PER RADIOGRAFIA	16
9.1	PRODOTTO: PORTATILE PER RADIOGRAFIA DIGITALE	17
9.2	PRODOTTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 36 MESI SUL PORTATILE PER RADIOGRAFIA.....	17
9.3	PRODOTTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 48 MESI SUL DETETTORE WIRELESS.....	17
10.	CATEGORIA MERCEOLOGICA: CPV 33111000-1 - TELECOMANDATI	17
10.1	PRODOTTO: TELECOMANDATO DIGITALE.....	17
10.2	PRODOTTO: SOSPENSIONE PENSILE SCORREVOLE PER UN MONITOR	18
10.3	PRODOTTO: SOSPENSIONE PENSILE SCORREVOLE PER DUE MONITOR.....	18
10.4	PRODOTTO: MONITOR SU SUPPORTO A PAVIMENTO PER SALA ESAMI.....	18
10.5	PRODOTTO: SOSPENSIONE PENSILE INCLUSIVA DI TUBO RADIOGENO	18
10.6	PRODOTTO: SOFTWARE CLINICI: SUBTRACTION (DSA), ROAD MAPPING E CINE LOOP.....	18
10.7	PRODOTTO: STITCHING PER LE IMMAGINI DI LUNGO FORMATO	18
10.8	PRODOTTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 36 MESI SUL TELECOMANDATO	18





1. Premessa

Il presente Capitolato descrive gli aspetti tecnici relativi alle acquisizioni, di prodotti e relativi servizi, che possono essere effettuate tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) Apparecchiature Elettromedicali.

Nell'ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini, riportato con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

✱ **Categoria merceologica:** una delle categorie di apparecchiature in cui si articola il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali (in seguito SDAPA) per cui l'operatore economico può richiedere l'ammissione o l'estensione dell'ammissione;

Fornitore: l'operatore economico aggiudicatario del confronto concorrenziale oggetto dell'Appalto Specifico;

Prodotto: il bene a cui è associato un insieme di attributi che ne descrivono le caratteristiche.

2. CONTESTO

Lo SDAPA per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali si compone delle seguenti categorie merceologiche:

- **Apparecchiature radiologiche multifunzione:** apparecchiature che si utilizzano negli esami radiologici su parti dello scheletro (quali femore, ginocchio, piede, colonna cervicale, mano) e su campo lungo (tibia e femore, colonna vertebrale);
- **Archi a C mobili:** apparecchiature utilizzate in procedure interventistiche di routine in chirurgia generale, ortopedia o chirurgia vascolare;
- **Ecotomografi:** sistemi di indagini diagnostiche mediche che utilizzano ultrasuoni e si basano sul principio dell'emissione di eco e della trasmissione delle onde ultrasonore. Tali apparecchiature sono utilizzate per procedure terapeutiche mini invasive;
- **Mammografi:** apparecchiature impiegate nelle indagini che consentono di arrivare ad una diagnosi precoce del tumore mammario;
- **Ortopantomografi:** apparecchiature radiografiche che permettono di effettuare indistintamente esami panoramici, volumetrici e cefalometrici;
- **Osteodensitometri o MOC:** apparecchiature impiegate nella prevenzione e cura dell'osteoporosi;
- **Portatili per radiografia:** apparecchiature impiegate per effettuare esami radiologici e indagini diagnostiche sia in sale radio-protette sia in corsia;
- ✱ **Telecomandati:** apparecchiature multiuso che consentono di eseguire tutte le indagini tradizionali che i reparti di radiologia richiedono (ad esempio: esami di routine, traumatologia e ortopedia, esami del torace).



8

2.1 Appalto Specifico

Le Amministrazioni che intendono acquisire i beni attraverso lo SDAPA redigono una Lettera di invito (generata automaticamente dal Sistema).

La lettera di invito contiene: denominazione dell'Appalto Specifico, termine di presentazione dell'offerta, termine per la ricezione dei chiarimenti, eventualmente giorno e ora in cui si terrà la seduta pubblica in via telematica, criterio di aggiudicazione prescelto.

Per definire i beni oggetto della procedura d'acquisto, le quantità, le basi d'asta, le Amministrazioni utilizzando le Schede Tecniche.

Ciascuna Scheda Tecnica prevede delle caratteristiche che concorrono alla descrizione del prodotto, completo dei servizi connessi associati alla fornitura, da acquisire. Al fine di definire l'oggetto della fornitura l'Amministrazione dovrà, attraverso il Sistema, selezionare ed assegnare gli opportuni valori necessari a definire le caratteristiche migliorative appropriate per la fornitura. Per ogni caratteristica l'Amministrazione potrà scegliere tra valori obbligatori o suggeriti.

Inoltre, saranno indicate le caratteristiche migliorative che potranno essere oggetto di punteggio premiante.

2.2 Categorie merceologiche di ammissione

Si riporta di seguito l'elenco delle categorie merceologiche per le quali è possibile effettuare procedure di acquisizione attraverso lo SDAPA Apparecchiature Elettromedicali.

CATEGORIA MERCEOLOGICA	CODICE CPV
Apparecchiature radiologiche Multifunzione	33111000-1
Archi a C mobili	33111000-1
Ecotomografi	33112000-8
Mammografi	33111650-2
Ortopantomografi	33111000-1
Osteodensitometri o MOC	33111660-5
Portatili per radiografia	33111000-1
Telecomandati	33111000-1

I prodotti e, in generale, le prestazioni contrattuali offerte dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche, in tutta la documentazione allegata ai relativi Appalti Specifici.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare – durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali - tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i prodotti appartengono,



e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Unitamente alla fornitura di ciascuna prodotto oggetto del singolo Appalto Specifico, gli operatori economici saranno chiamati ad erogare i seguenti servizi connessi:

- eventuale sopralluogo;
- consegna e installazione;
- collaudo;
- istruzione del personale;
- garanzia per 12 mesi;
- servizio di assistenza e manutenzione "full risk" per i primi 12 mesi;
- ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).

Tali servizi connessi con la fornitura, quindi compresi nel prezzo unitario offerto, saranno disciplinati dalle Amministrazioni in sede di Appalto Specifico attraverso la documentazione relativa all'Invito.

3. Categoria Merceologica: CPV 33111000-1 - Apparecchiature radiologiche multifunzione

La categoria merceologica "Apparecchiature radiologiche multifunzione" comprende le apparecchiature impiegate per effettuare esami radiologici su parti dello scheletro (femore, ginocchio, piede, colonna cervicale, mano) e su campo lungo (tibia e femore, colonna vertebrale). All'interno della categoria rientrano i prodotti che completano l'apparecchiatura, secondo il dettaglio indicato nei successivi paragrafi.

3.1 Prodotto: Apparecchiatura radiologica multifunzione

Le Apparecchiature radiologiche multifunzione si caratterizzano per costi di acquisto ed esercizio contenuti con prestazioni e utilizzo assimilabile ai Telecomandati. Le Apparecchiature radiologiche multifunzione si compongono di: stativo pensile (nei modelli di fascia alta) o a pavimento con tubo radiogeno e display per la selezione/programmazione d'esame, tavolo portapaziente, teleradiografo, due o più pannelli detettore e consolle di comando. Sono dotate di funzioni di: auto inseguimento del detettore (sul tavolo o sul teleradiografo) in corrispondenza di movimenti del tubo, movimentazione assistita o automatica (nei modelli di fascia alta) di tutte le parti componenti l'apparecchiatura per il corretto posizionamento per l'esame radiologico, ampia movimentazione del tavolo, del tubo e del teleradiografo.

Si impiegano nei reparti di Diagnostica Generale per esami su paziente in posizione eretta, disteso sul tavolo o seduto. Completano le apparecchiature dei software per la composizione delle immagini per il lungo formato; è inoltre disponibile, anche se diffusa, la tecnica tomografica e quella a sottrazione d'energia.



3.2 Prodotto: Tavolo a sbalzo su ruote ad altezza variabile

Dispositivo per il trasporto di pazienti in emergenza, terapia intensiva, radiologia, ecc., caratterizzato da un basamento su ruote e da un sistema di sollevamento del piano portapaziente, assistito da un sistema idro-pneumatico o elettrico. La regolazione dell'altezza consente di semplificare il trasferimento del paziente sul piano dell'apparecchiatura radiologica, per l'esecuzione di esami su pazienti traumatizzati o ipocollaboranti.

3.3 Prodotto: Assistenza e manutenzione per 36 mesi sull'apparecchiatura radiologica multifunzione

Estensione dei servizi di assistenza e manutenzione per ulteriori 36 mesi successivi ai primi 12 mesi. Il servizio è richiesto sull'apparecchiatura completa dei dispositivi accessori. Il prezzo del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi è determinato in misura fissa per tutta la durata del contratto e sarà proporzionale al prezzo offerto per il bene stesso secondo il dettaglio indicato in sede di Appalto Semplificato.

3.4 Prodotto: Assistenza e manutenzione per 48 mesi sul detettore wireless

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere il servizio full risk di assistenza e manutenzione, per 48 mesi a partire dalla data dell'esito positivo del collaudo dell'apparecchiatura, comprensivo della riparazione o sostituzione, per numero pari a 3 (tre) eventi, nel corso dei 48 mesi, del detettore wireless in caso di guasto a seguito di cadute accidentali.

Il servizio può essere richiesto sul detettore wireless contestualmente all'acquisto dell'apparecchiatura stessa.

4. Categoria Merceologica: CPV 33111000-1 - Archi a C mobili

La categoria merceologica "Archi a C mobili" comprende le apparecchiature radiologiche impiegate per effettuare esami radiologici, procedure interventistiche di routine in chirurgia generale, ortopedia o chirurgia vascolare. All'interno della categoria rientrano i prodotti che completano l'apparecchiatura, secondo il dettaglio indicato nei successivi paragrafi.

4.1 Prodotto: Arco a C mobile

L'Arco a C mobile è un'apparecchiatura radiologica, dal peso contenuto, caratterizzata dalla presenza di un arco a C su cui è sospeso il tubo generatore ed il sistema di formazione della bioimmagine. Quest'ultimo può essere realizzato con un pannello detettore (Flat Panel o FP) o con un intensificatore di brillanza (IB).



4.2 Prodotto: Software clinici: DSA (digital subtraction angiography) e road mapping 2D

Modulo per l'acquisizione di sequenze di immagini, finalizzato all'esecuzione di esami con tecnica sottrattiva e alla visualizzazione ottimale di strutture vascolari durante le procedure di radiologia interventistica. Il suo funzionamento si basa sull'acquisizione di un'immagine immediatamente prima dell'iniezione del mezzo di contrasto (maschera), che viene quindi sottratta alle immagini acquisite successivamente all'iniezione dello stesso, con conseguente cancellazione delle strutture anatomiche non interessate dalla presenza del mezzo di contrasto.

4.3 Prodotto: Tavolo a sbalzo su ruote ad altezza variabile

Dispositivo per il posizionamento del paziente, caratterizzato da un basamento su ruote e da un piano porta-paziente radiotrasparente, la cui altezza è regolabile tramite un sistema di sollevamento idro-pneumatico o elettrico. La configurazione a sbalzo consente di posizionare agevolmente il paziente fra la sorgente radiogena ed il detettore di immagine, con la possibilità di acquisire diverse proiezioni senza limitazioni legate alla presenza di ostacoli.

4.4 Prodotto: Iniettore di mezzo di contrasto

Pompa per l'iniezione controllata di mezzi di contrasto, caratterizzata dalla possibilità di programmare liberamente volumi, flussi e profili di iniezione, sincronizzabile con il sistema di emissione di raggi X dell'apparecchiatura radiologica. La pompa può essere montata su un supporto: dotato di ruote per il suo agevole posizionamento in prossimità del paziente all'interno della sala d'esame, sospeso al soffitto o a bordo tavolo.

Una consolle di comando integrata consente l'impostazione di tutti i parametri di iniezione ed il controllo della sequenza di erogazione del mezzo di contrasto.

4.5 Prodotto: Assistenza e manutenzione per 36 mesi sull'arco a c mobile

Estensione dei servizi di assistenza e manutenzione per ulteriori 36 mesi successivi ai primi 12 mesi. Il servizio è richiesto sull'apparecchiatura completa dei dispositivi accessori. Il prezzo del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi è determinato in misura fissa per tutta la durata del contratto e sarà proporzionale al prezzo offerto per il bene stesso secondo il dettaglio indicato in sede di Appalto Semplicato.

4.6 Prodotto: Assistenza e manutenzione per 36 mesi sull'iniettore del mezzo di contrasto

Estensione dei servizi di assistenza e manutenzione per ulteriori 36 mesi successivi ai primi 12 mesi. Il servizio è richiesto sull'apparecchiatura completa dei dispositivi accessori. Il prezzo del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi è determinato in misura fissa per tutta la durata del contratto e sarà proporzionale al prezzo offerto per il bene stesso secondo il dettaglio indicato in sede di Appalto Semplicato.



5. Categoria Merceologica: CPV 33112320-8 – Ecotomografi

La categoria merceologica "Ecotomografi" comprende apparecchiature di indagine diagnostica medica che non utilizzano radiazioni ionizzanti ma si basano sul principio degli ultrasuoni, dell'emissione di eco e della trasmissione delle onde ultrasonore mediante diverse tipologie di sonde. Le sonde sono formate da un cristallo piezoelettrico in grado di convertire un impulso elettrico in un impulso meccanico, generando ultrasuoni e ricevendo echi di ritorno. All'interno della categoria rientrano i prodotti che completano l'apparecchiatura, secondo il dettaglio indicato nei successivi paragrafi.

5.1 Prodotto: Ecotomografo

Gli ecotomografi sono apparecchiature di indagine diagnostica medica che si basano sul principio dell'emissione di eco e della trasmissione delle onde ultrasonore. La metodica è considerata come esame di base o di filtro rispetto a tecniche di imaging più complesse come TC, RM e Angiografia. Nelle mani del radiologo interventista è una metodica che può essere utilizzata per procedure terapeutiche mini invasive. L'ecografia è, in ogni caso, una procedura operatore-dipendente, poiché vengono richieste particolari doti di manualità e spirito di osservazione, oltre a cultura dell'immagine ed esperienza clinica. Gli ecotomografi si differenziano per: fascia qualitativa (Fascia Alta, Fascia Media, Fascia Entry level) e destinazione d'uso (reparti di cardiologia, ginecologia, sale operatorie, pronto soccorso, stanze di degenza).

5.2 Prodotto: Assistenza e manutenzione per 36 mesi sull' ecotomografo

Estensione dei servizi di assistenza e manutenzione per ulteriori 36 mesi successivi ai primi 12 mesi. Il servizio è richiesto sull'apparecchiatura completa dei dispositivi accessori. Il prezzo del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi è determinato in misura fissa per tutta la durata del contratto e sarà proporzionale al prezzo offerto per il bene stesso secondo il dettaglio indicato in sede di Appalto Semplificato.

5.3 Prodotto: Sonda cardiologica adulti 2 – 4 Mhz phased array settoriale con supporto della funzionalità Doppler CW steerable

Trasduttore ecografico multi-cristallo e multifrequenza, con tecnologia di tipo phased-array, per l'acquisizione di immagini settoriali per diagnostica cardiologica su pazienti adulti. Il trasduttore supporta anche l'acquisizione Doppler ad onda continua, con possibilità di modificare la direzione di acquisizione del segnale ultrasonoro.

5.4 Prodotto: Sonda cardiologica pediatrica 5 – 7,5 Mhz phased array settoriale con supporto della funzionalità Doppler CW steerable

Trasduttore ecografico multi-cristallo e multifrequenza, con tecnologia di tipo phased-array, per l'acquisizione di immagini settoriali per diagnostica cardiologica su pazienti pediatrici. Il



trasduttore supporta anche l'acquisizione Doppler ad onda continua, con possibilità di modificare la direzione di acquisizione del segnale ultrasonoro.

5.5 Prodotto: Sonda lineare small parts 6 –12 Mhz

Trasduttore ecografico multi-cristallo e multifrequenza, con tecnologia ad array lineare, per l'acquisizione di immagini su distretti anatomici superficiali (tiroide, mammella, testicolo, tendini, ecc.).

5.6 Prodotto: Sonda convex o microconvex 3,5 – 5 Mhz

Trasduttore ecografico multi-cristallo e multifrequenza, con tecnologia ad array convesso a medio o piccolo raggio di curvatura, per l'acquisizione di immagini di organi addominali e/o pelvici su pazienti adulti.

5.7 Sonda convex o microconvex ad alta frequenza per esami pediatrici

Trasduttore ecografico multi-cristallo e multifrequenza, con tecnologia ad array convesso a medio o piccolo raggio di curvatura, per l'acquisizione di immagini di organi addominali e/o pelvici su pazienti pediatrici.

5.8 Sonda endocavitaria end fire

Trasduttore ecografico multi-cristallo e multifrequenza, di tipo endocavitario con tecnologia ad array convesso a piccolo raggio di curvatura, disposto sulla parte terminale della sonda, per l'acquisizione di immagini per via transrettale o transvaginale su pazienti adulti.

5.9 Prodotto: Sonda lineare vascolare 7,5 - 10 Mhz

Trasduttore ecografico multi-cristallo e multifrequenza, con tecnologia ad array lineare, per l'acquisizione di immagini vascolari su distretti anatomici superficiali (distretto carotideo, eco-color Doppler penieno, ecc.).

5.10 Prodotto: Sonda transesofagea adulti omniplana

Trasduttore ecografico multi-cristallo e multifrequenza, di tipo endoscopico transesofageo flessibile, con tecnologia phased-array e possibilità di acquisizione su piani selezionabili liberamente dall'operatore, per l'acquisizione di immagini per diagnostica cardiologica.

5.11 Prodotto: Kit di biopsia per sonde convex o microconvex

Adattatore per il fissaggio ed il posizionamento di aghi per prelievi biotipici a trasduttori di tipo convex o microconvex, con supporto da parte dell'apparecchiatura ecografica di tale funzionalità attraverso la visualizzazione della traiettoria dell'ago sull'immagine acquisita.



5.12 Prodotto: Kit di biopsia per sonde endocavitare

Adattatore per il fissaggio ed il posizionamento di aghi per prelievi bioptici a trasduttori di tipo endocavitario, con supporto da parte dell'apparecchiatura ecografica di tale funzionalità attraverso la visualizzazione della traiettoria dell'ago sull'immagine acquisita.

5.13 Prodotto: Kit di biopsia per sonde lineari

Adattatore per il fissaggio ed il posizionamento di aghi per prelievi bioptici a trasduttori di tipo lineare, con supporto da parte dell'apparecchiatura ecografica di tale funzionalità attraverso la visualizzazione della traiettoria dell'ago sull'immagine acquisita.

5.14 Prodotto: Modulo Doppler CW steerable

Modulo hardware e/o software per l'acquisizione, l'analisi e la visualizzazione di segnali Doppler ad onda continua, per mezzo di trasduttori bidimensionali in grado di supportare tale funzionalità, con possibilità di modificare la direzione di acquisizione del segnale ultrasonoro.

5.15 Prodotto: Modulo per esami con mezzi di contrasto ecografici

Modulo hardware e/o software per l'acquisizione, l'analisi e la visualizzazione di segnali ecografici acquisiti successivamente all'iniezione di mezzi di contrasto ecoamplificatori.

5.16 Prodotto: Modulo di elaborazione per immagini 3D completo di accessori necessari all'utilizzo dello stesso con sonde bidimensionali

Modulo hardware e software per l'acquisizione, analisi e ricostruzione di immagini ecografiche volumetriche, a partire da immagini acquisite con trasduttori di tipo bidimensionale. Il modulo comprende tutti gli accessori necessari alla localizzazione spaziale della sonda ecografica e dei piani di acquisizione delle immagini bidimensionali utilizzate per la ricostruzione 3D.

5.17 Prodotto: Software di calcolo cardiologico

Modulo software per l'analisi quantitativa delle immagini ecocardiografiche (parametri B-mode, M-mode, Doppler, color flow, volumi, FE, valvole, ecc.) e la generazione dei relativi report diagnostici.

5.18 Prodotto: Software per la gestione completa di protocolli eco stress

Modulo software per l'acquisizione, analisi, elaborazione e gestione dei dati acquisiti attraverso l'applicazione di protocolli ecocardiografici da sforzo, con la generazione dei relativi report diagnostici.



5.19 Prodotto: Software per la valutazione della cinetica ventricolare, strain – strain rate, analisi quantitativa TDI

Modulo software per l'analisi quantitativa delle immagini ecocardiografiche dinamiche, con specifico riferimento al calcolo dei parametri di cinetica ventricolare (velocità miocardica regionale, deformazione miocardica regionale, ecc.), a partire da immagini acquisite in modalità 2D e Color Doppler Tissutale.

5.20 Prodotto: Stampante bianco e nero di tipo medicale

Riproduttore su carta di immagini in scala di grigi, con caratteristiche di risoluzione e dinamica dei livelli di grigio adeguate alla corretta rappresentazione di immagini medicali.

5.21 Prodotto: Stampante a colori di tipo medicale

Riproduttore su carta di immagini a colori, con caratteristiche di risoluzione, dinamica e resa cromatica adeguate alla corretta rappresentazione di immagini medicali.

6. Categoria Merceologica: CPV 33111650-2 – Mammografi

La categoria merceologica "Mammografi" comprende le apparecchiature impiegate nella diagnosi precoce del tumore mammario. All'interno della categoria rientrano i prodotti che completano l'apparecchiatura, secondo il dettaglio indicato nei successivi paragrafi.

6.1 Prodotto: Mammografo

Il mammografo è impiegato nell'immagine che consente di arrivare ad una diagnosi precoce del tumore mammario. È la diagnostica radiologica con maggiore sensibilità (capacità di individuare una lesione), specificità (capacità di identificare la natura della lesione) e bassi livelli di dose (raggi X) emessa nel corso di ciascun esame (rispetto ad altri esami radiologici). L'affidabilità delle diagnosi è stata recentemente migliorata a seguito dell'introduzione della tecnica diagnostica di tomosintesi mammaria.

Questa acquisisce una serie di esposizioni in sequenza (con movimento ad arco) per ricostruire un'immagine delle strutture del seno libere da sovrapposizioni indesiderate.

6.2 Prodotto: Sistema per esecuzione biopsie con metodo stereotassico

Sistema hardware e software per il posizionamento e la guida di aghi per biopsia mammaria. Il punto di inserimento, la direzione di avanzamento dell'ago e le coordinate spaziali della sospetta lesione vengono calcolati a partire dalle proiezioni di riferimento acquisite dal mammografo e vengono impostate sul sistema di supporto dell'ago, consentendo una precisa localizzazione del punto di prelievo biptico.



6.3 Prodotto: Workstation di refertazione

Stazione di lavoro computerizzata per la visualizzazione e l'elaborazione di immagini mammografiche digitali, dotata di monitor di qualità medica ad alta risoluzione e del relativo software per la manipolazione e l'analisi dell'immagine a fini diagnostici.

6.4 Prodotto: Lettino o poltrona reclinabile per pazienti ipocollaboranti

Lettino o poltrona per l'esecuzione dell'esame mammografico in posizione seduta o distesa, dotata di ruote ed eventualmente di supporto ad altezza variabile per un agevole posizionamento della paziente rispetto all'apparecchiatura mammografica.

6.5 Prodotto: Assistenza e manutenzione per 36 mesi sul mammografo

Estensione dei servizi di assistenza e manutenzione per ulteriori 36 mesi successivi ai primi 12 mesi. Il servizio è richiesto sull'apparecchiatura completa dei dispositivi accessori. Il prezzo del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi è determinato in misura fissa per tutta la durata del contratto e sarà proporzionale al prezzo offerto per il bene stesso secondo il dettaglio indicato in sede di Appalto Semplificato.

7. Categoria Merceologica: CPV 33111000-1 - Ortopantomografi

La categoria merceologica "Ortopantomografi" comprende le apparecchiature radiologiche impiegate nelle bioimmagini dei denti, delle arcate dentarie, delle ossa mandibolari e mascellari e dei seni mascellari su un'unica bioimmagine. All'interno della categoria rientrano i prodotti che completano l'apparecchiatura, secondo il dettaglio indicato nei successivi paragrafi.

7.1 Prodotto: Ortopantomografo

È un'apparecchiatura radiografica che, nelle versioni di ultima generazione, permette di effettuare indistintamente esami panoramici, volumetrici e, mediante un braccio teleradiografo, esami cefalometrici. Attraverso questa tecnologia il cranio del paziente viene rilevato tridimensionalmente e rappresentato senza distorsioni con una sola rotazione del detettore radiologico. L'ortopantomografo con tecnologia 2D/3D Cone Beam emette un fascio di raggi a forma conica e scansiona il paziente immobile attraverso un braccio rotante ad altissima precisione. Il principale vantaggio di questa tecnologia, risiede nel fatto di poter limitare alla precisa regione di interesse l'esposizione ai raggi X e conseguentemente diminuire il tempo necessario per l'esecuzione dell'esame, il tutto con l'effetto di una dose di radiazione inferiore in misura fino al 70% rispetto alle scansioni TC convenzionali.

7.2 Prodotto: Cefalometro per l'esecuzione della cefalometria integrabile con l'apparecchiatura

Sistema hardware e software per il corretto posizionamento del paziente ai fini dell'acquisizione di immagini parziali o totali del cranio, secondo proiezioni standard (PA, AP, LL).



7.3 Prodotto: Assistenza e manutenzione per 36 mesi sull'ortopantomografo

Estensione dei servizi di assistenza e manutenzione per ulteriori 36 mesi successivi ai primi 12 mesi. Il servizio è richiesto sull'apparecchiatura completa dei dispositivi accessori. Il prezzo del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi è determinato in misura fissa per tutta la durata del contratto e sarà proporzionale al prezzo offerto per il bene stesso secondo il dettaglio indicato in sede di Appalto Semplificato.

8. Categoria Merceologica: CPV 33111660-5 - Osteodensitometri o MOC

La categoria merceologica "Osteodensitometri o MOC" comprende apparecchiature usate nella prevenzione e cura dell'osteoporosi. Le apparecchiature permettono la misura della Bone Mineral Density (BMD, g/cm² di segmento osseo). Il parametro è ritenuto il miglior predittore di rischio di fratture osteoporotiche e standardizzato dall'OMS per la diagnosi dell'osteoporosi e può essere valutato a livello del radio, femore, colonna (antero-posteriore e laterolaterale) e intero scheletro (totale body).

8.1 Prodotto: Osteodensitometro o MOC di tipo DEXA

La MOC con tecnica DEXA permette la misura della Bone Mineral Density (BMD, g/cm² di segmento osseo). L'apparecchiatura si compone di: un generatore di raggi x a due diversi livelli di energia; un sistema di detezione digitale dell'immagine; un tavolo per il posizionamento paziente; una consolle per l'acquisizione, l'elaborazione, la visualizzazione e l'archiviazione dell'immagine; dispositivi per il posizionamento del paziente.

8.2 Prodotto: Assistenza e manutenzione per 36 mesi sull'osteodensitometro

Estensione dei servizi di assistenza e manutenzione per ulteriori 36 mesi successivi ai primi 12 mesi. Il servizio è richiesto sull'apparecchiatura completa dei dispositivi accessori. Il prezzo del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi è determinato in misura fissa per tutta la durata del contratto e sarà proporzionale al prezzo offerto per il bene stesso secondo il dettaglio indicato in sede di Appalto Semplificato.

9. Categoria Merceologica: CPV 33111000-1 - Portatili per radiografia

La categoria merceologica "Portatili per radiografia" comprende le apparecchiature radiologiche impiegate per effettuare esami radiologici e indagini diagnostiche sia in sale radio-protette sia in corsia. L'apparecchiatura si caratterizza per ridotto ingombro e facilità di trasporto. Viene, quindi, utilizzata prevalentemente nei casi in cui il paziente non può essere trasportato nei reparti di radiologia per l'esecuzione degli esami.



9.1 Prodotto: Portatile per radiografia digitale

Il Portatile per radiografia digitale si compone di: un generatore di raggi x di dimensioni ridotte; pannello di detezione digitale dell'immagine (con trasmissione dati al portatile di tipo wired o wireless); una memoria locale per l'archiviazione delle immagini; un accumulatore di energia per l'alimentazione in assenza di collegamento alla rete elettrica. Inoltre il sistema carrellato per il trasporto può essere a movimentazione motorizzata.

9.2 Prodotto: Assistenza e manutenzione per 36 mesi sul portatile per radiografia

Estensione dei servizi di assistenza e manutenzione per ulteriori 36 mesi successivi ai primi 12 mesi. Il servizio è richiesto sull'apparecchiatura completa dei dispositivi accessori. Il prezzo del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi è determinato in misura fissa per tutta la durata del contratto e sarà proporzionale al prezzo offerto per il bene stesso secondo il dettaglio indicato in sede di Appalto Semplificato.

9.3 Prodotto: Assistenza e manutenzione per 48 mesi sul detettore wireless

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere il servizio full risk di assistenza e manutenzione, per 48 mesi a partire dalla data dell'esito positivo del collaudo dell'apparecchiatura, comprensivo della riparazione o sostituzione, per numero pari a 3 (tre) eventi, nel corso dei 48 mesi, del detettore wireless in caso di guasto a seguito di cadute accidentali.

Il servizio può essere richiesto sul detettore wireless contestualmente all'acquisto dell'Apparecchiatura oggetto della sopracitata categoria merceologica.

10. Categoria Merceologica: CPV 33111000-1 - Telecomandati

La categoria merceologica "Telecomandati" comprende le apparecchiature, con ampia movimentazione automatica del tavolo, impiegate nella diagnostica per immagini radiologiche tradizionali. All'interno della categoria rientrano i prodotti che completano l'apparecchiatura, secondo il dettaglio indicato nei successivi paragrafi.

10.1 Prodotto: Telecomandato digitale

È un'apparecchiatura multiuso che consente di eseguire tutte le indagini radiologiche tradizionali che i reparti di radiologia richiedono: esami di routine, traumatologia e ortopedia, esami del torace, esami della colonna vertebrale, della regione addominale e degli arti superiori ed inferiori.

L'apparecchiatura, grazie all'ampia possibilità di movimentazione del tavolo (dalla postazione di comando), consente di eseguire esami su pazienti ipo-collaboranti posizionati supini sul tavolo o in ortostasi (ribaltando il tavolo di 180°).



10.2 Prodotto: Sospensione pensile scorrevole per un monitor

Sistema pensile per il fissaggio a soffitto di un monitor diagnostico flat-screen, con possibilità di posizionamento libero lungo una rotaia scorrevole per la visualizzazione ottimale delle immagini da punti diversi della sala diagnostica. La fornitura: include il monitor diagnostico flat-screen, ad alta risoluzione e certificato per uso medico; prevede l'esecuzione di quanto necessario per la corretta installazione del sistema ed il suo pieno utilizzo.

10.3 Prodotto: Sospensione pensile scorrevole per due monitor

Sistema pensile per il fissaggio a soffitto di due monitor diagnostici flat-screen affiancati, con possibilità di posizionamento lungo una rotaia scorrevole per la visualizzazione ottimale delle immagini da punti diversi della sala diagnostica. La fornitura: include il monitor diagnostico flat-screen, ad alta risoluzione e certificato per uso medico; prevede l'esecuzione di quanto necessario per la corretta installazione del sistema ed il suo pieno utilizzo.

10.4 Prodotto: Monitor su supporto a pavimento per sala esami

Monitor diagnostico flat-screen, ad alta risoluzione e certificato per uso medico, montato su supporto a pavimento dotato di ruote per un agevole posizionamento all'interno della sala diagnostica.

10.5 Prodotto: Sospensione pensile inclusiva di tubo radiogeno

Stativo pensile con montaggio su rotaia a soffitto, comprensivo di tubo radiogeno di adeguate caratteristiche e diaframmi di collimazione del fascio X, con ampie possibilità di posizionamento orizzontale, verticale e di rotazione della sorgente radiogena.

10.6 Prodotto: Software clinici: Substraction (DSA), Road Mapping e Cine Loop

Modulo software per l'acquisizione di sequenze di immagini, finalizzato all'esecuzione di esami angiografici con tecnica sottrattiva, alla visualizzazione ottimale di strutture vascolari durante le procedure di radiologia interventistica, alla visualizzazione di sequenze di immagini acquisite con frame-rate impostato dall'operatore.

10.7 Prodotto: Stitching per le immagini di lungo formato

Modulo software per la composizione di immagini di lungo formato (arti inferiori, body, ecc.) a partire da singole acquisizioni di formato standard (es. 35x43), con riallineamento automatico e cancellazione dei bordi di sovrapposizione.

10.8 Prodotto: Assistenza e manutenzione per 36 mesi sul telecomandato

Estensione dei servizi di assistenza e manutenzione per ulteriori 36 mesi successivi ai primi 12 mesi. Il servizio è richiesto sull'apparecchiatura completa dei dispositivi accessori. Il prezzo del



servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi è determinato in misura fissa per tutta la durata del contratto e sarà proporzionale al prezzo offerto per il bene stesso secondo il dettaglio indicato in sede di Appalto Semplificato.