

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. 1552 DEL
01 OTT. 2019


Oggetto: Manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità UPS presso
Servizio Dialisi del Poliambulatorio di Mesoraca.
Affidamento lavori.
CIG n° Z4029E6BB7

Il Direttore Generale F.F. Dott.ssa Maria Pompea Bernardi, adotta la seguente
deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal
Direttore del Dipartimento _____

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale

Il Direttore dell'U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale propone al Direttore
Generale f.f. l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità
tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore U.O.C. G.T.P.
Arch. Francesco Bennardo



Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
Dott. Giuseppe FICO



PREMESSO

PREMESSO che con nota prot. n. 0040137 del 06/08/2019 è stata fatta richiesta da parte del Dirigente Medico del Centro Dialisi di Mesoraca, per anomalia al gruppo di continuità presso la Sala Emodialisi e autorizzata dal Direttore Generale f.f.;

CHE da un sopralluogo effettuato si è riscontrata l'effettiva esigenza di eseguire i lavori di cui sopra;

CHE è stata espletata ricerca di mercato contattando ditte specializzate nella trattazione specifica degli apparecchi UPS;

ACQUISITO al protocollo generale con il n. 0046202 del 25/09/2019 il preventivo della Ditta SIST.EL. S.r.l. di Selargius di €. 2.650,00 oltre IVA per manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità UPS presso Servizio Dialisi del Poliambulatorio di Mesoraca, risultando il più economico per l'Azienda;

RITENUTO dover affidare la manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità UPS presso Servizio Dialisi del Poliambulatorio di Mesoraca, per come elencato nell'offerta, alla Ditta SIST.EL. S.r.l. di Selargius per €. 2.650,00 oltre IVA;

VISTO il "Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia di competenza dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio" approvato con delibera del Direttore Generale n° 343 del 27/06/2012 ed integrato e modificato con delibera n° 149 del 20.03.2013;

VISTO il lotto CIG n° Z4029E6BB7;

VISTO il D.lg. n° 50 del 18.04.2016;

PROPONE

- 1) affidare la manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità UPS presso Servizio Dialisi del Poliambulatorio di Mesoraca, per come elencato nell'offerta, alla Ditta SIST.EL. S.r.l. di Selargius per €. 2.650,00 oltre IVA;
- 2) far gravare la spesa di €. 3.233,00 compreso IVA sul conto n. 50321010 del Bilancio corrente e sul Centro di costo al conto n. CC2f31;
- 3) liquidare l'importo di cui sopra a completamento dei lavori e a presentazione della fattura riscontrata dagli uffici competenti;
- 4) di autorizzare il Servizio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro richiesta da parte dell'ufficio Proponente.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Referente Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.


DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.


Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Referente Sanitario
Dott. Pietro Luigi Brisinda



Il Direttore Generale F.F.
Dott.ssa Maria Pompea Bernardi



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 01 OTT. 2019 con
protocollo n. 140 141

Il Responsabile del procedimento

.....


Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano





REGIONE CALABRIA - ASP di CROTONE
DISTRETTO SANITARIO di MESORACA

Via Campizzi, 88838 Mesoraca (KR)
(Centralino : 0962 498 111)

CENTRO DIALISI DI MESORACA

Struttura Decentrata dell' UOC NEFROLOGIA ED EMODIALISI DI CROTONE (Direttore : dr. G. RIZZUTO)

Tel.: 0962 498 161 (Sala Dialisi)
Tel. e Fax: 0962 498 162 (Medici)

AL DIRETTORE
DEL DISTRETTO DI MESORACA
DOTT. FRANDINA

ALL'UFFICIO TECNICO DI MESORACA

e.p.c. AL RESPONSABILE U.O. NEFROLOGIA E DIALISI
DOTT. SEBASTIANO GRECO

ARCH. BENNARDO
UFFICIO BENI E SERVIZI DEL PATRIMONIO
CROTONE

Mesoraca, li 06/08/2019

**OGGETTO: SOLLECITO VERIFICA ANOMALIA GRUPPO DI CONTINUITA' SALA
EMODIALISI**

Si porta a conoscenza che, in riferimento alla nota del 23/07/2019, protocollo n 10/MES, la quale recava carattere di urgenza, ancora in data odierna non c'è stata alcuna verifica del gruppo di continuità in sala emodialisi e ancora non sono note neppure le modalità di richiesta di interventi tecnici urgenti non differibili che non possono essere risolti immediatamente dal personale sanitario, nelle giornate di sabato e nei giorni festivi infrasettimanali.

A disposizione per ulteriori chiarimenti

Distinti saluti

CENTRO DIALISI DECENTRATO
DISTRETTO S.S. MESORACA
A.S.P. 2011/19

Il Dirigente Medico
Dott.ssa F. Bova

Autore
(23)



Gruppi di continuità, Elettrogeni,
Accumulatori, Elettronica Industriale

Centro Assistenza Multimarche



Spett.le
Azienda Sanitaria Prov.le di Crotone
Via Mario Nicoletta
Centro Direzionale "Il Granaio"
88900 - Crotone (KR)
Ref. Arch. Bennardo Francesco
Tel. +39 962924812
E.mail: architetto.bennardo@asp.crotone.it

Preventivo n. 550/ET/19 del 17/09/2019

Oggetto: Assistenza UPS

In riferimento all'attività di manutenzione straordinaria eseguita in data 27/03/2019 sugli UPS a servizio dei reparti del P.O. Mesorata, reparto Dialisi, e su Vs. richiesta Vi prospettiamo la nostra migliore quotazione per la prestazione tecnica necessaria al ripristino funzionale delle seguenti apparecchiature:

Socomec mod. Digys da 30 kVA s.n. P169188002

- *Stadio di ingresso in corto circuito*

L'intervento atto a ripristinare la piena funzionalità dell'apparecchiatura consiste nelle seguenti operazioni:

- *Sostituzione kit potenza*
- *Calibrazione del carica batterie con i nuovi parametri elettrici*
- *controllo rete*
- *controllo tensione ingresso - uscita*
- *controllo tensione di carica rapida automatica*
- *verifica limite corrente batteria*
- *controllo segnalazioni*
- *controllo frequenza*
- *test autonomia batterie con prova di scarico*
- *Collaudo funzionale controllo dei parametri di funzionamento*

Importo a corpo € 2.650,00 + IVA → Timbro e firma per accettazione

In attesa di un Vs. riscontro, a completa disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo

Distinti saluti

Ettore Tufano

ASP Crotone
Protocollo Generale
N. 0046202 del 25/09/2019



Sist.El s.r.l.

Sede legale e laboratorio: S.S. 554 Km. 4.200 09047 - Selargius Tel. Fax. 070 - 564821 - 500544
C.F./ P.I.: 02640890923 REA: n° 213616 Cap. Soc. € 10.000,00 I.v.

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione****Logo****AVCP**

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Francesco Bennardo

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE - UFFICIO ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG**Dettagli della comunicazione**

CIG	Z4029E6BB7
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AI SENSI DELL'ART. 125 O 57 DEL CODICE
Importo	€ 2.650,00
Oggetto	Manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità UPS presso Servizio Dialisi del Poliambulatorio di Mesoraca.
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto LAVORI

CIG accordo quadro -

CUP -

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936