

CAPITOLATO TECNICO

Richiesta di Offerta (RDO) per la fornitura di N.01 Monitor Multiparametrico con Defibrillatore per la Sala Operatoria di Ostetricia-Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Crotone.

PREZZO A BASE D'ASTA: Euro 7.500,00

COD.CIG. ZB626FE082

Caratteristiche generali:

- Defibrillatore bifasico con modalità Mànuale, AED , Stimolatore, monitoraggio multiparametrico;
- Defibrillazione, cardioversione sincronizzata e AED con tecnologia Bifasica;
- Ampio display almeno da 8" TFT ad alta risoluzione con visualizzazione fino a 4 curve per una visione ottimizzata dei vari parametri emodinamici;
- Peso inferiore ai 7,5 kg con piastre riutilizzabili e batteria;
- Dotato di 2 batterie al litio con visualizzazione direttamente sulla batteria della carica residua oltre che su display;
- Conforme a tutti gli standard previsti dalle normative vigenti;
- Robusto e dotato di un elevato grado di protezione IP, ideale per ambienti di emergenza;
- Si richiede disponibilità dei seguenti parametri: ECG 12 deriv., RESP, SpO2, NIBP;
- In modalità AED deve analizzare automaticamente il ritmo e consigliare l'erogazione della scarica e informare l'operatore con messaggi vocali e di testo;
- In modalità AED deve avere protocolli di defibrillazione adulti/pediatrici in accordo con i protocolli vigenti con possibilità di registrazione dei suoni ambientali;
- ECG diagnostico con algoritmo riconosciuto e validato;
- Pacchetto aritmie completo;
- Conformità alle linee guida 2010 AHA;
- Ampia autonomia di funzionamento:
 - 10h di monitoraggio continuo;
 - Fino a 200 shocks;
 - 6h patching ECG;
- Registratore termico integrato a tre canali da 80mm per un miglior report ECG a 12 derivazioni;
- Impostazione della scarica da 1 a 360J;
- Tempo di carica inferiore a 3 secondi a 200J;
- Stimolatore trans-toracico con modalità sincrona ed asincrona con frequenza e corrente di stimolazione regolabili da schermo;
- Compensazione automatica dell'impedenza;
- Piastre convertibili da uso adulto a pediatrico con comandi integrati

- per selezionare l'intensità dell'energia, la carica e la scarica;
- Contrasto impostabile per uso efficace anche in piena luce diurna;
- Gancio di ancoraggio a letto;
- Ampio pacchetto di memoria:
 - 100 profili paziente;
 - 1000 eventi per ogni paziente;
 - 24h di full disclosure della curva dell'ECG;
 - 180 minuti di registrazioni vocali;
 - 72h di trend tabulari;
 - Congelamento e revisione di 120 secondi di tracciato ECG;
- Facile esportazione dati paziente tramite supporti USB;
- Test di controllo manuali;
- Test di controllo automatici impostabili secondo orari predefiniti;
- Possibilità di connessione eventuale ad una centrale di monitoraggio per interfaccia con monitor multiparametrico della macchina per anestesia.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 70% (QUALITA')

| DESCRIZIONE | PUNTI |
|---|--------------|
| CARATTERISTICHE DEFIBRILLATORE | 15 |
| CARATTERISTICHE MONITORAGGIO E POSSIBILITA' DI COMUNICARE IN UNA POSSIBILE CENTRALE DI MONITORAGGIO CON MONITOR MULTIPARAMETRICO DELL'APPARECCHIO DI ANESTESIA | 20 |
| CARATTERISTICHE MEMORIA EVENTI , PROFILI E TREND | 15 |
| CARATTERISTICHE ROBUSTEZZA, BATTERIE, E VISUALIZZAZIONE CARICA RESIDUA | 15 |
| ASSISTENZA TECNICA | 5 |

Per accettazione – La Ditta

timbro e firma del Legale Rappresentante