

U.O.C PROVVEDITORATO, ECONOMATO, GEST. LOGIS.
Via M. Nicoletta c/o Centro Direzionale "Il Granaio" 88900 Crotone
TEL. 0962-924091 – Telefax 0962-924992
provveditorato@asp.crotone.it

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI N. 1 ELETTROBISTURI.

PREZZO A BASE D'ASTA: Euro 15.000,00 - CIG ZD122EB05D

Elettrobisturi caratterizzato da Sistema Elettrochirurgico a Radiofrequenza con funzioni di controllo avanzato che consentano al chirurgo di migliorare l'effetto desiderato sui tessuti grazie ad una più efficace erogazione della potenza.

CARATTERISTICHE DI MINIMA E MODALITA' OPERATIVE:

- Sistema di sicurezza che controlla la quantità e la qualità del contatto elettrodo di ritorno paziente, che automaticamente varia la soglia di intervento a seconda di ogni singolo paziente, se nell'area di contatto piastra-paziente, l'impedenza varia del 40% in più rispetto al valore iniziale;
- Schermo possibilmente Touch Screen, diviso in sezioni indipendenti, che consenta di essere impostato sfiorando la superficie;
- Tre modalità bipolari, bassa, media, alta tensione. Potenza max 95W;
- Modalità autobipolare;
- Due modalità di taglio, Puro (potenza max 300W) e Miscelato (potenza max 200W);
- Tre modalità di coagulazione con potenza max di 120W:
 - Coagulazione Soft (leggera)
 - Coagulazione Folgorante (Folgorazione) per la maggior parte delle applicazioni
 - Coagulazione Spray (spruzzo) per interventi su vaste zone di tessuto con minima profondità di necrosi;
- Modalità di Dissezioni, in grado di garantire un'emostasi superiore e controllata con la minima dispersione termica, rispetto alle modalità di taglio standard e miscelato. La regolazione di tale modalità può avvenire direttamente dal campo sterile grazie ad un dispositivo a scorrimento posizionato sullo strumento;
- Possibilità di controllare la potenza e le modalità direttamente dal campo sterile;

- Rilevazione automatica degli strumenti collegati nelle modalità di monopolare, bipolare e fusione dei vasi;
- Compatibilità con sistema di aspirazione dei fumi chirurgici;
- Modalità di Resezione Bipolare in soluzione salina.

Il Sistema deve offrire una gamma completa di manipoli, monouso e pluriuso, per poter affrontare con sicurezza ed efficienza tutti i tipi di chirurgia, sia laparoscopica che laparotomica.

Completo di:

- N.01 Carrello;
- N.01 Pedale monopolare;
- N.01 Pedale Bipolare;
- N.01 Pedale per Manipoli a Radiofrequenza.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
