



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER
CONFORMITA' ACCREDITAMENTO PER IL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E
MEDICINA TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIOVANNI DI DIO"
DI CROTONE PER UN PERIODO DI MESI TRENTASEI**

Art.1
Oggetto della fornitura

La gara ha per oggetto la fornitura in service di apparecchiature e materiale di consumo per conformità accreditamento per il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, per un periodo di mesi trentasei.

La gara si articola in n. 3 lotti secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto e ne costituisce parte integrante.

Gli importi per trentasei mesi a base d'asta, per singoli lotti, sono i seguenti:

LOTTO N. 1	SACCHE PER LA RACCOLTA DI SANGUE INTERO CON ACCESSORI IN SERVICE	€. 900.000,00	CODICE CIG 526828457C
-------------------	---	----------------------	--

LOTTO N. 2	VEQ (controlli di Qualità) D.L. 208/2007 (G.U. n. 261 del 09 novembre 2007)	€. 240.000,00	CODICE CIG 5268342559
-------------------	--	----------------------	--

LOTTO N. 3	TEST BASATO SULLA VALUTAZIONE CITOFLUORIMETRICA DELLE EMAZIE FETALI D POSITIVE, PRESENTI NEL CIRCOLO MATERNO.	€. 60.000,00	CODICE CIG 5268355015
-------------------	--	---------------------	--

I quantitativi per singolo lotto, sono indicati nell'allegato Capitolato Tecnico.

Art.2
Durata del contratto

La fornitura avrà durata di trentasei mesi.

L'Azienda si riserva la facoltà di protrarre la fornitura alle stesse condizioni economiche, per un periodo di mesi tre, nel caso l'Azienda stessa non abbia potuto aggiudicare la fornitura successiva.

Ai sensi di legge, il contratto non è tacitamente rinnovabile, pertanto si intende disdetto alla naturale scadenza.

L'Azienda si riserva di interrompere la fornitura, con congruo preavviso, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del materiale oggetto della presente gara, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legale alla realizzazione della spesa.

Art.3
Documenti da inserire nelle offerte di gara

1-Documentazione amministrativa

- a) Dichiarazione con la quale la ditta si impegna alla consegna delle apparecchiature collaudate e dei materiali di consumo, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, pena la revoca dell'aggiudicazione;

- b) Dichiarazione con la quale la ditta si impegna che i materiali di consumo verranno consegnati entro 7 giorni dalla data dell'ordine;
- c) Copia del Capitolato Speciale d'Appalto e del Capitolato Tecnico sottoscritti per accettazione su ogni foglio dal Titolare o Legale Rappresentante della ditta;
- d) Dichiarazione del Titolare o Legale Rappresentante della ditta contenente le seguenti indicazioni:
 - Osservanza della direttiva 93/42/CEE (marchio CEE);
 - La disponibilità a fornire a noleggio le attrezzature per un periodo di mesi trentasei dalla data di installazione salvo eventuale proroga;
 - La disponibilità a far effettuare corsi di addestramento o aggiornamento presso la Struttura ove vengono installate le apparecchiature;
 - La garanzia a fornire l'assistenza tecnica comprensiva di: installazione e disinstallazione dello strumento/i, messa in funzione con fornitura, se necessario, di sistemi atti a garantirne il funzionamento alle condizioni ottimali (condizionamento, elettricità, temperatura, manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria, tipo "Full Risk" comprensiva cioè anche di tutte le eventuali parti di ricambio, così da garantire la perfetta ed ininterrotta attività dell'apparecchiatura/e;
 - L'aggiornamento e nuove versioni del programma di gestione;
 - La disponibilità a fornire aggiornamenti tecnologici delle apparecchiature offerte quando queste si rendano disponibili da parte della ditta;
 - L'idonea copertura assicurativa riferita ai rischi di furto, incendio e R.C., la conformità delle apparecchiature proposte alle Direttive e Normative Europee nonché alle leggi in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro in vigore;
 - L'impegno da parte della ditta a corredare le attrezzature da apposito Computer e relativo interfacciamento bidirezionale con il programma gestionale (TESI);
 - L'impegno da parte del fornitore alla messa a punto iniziale degli strumenti ed all'avviamento degli stessi sino al raggiungimento della piena funzionalità a ritmi produttivi routinari;
 - Taratura annuale degli strumenti secondo i tempi indicati dai Servizi utilizzatori;
 - Modalità e frequenza di effettuazione della manutenzione preventiva allegando i forms dei test funzionali;
 - Modalità di attivazione dell'assistenza tecnica.
- e) Copia certificazione CE
- f) Certificati rilasciati da Istituti o Servizi Ufficiali incaricati del controllo di qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei prodotti offerti a determinati requisiti o norme;
- g) Relazione sulla produzione/smaltimento dei reflui tossico nocivi prodotti ;
- h) Dichiarazione con la quale la ditta attesti la disponibilità a sostituire i dispositivi in caso di malfunzionamento degli stessi per cause indipendenti dal Laboratorio;
- i) Documentazione idonea alla comprova dei requisiti minimi richiesti d.lgs. 163/2006;

2-Documentazione da inserire nella offerta tecnica:

- 1- Depliant e schede tecniche dei prodotti e delle apparecchiature in lingua italiana;
- 2- Allegati A – B – per singolo lotto se ed in quanto dovuti, riportanti tutte le notizie necessarie per una migliore valutazione;
- 3- Fotocopia dell'offerta (All. 2a) omettendo, ovviamente, di riportare i costi.

3-Documentazione da inserire nella offerta economica:

- 1- Allegati 2A (legenda 2a) – 2b – 2c – 2d per singolo lotto se ed in quanto dovuti, riportanti tutte le notizie necessarie per una migliore valutazione.

Art.4 Campionatura

Al fine di una più approfondita valutazione tecnica dei prodotti offerti, l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere adeguata campionatura .

Nell'eventualità di richiesta di campionatura si specifica che la stessa dovrà essere:

- fornita “**a titolo gratuito**”;
- **del tutto identica** all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione;
- inviata entro il termine, nei quantitativi e nelle tipologie, nel luogo che saranno comunicati successivamente all'esame delle schede tecniche da parte della Commissione Tecnica;
- fornita come da indicazione che verrà inviata in seguito.

La mancata presentazione della campionatura, comporterà la non ammissibilità della ditta alla fase finale della gara.

Art.5 Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto, secondo i criteri di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti parametri:

QUALITA' massimo punti 70

PREZZO massimo punti 30

Al fine del raggiungimento della valutazione dell'offerta economica è necessario che venga conseguito un punteggio minimo di sufficienza complessivo **di 30 punti su 70. La Commissione giudicatrice a suo insindacabile giudizio procederà all'esclusione delle offerte alle quali sarà attribuito un valore tecnico inferiore a 30 punti.**

Le caratteristiche di qualità saranno valutate in base ai seguenti parametri:

LOTTO N. 1 – SACCHE PER LA RACCOLTA DI SANGUE INTERO CON ACCESSORI IN SERVICE

Descrizione	Punteggio massimo punti 70
Relazione progettuale	Max 20 punti
Caratteristiche tecnico-strumentali	Max 20 punti
Rispondenza del servizio offerto alle esigenze ed al contesto della struttura utilizzatrice	Max 20 punti

elementi migliorativi rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico	Max 10 punti
---	--------------

L'attribuzione del punteggio qualità prenderà in considerazione i sub criteri con i relativi punteggi di seguito indicati:

RELAZIONE PROGETTUALE : MAX 20 PUNTI

<i>Elemento</i>	<i>valutazione</i>	<i>Punteggi</i>
Collegamento Bidirezionale per i dati di raccolta e scomposizione	Relazionare	
	Bi direzionalità anche in assenza di interfacciamento	10
	assente	0

<i>Elemento</i>	<i>valutazione</i>	<i>Punteggi</i>
Opzione RFID integrata su bilance e scompositori	presente	5
	assente	0

<i>Elemento</i>	<i>valutazione</i>	<i>Punteggi</i>
Sistemi di monitoraggio del posizionamento dei tubi nelle clamp <i>durante il processo</i> , tipologia allarmi	presenti	5
	assenti	0

CARATTERISTICHE TECNICHE : MAX 20 PUNTI

<i>Elemento</i>	<i>valutazione</i>	<i>Punteggi</i>
Minibag per la derivazione dei primi 40 ml	Capacità di ≥ 40 ml	3
	Capacità < 40 ml	0

Elemento	valutazione	Punteggi
Blocco per la risalita del CPD dalla sacca di raccolta alla linea di prelievo e campionamento	relazionare	Max 5

Elemento	valutazione	Punteggi
Confezionamento e sterilizzazione	Confezionamento primario singolo di facile apertura, resistente , trasparente	5
	Confezionamento primario multiplo resistente, trasparente	2
	Confezionamento multiplo non trasparente	0

Elemento	valutazione	Punteggi
Indicazione data di scadenza	Indicazione scadenza sacca su etichetta e su blister singolo	5
	Indicazione scadenza sacca solo sul blister e/o scatola	0

RISPONDENZA DEL SERVIZIO OFFERTO ALLE ESIGENZE : MAX 20 PUNTI

Elemento	valutazione	Punteggi
Conformità delle bilance e degli scompositori alla Dir. Europea 93/42	presente	5
	assente	0

Elemento	valutazione	Punteggi
Sistema di raccolta e scomposizione il più possibile automatico ed operatore indipendente	(Relazionare)	Max 5

<i>Elemento</i>	<i>valutazione</i>	<i>Punteggi</i>
Idoneità e praticità di utilizzo apparecchiature	Memorizzazione e trasferimento dati anche in assenza di PC	3
	Altro – relazionare	3

<i>Elemento</i>	<i>valutazione</i>	<i>Punteggi</i>
Immediata e chiara identificazione della destinazione d'uso dei dispositivi dedicati AUTOLOGO	Presenza dispositivi protezione accidentale dall'uso omologo	2
	assenza	0

<i>Elemento</i>	<i>valutazione</i>	<i>Punteggi</i>
Verifica e monitoraggio della qualità di raccolta e produzione emocomponenti con report statistici personalizzabili	Presenza	2
	Assenza	0

POSSESSO DI ELEMENTI MIGLIORATIVI : MAX 10 PUNTI

Scompositore provvisto di dispositivi automatici per apertura cannule di tutte le tipologie di sacche presenti in commercio

Softwaree per la gestione del controllo di qualità emocomponenti con gestione del nr di ID di donazione

LOTTO N° 2: VEQ (controlli di Qualità) D.L. 208/2007 (G.U. n° 261 DEL 09 NOVEMBRE 2007)

MALATTIE INFETTIVE	SI	NO
Disponibilità di sieri multiparametrici. Presenza in un unico controllo di anti-HIV1 e 2, anti-HTLV 1 e 2, HbsAg, anti-Hbc, anti-Hcv e anti-CMV IgG.	10	2
Copertura di tutti gli analiti per Epatiti ed HIV (antigene HIV escluso) con minor numero di controlli (3)	5	2
Possibilità di fornire oltre che controlli multiparametrici, anche controlli monoparametrici per tutti gli analiti sierologia	5	5

TORCH		
A matrice serica umana (100 %)		
Controlli contenenti solo anticorpi umani naturali non chimerici o ricombinanti.	5	2

BIOLOGIA MOLECOLARE		
Disponibilità di sieri multiparametrici (presenza di HIV HCV HBV nello stesso controllo ciascuno a diversa concentrazione).	10	5
Disponibilità di serie analitiche a diversa concentrazione per i controlli monoparametrici.	5	0

CHIMICA CLINICA PROTEINE, IMMUNOMETRIA		
Multiparametro per il più ampio numero di analiti	5	2
Presenza nello stesso controllo di Ormoni, Immunoglobuline, Marcatori Cardiaci e Tumoriali.	5	2

SOFTWARE		
Software per la gestione dei dati di laboratorio intra e inter-laboratorio non residenziale (residente su internet)	5	0
Aggiornamenti automatici effettuati per via telematica senza intervento dell'operatore.	5	2
Accesso personalizzato e riservato per diversi utilizzatori da effettuarsi da qualunque postazione con collegamento Internet anche al di fuori del laboratorio.	5	0

Elaborazione del controllo interlaboratorio (quotidianamente) ed intralaboratorio in tempo reale senza intervento o richiesta dell'operatore entro le 24 ore.	5	2
---	---	---

LOTTO 3: TEST BASATO SULLA VALUTAZIONE CITOFLUORIMETRICA DELLE EMAZIE FETALI D POSITIVE, PRESENTI NEL CIRCOLO MATERNO.

<i>Elemento</i>	<i>valutazione</i>	<i>Punteggi</i>
Indagine da inserire nella strumentazione in possesso per le indagini citofluorometriche generali	possibile	30
	Non possibile	5

<i>Elemento</i>	<i>valutazione</i>	<i>Punteggi</i>
Scadenza del kit minima di 12 mesi	SI	Max 20
	NO	5

<i>Elemento</i>	<i>valutazione</i>	<i>Punteggi</i>
Presenza nel kit di numero non rilevante di tests tali da gestire anche piccoli numeri di donne Rh-		Max 20
		5

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA : Punti 30

ELEMENTO DI VALUTAZIONE: PREZZO
PREZZO: verrà preso a riferimento il miglior prezzo offerto per ciascun lotto. Al prezzo più basso verranno attribuiti 30 punti ed alle altre offerte verrà applicato il punteggio inversamente proporzionale in base alla formula: Valore dell'offerta considerata: valore della migliore offerta = 30:X Dove "X" rappresenta il punteggio attribuito per singolo lotto di riferimento.

Risulterà vincitrice, per singolo lotto, la ditta che avrà conseguito il maggior punteggio prezzo/qualità globale sullo specifico lotto.

Le offerte riferite a dispositivi per i quali fosse riscontrata la non rispondenza ai requisiti minimi richiesti saranno escluse dalla gara.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta congrua e conveniente.

Art.6

Obbligo della ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria (di seguito chiamata semplicemente "ditta"), è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia. Essa sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell'Azienda sia di terzi.

La ditta dovrà consegnare i quantitativi e le tipologie effettivamente necessarie richiesti dall'Azienda, impegnandosi a fornire prodotti di recente produzione.

Nel caso in cui i materiali ed i sistemi aggiudicati siano sostituiti o affiancati da altri, più recenti, sarà facoltà dell'Azienda acquisire i nuovi prodotti (corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara), ovvero rifiutarli qualora, con proprio giudizio insindacabile, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo. In quest'ultimo caso, la ditta è obbligata a fornire esattamente gli articoli oggetto di aggiudicazione, o verrà considerata inadempiente.

La ditta dovrà garantire la continuità delle prestazioni intervenendo tempestivamente in caso di malfunzionamento delle attrezzature entro e non oltre 24 ore dalla chiamata, assicurando comunque o con un intervento risolutivo o con modalità da concordare con il Responsabile del Servizio interessato, un'interruzione non superiore ad una giornata lavorativa.

La ditta dovrà garantire la consulenza telefonica per guasti nei giorni prefestivi.

Lo strumento fornito deve garantire la continuità di esercizio per tutto il periodo di fornitura, in caso contrario lo stesso dovrà essere sostituito tempestivamente.

In caso di fermo anche di una sola macchina o di mancata operatività, superiore a 48 ore, la ditta dovrà disporre, a suo carico, l'effettuazione delle analisi necessarie presso altro laboratorio accreditato compresa anche l'eventuale sostituzione dello strumento.

I sistemi proposti devono poter essere operativi 24 ore su 24, tutti i giorni. In caso di non rispetto di questa clausola, il fornitore si impegna a rendere disponibile, a suo carico, l'effettuazione delle analisi necessarie all'Unità Operativa.

La ditta dovrà garantire almeno due interventi di manutenzione annua per ciascuna apparecchiatura.

La ditta dovrà garantire l'assistenza tecnica con le modalità e i termini di cui sopra. In caso di mancato intervento nei termini prescritti, sarà applicata una penale di € 250,00/die.

La ditta fornitrice dovrà procedere all'installazione della strumentazione non oltre 30 (trenta) giorni dal

ricevimento della lettera di aggiudicazione. La fissazione di un termine diverso dovrà essere espressamente accettato dall'Azienda appaltante.

Al momento della consegna ed installazione delle attrezzature, alla presenza dell'appaltante saranno eseguite opportune prove atte a verificare, nelle reali condizioni ambientali, il funzionamento delle stesse. Nel caso vengano superate positivamente le prove stabilite si procederà alla compilazione del verbale di collaudo.

Nel caso non venissero rispettati i termini di fornitura e di intervento di cui sopra, la ditta dovrà corrispondere una penale per ritardo pari ad € 250,00/die.

Art.7

Aggiornamento tecnologico

La ditta dovrà impegnarsi a fornire autonomamente, appena disponibile senza maggiorazione dei prezzi, sempre salvo previo accordo con il Responsabile del Servizio interessato, adeguamenti tecnologici, metodologici e gestionali riguardanti le attività che si rendessero disponibili durante la validità del contratto.

L'Azienda potrà comunque chiedere in prova i nuovi prodotti e/o apparecchiatura presso il proprio laboratorio.

Art.8

Altre Indicazioni

E' facoltà dell'Azienda provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiale di cui alla presente gara, ove non fossero nella tempestiva, provvisoria o definitiva, disponibilità della ditta. La ditta dovrà assumere l'onere dell'eventuale maggiore spesa. Detto onere verrà trattenuto, senza obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto al fornitore per le forniture già effettuate.

I quantitativi previsti nel capitolato Tecnico allegato, sono **puramente indicativi**. I consumi ad essi correlati non costituiscono un impegno o una promessa dell'Azienda, essendo l'attività clinica non esattamente quantificabile, in quanto subordinata a fattori variabili ed ad altre cause e circostanze legate alla sua particolare natura, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione Calabria. Pertanto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità ed i tipi di prodotti che verranno effettivamente richiesti, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate risultassero diverse da quelle indicate dall'Azienda Sanitaria Provinciale.

Art.9

Modalità di consegna

La consegna degli strumenti dovrà essere effettuata presso il laboratorio interessato previo accordo con il Servizio di Ingegneria Clinica.

Le consegne dei prodotti oggetto della fornitura, nei quantitativi e nei tempi di volta in volta indicati dall'Azienda, dovranno avvenire in porto franco, comunque entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di richiesta o di programmazione concordata con i Magazzini.

Le bolle e le fatture dovranno rispettare la suddivisione per esercizio finanziario, riportare gli estremi dell'ordine ed essere intestate a :

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

Via Mario Nicoletta

Centro Direzionale "IL GRANAIO"

88900 CROTONE

P. IVA 01997410798

Art.10

Controllo della fornitura – contestazioni – inadempienze contrattuali - penalità

All'atto della consegna delle attrezzature fornite dovrà essere redatto apposito verbale di accettazione provvisoria da parte del Responsabile del Laboratorio, Servizio di Ingegneria Clinica e ditta fornitrice. Nell'arco dei tre mesi successivi il laboratorio interessato valuterà l'idoneità e la capacità delle apparecchiature a mantenere e riprodurre le prestazioni.

Terminato e superato il periodo del primo trimestre, in accordo ed in presenza del fornitore, il laboratorio eseguirà il "test run" del sistema atto a verificare:

- Precisione;
- Accuratezza;
- Carry over;
- Operatività (test continuo);
- Consumi effettivi.

Durante questo periodo dovrà pure essere verificata, la rispondenza dei consumi dichiarati dalla ditta in sede di offerta, con quelli effettivi. In caso questi ultimi risultassero superiori, la ditta dovrà integrare gratuitamente il fabbisogno, salvo la risoluzione del contratto in caso di variazioni particolarmente elevate con l'addebito alla stessa ditta di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

Superato tale test sarà rilasciato, a cura del laboratorio interessato e del Servizio di Ingegneria Clinica, un apposito verbale dell'avvenuto e definitivo collaudo.

Nel caso il test non avesse esito favorevole potrà essere concordata un'ulteriore e definitiva ripetizione nei tre mesi successivi. Un nuovo esito sfavorevole comporterà l'immediata restituzione delle apparecchiature e la conseguente risoluzione del contratto.

Art.11

Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto già previsto al precedente Art. 9 si precisa che dopo due successive contestazioni scritte per consegne qualitativamente e/o quantitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, l'Azienda avrà la facoltà risolvere il contratto, con preavviso di 15 gg. da darsi mediante lettera raccomandata A.R..

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini di consegna, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con sua deliberazione, senza diffida od altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura fino alla scadenza del termine.

Art.12

Normativa antimafia

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata all'accertamento, da parte degli organi competenti, dell'insussistenza di cause ostative in capo alla ditta, come previsto dalla normativa vigente.

Qualora, dall'accertamento, risulti l'esistenza di alcuna delle cause ostative previste dalla legge, l'Azienda chiederà l'annullamento dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione, salva la ripetizione degli eventuali maggiori danni.

Art.13

Finanziamento e pagamenti

La spesa è finanziata con rimesse a carico del Fondo Sanitario Nazionale imputate al Bilancio dell'Azienda.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità ed i tipi di prodotti che verranno effettivamente richiesti; i quantitativi previsti nel capitolato Tecnico allegato, sono **puramente indicativi** e pertanto la ditta procederà alla fatturazione, ai prezzi unitari offerti, delle forniture effettivamente ordinate e consegnate.

Per quanto concerne il canone relativo alla attrezzature in Service, la fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale e sarà determinata in base a $\frac{1}{4}$ del canone annuale di aggiudicazione.

I pagamenti avverranno entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, accompagnata da bolla di consegna, presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda Sanitaria, previo riscontro da parte dell'Ufficio competente. Nella fatturazione dovrà essere indicato il relativo Codice CIG.

Art.14

Subappalto

Per quanto attiene il subappalto, si rinvia a quanto indicato all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Art.15

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all'espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. I dati riguardanti le ditte partecipanti a procedimenti di gara, sotto qualunque forma, sono oggetto di trattamento da parte dell'Azienda secondo le seguenti modalità:

- a) Il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- b) Il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
- c) I dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti l'attività dell'Azienda, connesse con le procedure di gara ed i successivi adempimenti di legge.

La natura del conferimento di tali dati è OBBLIGATORIA; il rifiuto a rispondere e conferire i dati determina l'impossibilità di ammettere la ditta alla procedura di gara.

Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile Legale dell'Azienda.

Art.16

Foro giudiziario competente

Per eventuali controversie, non risolte direttamente tra l'Amministrazione dell'Azienda e la ditta, o attraverso arbitrato, sarà competente il Foro di Crotone.

Art.17
Spese di gara

Tutte le spese conseguenti l'aggiudicazione della presente gara, ivi comprese quelle di bollo ed eventuali altri oneri fiscali, sono a carico della ditta.

L'IVA è a carico dell'Azienda.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., la ditta dichiara di accettare espressamente tutti gli articoli del presente Capitolato d'Appalto.

Firma per accettazione
