


SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica

Direttore Dott.ssa Paola Grandinetti

Tel. 0962-924991 - PEC: [ufficioabes@pec.asp.crotone.it](mailto:ufficioabes@pec.asp.crotone.it)

### CAPITOLATO TECNICO

**Acquisto di un Perimetro Touch Screen, PC integrato completo di SW e stampante laser B/N, per il Servizio di Oculistica-Ortottica della Struttura di Cirò Marina.**

#### Caratteristiche Tecniche richieste:

- Funzione Touch Screen;
- Numero punti di stimolazione 144(0°-60°), 72(0°-30°); 72(60°-90°), 61(0°-10° rosso), 114(macchia cieca);
- Sorgente di stimolazione luce a diodi;
- Lunghezza d'onda 580nm.-650nm.;
- Dimensione punto di stimolazione 2mm.;
- Colore del punto di stimolazione giallo, rosso;
- Tempo risposta paziente autoadattabile alla velocità del paziente o regolabile da 0,2 a 0 secondi;
- Metodo di fissazione automatico con due opzioni controllo della macchia cieca e rilevamento della posizione della pupilla;
- Strategie dell'esame Test di valutazione, soglia auto/fast e completa, test di Esterman, **completo di programma Zingirian Gandolfo per valutazione residuo perimetrico binoculare**, con telecamera visualizzante entrambi gli occhi negli esami binoculari;
- Gamma di test Test di default(0°-60°), prova macchia gialla(centrale 0°-10°), test centrale (0°-30°), test quadrante, test periferico(60°-90°), prova macchia cieca, test personalizzati;
- Mentoniera regolabile;
- PC integrato completo di SW;
- Stampante Laser B/N.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Dott.ssa Paola Grandinetti

Firma e timbro per accettazione

---