



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 1015 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Indizione Procedura Negoziata per la fornitura in "Service" di N. 2 Emogasanalizzatori con materiale di consumo, per mesi dodici, per la Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione e la Unità Operativa di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotona. CIG n. ZD01A5E7A2

In data 22 GIU.2016, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., sita in Crotona c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Direttore della U.O. di Anestesia e Rianimazione ha avanzato richiesta, per la fornitura in "Service" di N. 2 emogasanalizzatori di cui uno per la propria Struttura e uno per il Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza con relativo materiale di consumo per mesi dodici, necessari per diagnosi rapide sui pazienti critici e, all'occorrenza, interscambiabili in caso di fermo macchina per guasto o mancanza di reattivi;

CHE sulla suddetta richiesta è stato apposto il visto del Direttore del Dipartimento;

CHE, consultato il M.E.P.A. della Pubblica Amministrazione non è possibile procedervi, in quanto, non sono previste nel Sistema le procedure di fornitura in "Service";

RITENUTO, pertanto, di dover indire una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in "Service" di N. 2 emogasanalizzatori con materiale di consumo, per anni uno, per una spesa presunta di €. 30.000,00 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del richiamato decreto;

CHE si rende necessario pubblicare la lettera di invito ed il Capitolato Tecnico contenente le caratteristiche minime, sul sito web dell'ASP in favore di tutti gli operatori economici interessati;

VISTE le leggi in materia;


DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. **INDIRE** procedura negoziata per la fornitura in "Service" di N. 2 emogasanalizzatori con materiale di consumo, per anni uno, per la Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione e di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, per una spesa presumibile di Euro 30.000,00 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
2. **APPROVARE** la lettera di invito predisposta dall'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, il Capitolato Tecnico riportante le caratteristiche tecniche, che uniti alla presente, ne costituiscono parte integrante;
3. **AUTORIZZARE** l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi alla pubblicazione degli atti di gara sul sito web dell'azienda a favore di tutti gli operatori economici interessati;
4. **DARE ATTO** che la spesa presumibile di Euro 30.000,00 oltre IVA, sarà impegnata al momento dell'aggiudicazione;
5. **NOMINARE** Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

Il Responsabile del Procedimento

Sig. Giuseppe Basile




Il Direttore f.f. Ufficio A. B. e S.

Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Area Amm.va

Dott. Francesco Saverio Loria




UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 22 GIU.2016 con protocollo
n. 1678

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano



UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO"
TEL. 0962-924991/924091 – Telefax 0962-924992
POSTA CERTIFICATA: ufficioabes@asp.crotone.it

Procedura negoziata per la fornitura in "Service", di N. 2 Emogasanalizzatori e materiale di consumo per mesi dodici, per la Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione e per la Unità Operativa di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone. Cod. CIG: ZD01A5E7A2

Questa Azienda Sanitaria Provinciale indice una Procedura Negoziata per la fornitura in "Service" di N. 2 Emogasanalizzatori e materiale di consumo per mesi dodici, per la Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione e per la Unità Operativa di Pronto Soccorso e medicina d'Urgenza del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, all'occorrenza, interscambiabili in caso di fermo macchina per guasto o mancanza di reattivi.

IMPORTO A BASE D'ASTA € 30.000,00

La Ditta che intende partecipare alla suddetta procedura, dovrà presentare offerta in conformità alle caratteristiche minime riportate nel Capitolato Tecnico allegato alla presente.

Le ditte interessate dovranno presentare la propria offerta per come segue:

L'offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore _____ del giorno _____ all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP, Via Mario Nicoletta – CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO" – Scala B – Piano 3° int. B1 – 88900 CROTONE.

Il plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante, oltre all'indirizzo del mittente e del destinatario, dovrà recare, ben visibile, la seguente dicitura: "UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI – OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, DI N. 2 EMOGASANALIZZATORI E MATERIALE DI CONSUMO PER MESI DODICI PER LA UNITA' OPERATIVA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE E PER LA UNITA' OPERATIVA DI PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIOVANNI DI DIO" DI CROTONE.

All'interno del plico dovranno essere inserite n. 3 buste, opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con scritto **"Contiene Documentazione Amministrativa"**; **"Documentazione tecnica"** e **"Offerta Economica"**.

1- Il plico "documentazione amministrativa" dovrà contenere:

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante dalla quale risulti:

- La iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività in oggetto;
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante indicante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016;
- Dichiarazione attestante la regolarità degli adempimenti INPS-INAIL (DURC);
- Deposito cauzionale provvisorio nei modi di legge, pari al 2% dell'importo a base d'asta;
- Impegno a costituire la garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell'importo del contratto ridotta del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000;
- Copia del presente bando e del Capitolato Tecnico sottoscritti per accettazione dal Titolare o Legale Rappresentante della ditta offerente;

NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012, la ditta concorrente dovrà sottoscrivere in calce ed ogni sua pagina, il PATTO DI INTEGRITA' allegato alla presente.

Il Patto di integrità verrà richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante.

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come modificato dalla Legge n. 190/2012 il concorrente deve rendere apposita dichiarazione come da modello allegato alla presente.

2- Documentazione da inserire nell'offerta tecnica:

- Schede tecniche e depliant illustrativi dell'apparecchiatura offerta e piano di esecuzione della manutenzione;

3- Offerta economica

Nell'offerta economica dovranno essere indicati:

- Il costo del canone annuo per l'utilizzo dell'apparecchiatura ed il canone di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- Il costo dei materiali di consumo tenuto conto che nelle Strutture interessate si eseguono circa 3.500 test/anno. Pertanto il materiale offerto per apparecchiatura deve consentire l'esecuzione di detti test.

L'offerta dovrà essere cumulativa dei costi su indicati.

Aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'Art. 95, comma 2, del D.Lgs. N. 50/2016, a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base degli elementi di cui alla seguente griglia:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE qualità tecniche e funzionali max punti 60/100

Caratteristiche preferenziali	Punteggio
Minima quantità di sangue richiesto per profilo completo	15 Massimo altri proporzionalmente
Massima rapidità di esecuzione test e ridotto tempo da pronto a pronto	10 Massimo altri proporzionalmente
Standardizzazione della fase preanalitica con possibilità di miscelazione automatica del campione (descrivere)	10 Massimo
Assenza di sonde esposte e test eseguibile con una sola mano (Descrivere)	10 Massimo
Possibilità di connessione a SW interpretativo degli squilibri misti	5 Massimo
Modalità esecuzione assistenza tecnica e sede del tecnico certificato	10 Massimo

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PREZZO - max punti 40/100

PREZZO: verrà preso a riferimento il miglior prezzo offerto. Al prezzo più basso verranno attribuiti 40 punti ed alle altre offerte verrà applicato il punteggio inversamente proporzionale in base alla formula:

Valore dell'offerta considerata: valore della migliore offerta = $40:X$
Dove "X" rappresenta il punteggio attribuito all'offerta considerata.

Risulterà vincitrice la ditta che avrà conseguito il maggior punteggio prezzo/qualità globale.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.


Il pagamento dei canoni bimestrali per l'utilizzo dell'apparecchiatura e per la manutenzione, nonché del materiale di consumo che verrà richiesto di volta in volta in base alle esigenze della Struttura interessata, avverrà, previo riscontro dell'Ufficio competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle fatture mediante procedura elettronica, codice univoco: **ACIZEO**.

Tracciabilità flussi finanziari – art. 3 L. n. 136/2010

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad adempiere a quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 "Tracciabilità flussi finanziari", mediante apertura di conto corrente bancario o postale, dedicato ai movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, comunicando alla Amministrazione, ai sensi del suddetto articolo, comma 7, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il mancato adempimento di tutto quanto previsto dalla richiamata norma comporterà la risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., senza necessità di costituzione in mora.


Il Responsabile del Procedimento

Sig. Giuseppe Basile

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Basile", written over a horizontal line.

Per accettazione

timbro e firma del Legale Rappresentante



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

CAPITOLATO TECNICO

Procedura negoziata per la fornitura in "Service", di N. 2 Emogasanalizzatori e materiale di consumo per mesi dodici, per la Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione e per la Unità Operativa di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone. Cod. CIG: ZD01A5E7A2

REQUISITI MINIMI

Emogasanalizzatore di ultimissima generazione di facile utilizzo, intuitivo e privo di manutenzione.

Gestibile mediante uno schermo a colori touch screen contenente indicazioni guida per l'esecuzione delle procedure di routine e sostituzione dei materiali di consumo.

Parametri misurati:

PH, P02, PC02, NA, K, CL, CA++, THB, S02, O2HB, COHB, METHB, HHB, Glucosio, Lattato, Bili. Facilmente aggiornabile, flessibile e con possibilità: di aggiungere o togliere e selezionare i test più rispondenti alle mutate esigenze del momento.

Campionamento unico per tutti i parametri richiesti.

Possibilità di scelta tra diverse configurazioni di cartucce in base al quantitativo dei test che si intende effettuare.

Tutti gli elettrodi devono essere privi di manutenzione e dunque non richiedere operazioni di rimembratura.

Il test deve poter essere effettuato sia mediante prelievo da siringa che capillare con un campione massimo di 120 uL.

Controlli di qualità automatici, basati su soluzioni a titolo noto, con tre differenti livelli di concentrazione per tutti i parametri analitici.

Visualizzazione semplice ed immediata di tutti i parametri fuori controllo.

Calibrazione automatica senza l'impiego di bombole o cartucce di gas. Tutte le soluzioni o materiali necessari all'attivazione/validazione dei parametri devono essere contenuti nella cartuccia reagenti. Nessuna operazione di attivazione manuale o con soluzioni esterne devono essere richieste per l'attivazione delle cartucce.

Filmati guida integrati nel sistema per procedure operative.

Possibilità futura di collegare l'apparecchiatura al sistema informatico sia mediante cavo rete che mediante dispositivo wireless.

Possibilità di esportazione dei dati paziente e configurazione strumentale via memoria USB.

L'assistenza tecnica deve essere di tipo full-risk e deve prevedere la risoluzione del problema (anche in modalità di accesso remoto) o la sostituzione delle apparecchiature in un tempo massimo.

Per accettazione

timbro e firma del Legale Rappresentante