



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

Determina n. 0006 /Dipartimento Servizi Tecnico – Amm.vi/Provveditorato  
Economato, Gestione Logistica

Oggetto: Indizione Procedura Negoziata per la fornitura di N. 1 Letto Operatorio  
e relativi accessori per la Sala di Ortopedia del blocco Operatorio del  
Presidio Ospedaliero di Crotona.

**Cod. CIG: 7753266581**

In data 07 GEN. 2019, nella Sede del Dipartimento Servizi tecnico-  
Amm.vi/ Provveditorato, Economato, Gestione Logistica c/o Centro Direzionale  
"Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché  
della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal  
Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
SERVIZI TECNICO AMM.VI

PREMESSO che il Direttore della Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia  
del Presidio Ospedaliero di Crotona ha avanzato richiesta per l'acquisto di n. 1  
Letto Operatorio ed accessori per la Sala di Ortopedia del Blocco Operatorio del  
Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotona, evidenziando che allo  
stato attuale il letto non funziona nella sua pertinenza elettronica, non  
permettendo, pertanto, di poter effettuare determinati posizionamenti del  
paziente e conseguenzialmente alcuni interventi chirurgici come le fratture del  
femore e di tutto l'arto inferiore in generale;

CHE sulla suddetta richiesta è stato apposto il visto di autorizzazione  
all'acquisto del Direttore Generale pro-tempore e del Direttore Sanitario;

VERIFICATO che la CONSIP S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per  
l'acquisto del prodotto di cui all'oggetto alle quali poter eventualmente aderire;

VERIFICATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è  
presente l'articolo richiesto dalla U.O. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio  
Ospedaliero di Crotona;

RITENUTO, pertanto, di dover indire una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs 50/2016 mediante ricorso al M.E.P.A. per l'acquisto di N. 1 Letto Operatorio e relativi accessori per la Sala di Ortopedia del Blocco Operatorio del Presidio ospedaliero, per una spesa presunta di €. 160.000,00, oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del richiamato decreto;

VISTA la Lettera di invito predisposta dall'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi ed il Capitolato Tecnico che si allegano alla presente per costituirne parte integrante;

VISTE le leggi in materia;


#### DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. INDIRE procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.lgs n. 50/2016, per l'acquisto di N. 1 Letto Operatorio ed accessori per la Sala di Ortopedia del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotona, per una spesa presumibile di €. 160.000,00, oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del richiamato decreto;
2. AUTORIZZARE la UOC Provveditorato, Economato, Gestione Logistica a procedere all'acquisto per via telematica tramite il Sistema gestito dal MEPA, mediante la procedura della richiesta di offerta (RDO);
3. APPROVARE la lettera di invito predisposta dalla UOC Provveditorato, Economato, Gestione Logistica ed il Capitolato Tecnico riportante le caratteristiche tecniche del prodotto, che, uniti alla presente, ne costituiscono parte integrante;
4. DARE ATTO che la spesa presumibile di €. 160.000,00, oltre IVA, sarà impegnata al momento dell'aggiudicazione;
5. NOMINARE Responsabile del procedimento il Sig. Giuseppe Basile ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016.


Il Responsabile del procedimento

Sig. Giuseppe Basile




Il Direttore UOC Provveditorato, Economato, G.L.

Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Macro Area Amministrativa

F.to Dott. Francesco Saverio Loria





UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il  
07 GEN. 2019 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n.  
0014 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

---

Il Direttore Ufficio AA.GG.

---



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

**UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO"  
TEL. 0962-924991/924091 – Telefax 0962-924992  
POSTA CERTIFICATA: [ufficioabes@asp.crotone.it](mailto:ufficioabes@asp.crotone.it)**

**RDO per l'Acquisto di n. 1 letto operatorio ed accessori per la Sala di Ortopedia del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Crotone.**

### **LOTTO UNICO**

**PREZZO A BASE D'ASTA: Euro 160.000,00**

**COD.CIG. 7753266581**

Questa Azienda Sanitaria Provinciale indice una Procedura Negoziata per la fornitura di n. 1 Tavolo Operatorio per la Sala di Ortopedia del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Crotone.

La Ditta che intende partecipare alla suddetta procedura, dovrà presentare offerta in conformità alle caratteristiche tecniche riportate nel Capitolato Tecnico allegato alla presente.

L'offerta dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE – Via Mario Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio" – CROTONE.

Le ditte partecipanti dovranno allegare alla RDO la seguente documentazione:

#### **Documentazione Amministrativa :**

- Lettera di invito e Capitolato Tecnico controfirmati per accettazione dal legale Rappresentante della ditta o suo delegato;
- deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del prezzo a base d'asta;
- Modello sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina del Patto di Integrità, ex art. 1, comma 17, Legge 190/2012;
- Modello compilato e sottoscritto ex art. 53, comma 16-ter, D.Lgs 165/2006;

#### **NORMATIVA ANTICORRUZIONE**

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2011, la ditta concorrente dovrà sottoscrivere in calce ed ogni sua pagina, il PATTO DI INTEGRITA' allegato alla presente.



Il Patto di integrità verrà richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante.

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come modificato dalla Legge n. 190/2011 il concorrente deve rendere apposita dichiarazione come da modello allegato alla presente.

### **Documentazione Offerta Tecnica :**

- Schede Tecniche e Deplianti del prodotto offerto.
- Relazione allegata alla offerta tecnica con la descrizione dettagliata dei requisiti del prodotto offerto in conformità alle caratteristiche di cui al Capitolato tecnico.

**La ditta che intende partecipare a detta procedura può offrire un prodotto equivalente unitamente a relazione dalla quale dimostri che il prodotto è in grado di fornire le prestazioni richieste con il Capitolato tecnico allegato alla presente, detta relazione verrà esaminata dalla Commissione Tecnica.**

### **Documentazione Offerta economica**

Nell'offerta economica dovrà essere indicato il costo complessivo dell'apparecchiatura, comprensivo delle spese di trasporto, consegna e messa in opera, nonché manutenzione FULL RISK per un periodo di mesi 24 decorrenti dalla data del verbale positivo del collaudo del prodotto.

### **AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'Art. 95, comma 2, del D.Lgs. N. 50/2016, a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Per la determinazione del punteggio verrà nominata la Commissione giudicatrice che valuterà le offerte sulla base degli elementi di cui alla seguente griglia:

### **QUALITA' MAX punti 70 : GRIGLIA DI VALUTAZIONE - CARATTERISTICHE**

<b>COLONNA</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Max Altezza massima	
Max Altezza minima	
Max escursione verticale $\geq$ di 500 cm	
Max Trendelemburg ed antitrendelemburg di almeno +/-50°	
Max Tilt bilaterale di almeno +/-35°	<b>Punti max</b>
Tipologia e numero di batterie/Tempo di ricarica/Autonomia	<b>20</b>
Tipologia telecomandi (Pulsantiera a cavo, a infrarossi, preferibilmente doppio ricevitore IR)	
Sistemi di emergenza e di sicurezza	
Sistema di anticollisione	
Sistema di automatico riconoscimento del lato testa con conseguente adeguamento di tutte le movimentazioni elettriche ed il riconoscimento delle diverse componenti (piano gambe, piano	



schiena, ecc..)	
Predisposizione per collegamento a maggiori sistemi di sala integrata	

<b>PIANO OPERATORIO</b>	
Numero di sezioni del piano	
Cuscini di materiale radiotrasparente antistatico, latex free, materiale antidecubito e singolarmente asportabili per agevolare le operazioni di pulizia e conformi alle normative vigenti	<b>Punti max 20</b>
Piano radiotrasparente in tutte le sezioni senza alcuna barra trasversale in qualunque configurazione	
Inclinazione sezione testa (preferibilmente a doppia articolazione)	
Sezione gambe in quattro sezioni, asportabili (ogni singola sezione asportabile singolarmente), inclinabili elettricamente (in modo simultaneo e singolo) e con divaricazione	
Sezione schiena e movimentazione elettromeccanica	

<b>CARRELLO TRASPORTATORE</b>		<b>Punti max 10</b>
In acciaio inox		
Possibilità di caricare solo il piano o l'insieme piano/colonna Carico e scarico del piano da o sulla colonna		
Portata $\geq$ 350Kg		
Posizione di Trendelemburg ed Antitrendelemburg e variazione in altezza		
Ruote antistatiche piroettanti e freno di stazionamento		
Numero di ruote		

<b>ACCESSORI</b>		<b>Punti max 5</b>
Accessori completi di cuscini e morsetti		

<b>MIGLIORIE</b>		<b>Punti max 10</b>
Migliorie tecniche rispetto al Capitolato		

<b>SERVIZI DI ASSISTENZA POST-VENDITA</b>		<b>Punti max 5</b>
36 mesi di garanzia		
Tipologia di copertura/Tempo di intervento/ Risoluzione del guasto N° annuo manutenzioni preventive		
Formazione del personale (modalità e durata)		

**Il punteggio assegnato dalla Commissione giudicatrice verrà inserito al Sistema manualmente.**  
Si precisa che, non saranno ammessi alla fase finale della gara, i concorrenti le cui offerte non avranno conseguito almeno 36 punti sulla qualità.

**PREZZO MAX punti 30**

Il prezzo dovrà essere indicato al netto dell'IVA.



**Il punteggio economico verrà attribuito all'offerta economica totale calcolata automaticamente dal Sistema applicando la formula non lineare a proporzionalità inversa interdipendente.**

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

La consegna dovrà avvenire non oltre giorni 15 dalla data della conferma dell'ordine da parte della UOC Provveditorato, Economato, Gestione Logistica.

Il pagamento avverrà, previo riscontro dell'Ufficio competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura che dovrà, come per legge, essere trasmessa in formato elettronico al seguente codice univoco: **ACIZEO**.

### **Modalità di consegna e pagamenti**

Per la consegna la ditta dovrà contattare ai fini del collaudo il Servizio di Ingegneria Clinica dell'ASP di Crotone.

L'importo offerto si intende comprensivo della fornitura del prodotto con le caratteristiche tecniche indicate in offerta, del trasporto, consegna e collaudo.

La Ditta aggiudicatrice si obbliga ad adempiere a quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 "Tracciabilità flussi finanziari", mediante apertura di conto corrente bancario o postale, dedicato ai movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, comunicando alla Amministrazione, ai sensi del suddetto articolo, comma 7, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il mancato adempimento di tutto quanto previsto dalla richiamata norma comporterà la risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., senza necessità di costituzione in mora.

Distinti saluti

UOC Provveditorato, Economato  
Gestione L. - Dott.ssa Paola Grandinetti


Firma e timbro per accettazione

---



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

## **CAPITOLATO TECNICO**

### **ACQUISTO DI UN LETTO OPERATORIO ED ACCESSORI PER ORTOPEDIA**

#### **LOTTO UNICO**

**PREZZO A BASE D'ASTA : Euro 160.000,00**

**COD.CIG.**

#### **CARATTERISTICHE MINIME DELLA COLONNA**

La colonna dovrà essere realizzata in acciaio inox ni-cr

Preferibilmente dotata di sistema auto-drive per facilitare lo spostamento del letto anche in presenza di pazienti obesi, e le ruote dovranno essere preferibilmente a scomparsa ed antistatiche. Capace di sostenere un carico massimo non inferiore a 400Kg.

La regolarizzazione dell'altezza minima dovrà essere non superiore a 700mm, e quella dell'altezza massima non inferiore a 20°:

Dotata di pulsantiera a cavo preferibilmente collegabile su almeno 2 connettori diversi e di una pulsantiera-ir, con relativo caricabatterie; la colonna dovrà essere preferibilmente dotata di più di un ricevitore ir per garantire la ricezione del segnale in qualsiasi situazione.

La colonna deve inoltre essere dotata di una terza pulsantiera per emergenza integrata nella colonna dove è possibile visualizzare anche lo stato di carica batterie ed eventuali segnali di allarme.

#### **CARATTERISTICHE MINIME PIANO OPERATORIO**

Il piano deve essere suddiviso in almeno 7 sezioni (piano testa, piano schiena, piano bacino, piano gambe divaricabile suddiviso in 4 sezioni)

Movimentazioni:



piano schiena movimentabile elettricamente preferibilmente con escursione da +90° a -90°;

piano gambe movimentabile elettricamente (sia contemporaneamente che singolarmente), preferibilmente con escursione da +90° a -90°.

### **ACCESSORI PER IL TAVOLO OPERATORIO**

- N. 1 arco per anestesia con estensioni laterali completo di morsetto
- N. 1 reggi braccio completo di 2 cinghie d8i fissaggio
- N. 1 fissa polso
- N. 1 cinghia ferma corpo
- N. 2 cinghia ferma gambe singola
- N. 3 posizionatori per bloccaggio corpo con relativi cuscini pube/schiena/sterno
- N. 1 dispositivo per inchioda mento tibia
- N. 1 dispositivo per protesi ginocchio
- N. 1 dispositivo per artroscopia ginocchio completo di morsetto
- N. 1 reggicoscia goepel completo di morsetto
- N. 1 piano schiena a tre sezioni per la chirurgia della spalla completo di caschetto e stabilizzatori laterali
- N. 1 inginocchiatore genupettorale per interventi alla colonna, con regolazione della distanza femorale, completo di stabilizzatori laterali e carrellino per riporlo durante l'inutilizzo
- N. 1 gruppo trazioni così strutturato:

le barre di trazione dovranno essere in fibra di carbonio per garantire una radio trasparenza a 360° e dovranno effettuare i seguenti movimenti adduzione (di circa 30°), abduzione (di circa 40°) alto/basso (di circa 25°) e movimentabili da fuori campo sterile tramite sblocco preferibilmente servoassistito.

Il piano bacino dovrà essere in fibra di carbonio e preferibilmente dotato di tre fori per poter innestare, in più punti, il perno di contro trazione, anch'esso in fibra di carbonio.

Dotato di due scarponcini per il trazionamento dell'arto da operare, completi di imbottitura per protezione del piede e la distribuzione della trazione in modo uniforme.

Dotato di piano gambe a due sezioni dedicato alla fase pre-post operatoria.

- N. 1 dispositivo per supporto braccio per gli interventi alla spalla in posizione semiseduta e decubito laterale. Questo dispositivo dovrà essere movimentabile manualmente dall'operatore in campo sterile e preferibilmente sbloccabile tramite una semplice leva a pressione.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

---