

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

DETERMINA N° 312 / Dipartimento M. A. A./Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Indizione procedura negoziata per l'acquisto di N. 2 Ecografi Multidisciplinari per il Poliambulatorio di Corso Messina in Crotone e per l'ambulatorio di Urologia del Poliambulatorio di Cirò Marina.

In data 18 MAR. 2014, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;  
Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Direttore del Dipartimento Macro Area Assistenza Distrettuale, a seguito richiesta dei Medici Specialisti del Poliambulatorio di Corso Messina, ha chiesto l'acquisto di un apparecchio ecografico multidisciplinare, per un costo presumibile di Euro 40.000,00, in quanto, l'apparecchio in dotazione da circa dieci anni, non permette di smaltire le liste di attesa che per alcune branche risultano eccessive;

CHE il Direttore del Distretto di Cirò Marina, a seguito richiesta del Medico Specialista dell'ambulatorio di Urologia del Poliambulatorio di Cirò Marina, ha chiesto l'acquisto di un ecografo multidisciplinare, per un costo presumibile di Euro 35.000,00 per detto ambulatorio sprovvisto della suddetta apparecchiatura, evidenziando la possibilità di utilizzo dello stesso anche da parte degli Specialisti ambulatoriali delle altre branche;

CHE l'acquisto dei suddetti ecografi multidisciplinari è stato autorizzato dal Direttore Generale;

CHE con nota Prot. n. 38292 del 04.12.2013, a firma del Direttore Generale, è stato richiesto all'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante l'espletamento della procedura di acquisto;

CHE la predetta autorità con nota Prot. n. 0395158 del 17.12.2013, ha autorizzato questa ASP a provvedervi direttamente;

VISTE le caratteristiche tecniche dei suddetti ecografi e la tabella di valutazione qualitativa;

VERIFICATO che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato Convenzioni per la fornitura del bene di cui all'oggetto;

RITENUTO, vista l'urgenza, di dover indire una procedura ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/06, per l'acquisto di N. 2 ecografi multidisciplinari per il Poliambulatorio di Corso Messina per un importo presumibile di Euro 40.000,00 e per l'ambulatorio di Urologia del Poliambulatorio di Cìò Marina per un importo presumibile di Euro 35.000,00, da aggiudicarsi, per singolo lotto, con il criterio dell'offerta economicamente pù vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del richiamato Decreto;

CHE si rende, pertanto, necessario pubblicare il relativo Bando e l'allegato A e B ove sono riportate le caratteristiche tecniche delle apparecchiature, sul sito web dell'ASP in favore di tutti gli operatori economici interessati;

CONSIDERATO che le Stazioni Appaltanti sono tenute al versamento delle tasse di gara in relazione al valore, giusta deliberazione dell'Autorità di Vigilanza del 03-11-2010;

CHE, preso atto del valore della fornitura, la quota di contribuzione in favore dell'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ammonta ad Euro 30,00 da versare a mezzo pagamento mediante avviso (MAV) secondo le modalità di cui alla delibera dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici del 03-11-2010;

VISTO l'art. 125, comma 11, del Decreto Legislativo n. 163/2006;

VISTO il Regolamento Aziendale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione n. 639 del 07/11/2012 ed integrato con delibera n. 077 del 06/02/2013;

#### DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. INDIRE procedura negoziata per l'acquisto di N. 2 ecografi multidisciplinari per il Poliambulatorio di Corso Messina per un importo presumibile di Euro 40.000,00 e per l'ambulatorio di Urologia del Poliambulatorio di Cìò Marina per un importo presumibile di Euro 35.000,00, da aggiudicarsi, per singolo lotto, con il criterio dell'offerta economicamente pù vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
2. APPROVARE il bando e gli allegati A e B riportanti le caratteristiche tecniche delle apparecchiature che, uniti alla presente, ne costituiscono parte integrante;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi alla pubblicazione del bando sul sito web dell'Azienda;
4. DARE ATTO che la relativa spesa, presumibile in €. 40.000,00 e 35.000,00 sarà impegnata al momento dell'aggiudicazione;
5. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria al versamento di Euro 30,00 in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, mediante MAV (pagamento mediante avvisi), secondo le modalità di cui alla Deliberazione AVCP del 03-11-2010 e s.m.i., previo impegno di spesa sul Conto cod. 501.2.105 del Bilancio e con riferimento al seguente numero di gara 5508527 ;
6. NOMINARE responsabile del procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06;

Il Responsabile f.f. Ufficio Acquisizione B. e S.  
Dott.ssa Paola Grandinetti

Paola Grandinetti

Il Direttore del Dipartimento M.A.A.  
Dott. Giuseppe Fico

GF

=====

UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 18 MAR. 2014 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 0621 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile

(Dott.ssa Anna GIORDANO)

Anna Giordano

**A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**

Oggetto: Procedura negoziata per l'acquisto di N. N. 1 Ecografo Multidisciplinare per il Poliambulatorio di Corso Messina in Crotone e N. 1 Ecografo Multidisciplinare per l'Ambulatorio di Urologia del Poliambulatorio di Cirò Marina

Questa Azienda indice una Procedura Negoziata per la fornitura di n. 2 Ecografi Multidisciplinari e precisamente:

**LOTTO 1:** N. 1 ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE per il Poliambulatorio di Corso Messina in Crotone, avente le caratteristiche minime così come indicate nell'allegato "A", pena esclusione dalla gara, per un importo a base d'asta di Euro 40.000,00.

Cod. CIG: 5658886474

**LOTTO 2:** N. 1 ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE per l'Ambulatorio di Urologia del Poliambulatorio di Cirò Marina, avente le caratteristiche minime così come indicate nell'Allegato "B, pena esclusione dalla gara, per un importo a base d'asta di Euro 35.000,00.

Cod. CIG: 5658893A39

**Le ditte interessate dovranno presentare la propria offerta per come segue:**

L'offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore **11,30 del giorno** \_\_\_\_\_ all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP, Via Mario Nicoletta – CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO" – Scala B – Piano 3° int. B1 – 88900 CROTONE.

I plichi oltre all'indirizzo del mittente e del destinatario, dovranno recare, ben visibile, la seguente dicitura: "UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI – LOTTO 1 OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 1 ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE PER IL POLIAMBULATORIO DI CORSO MESSINA IN CROTONE – LOTTO 2 OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA DI N. 1 ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE PER L'AMBULATORIO DI UROLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI CIRO' MARINA.

All'interno del plico dovranno essere inserite n. 3 buste, opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con scritto "Contiene Documentazione Amministrativa"; "Contiene Documentazione Tecnica" e "Offerta Economica".

1- Il plico "documentazione amministrativa" dovrà contenere:

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante dalla quale risulti :

- la iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività in oggetto;
- l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quarter) del D.Lgs. 163/06
- la regolarità degli adempimenti INPS-INAIL (DURC);

- Dichiarazione dalla quale risulti che la ditta, in caso di aggiudicazione, garantirà compresa nel prezzo di fornitura l'assistenza full-risk per 24 mesi dalla data del collaudo;

Deposito cauzionale provvisorio nei modi di legge, di Euro 800,00 pari al 2% del valore a base d'asta per il Lotto 1 ed Euro 700,00 pari al 2% del valore a base d'asta per il Lotto 2;  
Copia del presente bando e dei relativi allegati in base ai lotti a cui si partecipa firmati dalla ditta;

2. Documentazione da inserire nell'offerta tecnica:

- Depliant e schede tecniche dell'apparecchiatura offerta, in lingua italiana ;
- Fotocopia dell'offerta riportante la composizione dell'apparecchiatura omettendo, ovviamente, di riportare i prezzi;

3. Offerta economica:

La ditta nel prezzo dell'apparecchiatura offerta dovrà comprendere il costo della manutenzione full-risk per 24 mesi dalla data di collaudo.

Si precisa che ai fini della valutazione qualitativa è prevista una prova pratica, in loco, a spesa dei partecipanti, da concordare successivamente con la Commissione Tecnica.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'Art. 83 del D.Lgs. N. 163/06 , a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa valutata, per singolo Lotto, sulla base degli elementi di cui alla seguente griglia:

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE qualità max punti 60**

<b>PARAMETRI</b>	<b>PUNTEGGGIO</b>
a) Monitor, qualità e dimensioni	Da 0 a 2
b) Tecnologia BeamFormer	Da 0 a 5
c) Qualità B/M Mode	Da 0 a 5
d) Qualità Doppler PW/CW	Da 0 a 2
e) Qualità Color/Power Doppler	Da 0 a 2
f) Il sistema deve permettere di misurare sia in B-Mode che doppler su immagini precedentemente archiviate	Da 0 a 2
g) Regolazione parametri anche con immagine congelata	Da 0 a 5
h) Tecnica di rilevazione flussi lenti	Da 0 a 5
i) Software ricostruzione 3D a Colori	Da 0 a 3
l) Software calcolo automatico intima media	Da 0 a 2
m) Caratteristiche migliorative	Da 0 a 5
n) Prova pratica	Da 0 a 15
o) Assistenza	Da 0 a 5

**Non verranno giudicate idonee le offerte che avranno totalizzato un punteggio complessivo di qualità inferiore a 36 punti su 60**

**ELEMENTO DI VALUTAZIONE PREZZO - MAX 40 PUNTI**

**PREZZO:** verrà preso a riferimento il miglior prezzo offerto. Al prezzo più basso verranno attribuiti 40 punti ed alle altre offerte verrà applicato il punteggio inversamente proporzionale in base alla formula:

Valore dell'offerta considerata: valore della migliore offerta =  $40:X$

Dove "X" rappresenta il punteggio attribuito per singolo lotto di riferimento.

Risulterà vincitrice la ditta che avrà conseguito il maggior punteggio prezzo/qualità globale.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

La consegna, installazione e collaudo dell'apparecchiatura dovrà avvenire entro gg. 15 dall'ordine. Il pagamento della fattura, che dovrà essere emessa dopo l'avvenuto collaudo, avverrà entro sessanta giorni dalla data di ricezione all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP.

Ufficio Acquisizione Beni e Servizi  
Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Paola Grandinetti



UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO"  
TEL. 0962-924991/924091 – Telefax 0962-924992/924985

## ALLEGATO A. - LOTTO 1

Procedura negoziata per l'acquisto di N. 1 Ecografo Multidisciplinare per il Poliambulatorio di Corso Messina - Crotone

### **1. Caratteristiche generali**

- Piattaforma digitale di ultima generazione a Beam Former Multiplo
- Connettibilità di sonde convex elettroniche, lineari Elettroniche Obliquabili, Microconvex elettroniche, endocavitarie elettroniche, sonde volumetriche Convex, Endocavitarie, Transofagee.
- Modalità di esame disponibili di base: B-Mode; M-Mode; Doppler PW; Doppler HPRF; Color Doppler; Power Doppler/direzionale; Tissue Doppler Imaging, CW steerable.
- Monitor con diagonale di almeno 17"
- Pannello operativo Touch-screen programmabile

### **2. Caratteristiche applicative**

- Range dinamico almeno di 180 dB interamente visualizzabile a schermo
- Seconda armonica tissutale
- Profondità di lavoro di almeno 30 cm
- Connessione contemporanea di 3 traduttori
- Regolazione dei parametri anche con immagine congelata (descrivere in modo dettagliato)
- Tecnica di rilevazione micro flussi indipendente dal doppler
- Software di ottimizzazione automatica dell'immagine, attivo con tutte le metodiche di esame B-mode, doppler
- Cursore M-Mode orientabile a 360°, anche su immagine congelata
- Possibilità di ricostruzione tridimensionali a colori dei vasi
- Zoom panoramico su immagine in tempo reale e congelata con elevato ingrandimento e zoom selezionabile con ROI in real time e modalità freeze

- Elevato numero di Presets programmabili con facilità dell'operatore con autoriconoscimento della sonda
- Possibilità di ricostruzione panoramica dell'immagine
- Software di misura automatica della traccia Doppler FFT in tempo reale e della IMT

### **3.Caratteristiche dei supporti informatici**

- Il sistema offerto dovrà permettere la creazione di referti con relative immagini e la stampa direttamente su stampante laser/getto di inchiostro
- Sistema di archivio dati/immagini/filmati integrato su Hard Disk di ampia capacità
- Masterizzatore CD/DVD integrato nel sistema, con possibilità di masterizzare dati sia in formato DICOM che in formati compatibili Windows (BPM, JPG, AVI)
- Connettibilità di periferiche di memorizzazione (H:D: esterni, Pen drive) e di stampa compatibili con Windows
- Possibilità di connettività su rete DICOM

### **4.Configurazione richiesta**

- Unità centrale comprendente tutte le caratteristiche di minima sopra descritte
- Sonda convex multifrequenza orientativamente da 2 a 6 MHz con funzioni di seconda armonica, per esami su adulti
- Sonda end-fire, multifrequenza con frequenze variabili da 4.0 a 9.0 MHz. Raggio 10 mm, angolo di vista di almeno 170°
- Sonda Lineare multifrequenza per applicazioni tiroide/muscolo-tendineo/testicolo/vascolare da 4.0 a 13.0 MHz.
- Sonda Phased Array adulti da 2 a 5.0 MHz
- Stampanti su carta termica B/N e Colore
- Garanzia 24 mesi

**Timbro e firma per accettazione**

---





UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO"  
TEL. 0962-924991/924091 – Telefax 0962-924992/924985

## ALLEGATO B. – LOTTO 2

Procedura negoziata per l'acquisto di N. 1 Ecografo Multidisciplinare per l'ambulatorio di Urologia del Poliambulatorio di Cirò Marina.

### **1. Caratteristiche generali**

- Piattaforma digitale di ultima generazione a Beam Former Multiplo
- Connettibilità di sonde convex elettroniche, lineari Elettroniche Obliquabili, Microconvex elettroniche, endocavitare elettroniche, sonde volumetriche Convex, Endocavitare, Transofagee.
- Modalità di esame disponibili di base: B-Mode; M-Mode; Doppler PW; Doppler HPRF; Color Doppler; Power Doppler/direzionale; Tissue Doppler Imaging, CW steerable.
- Monitor con diagonale di almeno 17"
- Pannello operativo Touch-screen programmabile

### **2. Caratteristiche applicative**

- Range dinamico almeno di 180 dB interamente visualizzabile a schermo
- Seconda armonica tissutale
- Profondità di lavoro di almeno 30 cm
- Connessione contemporanea di 3 traduttori
- Regolazione dei parametri anche con immagine congelata (descrivere in modo dettagliato)
- Tecnica di rilevazione micro flussi indipendente dal doppler
- Software di ottimizzazione automatica dell'immagine, attivo con tutte le metodiche di esame B-mode, doppler
- Cursore M-Mode orientabile a 360°, anche su immagine congelata
- Possibilità di ricostruzione tridimensionali a colori dei vasi
- Zoom panoramico su immagine in tempo reale e congelata con elevato ingrandimento e zoom selezionabile con ROI in real time e modalità freeze

- Elevato numero di Presets programmabili con facilità dell'operatore con autoriconoscimento della sonda
- Possibilità di ricostruzione panoramica dell'immagine
- Software di misura automatica della traccia Doppler FFT in tempo reale e della IMT

### **3.Caratteristiche dei supporti informatici**

- Il sistema offerto dovrà permettere la creazione di referti con relative immagini e la stampa direttamente su stampante laser/getto di inchiostro
- Sistema di archivio dati/immagini/filmati integrato su Hard Disk di ampia capacità
- Masterizzatore CD/DVD integrato nel sistema, con possibilità di masterizzare dati sia in formato DICOM che in formati compatibili Windows (BPM, JPG, AVI)
- Connettibilità di periferiche di memorizzazione (H:D: esterni, Pen drive) e di stampa compatibili con Windows
- Possibilità di connettività su rete DICOM

### **4.Configurazione richiesta**

- Unità centrale comprendente tutte le caratteristiche di minima sopra descritte
- Sonda convex multifrequenza orientativamente da 2 a 6 MHz con funzioni di seconda armonica, per esami su adulti
- Sonda end-fire, multifrequenza con frequenze variabili da 4.0 a 9.0 MHz. Raggio 10 mm, angolo di vista di almeno 170° con adattatore bioptico
- Sonda Lineare multifrequenza per applicazioni tiroide/testicolo/vascolare da 4.0 a 13.0 MHz.
- Stampanti su carta termica B/N e Colore
- Garanzia 24 mesi

**Timbro e firma per accettazione**

---