

- 0433
DETERMINA N° _____/DIPARTIMENTO SERV. TECNICO AMMINISTRATIVI /
U.O.C. PROVV. ECON. GEST. LOGIST.

Oggetto: Avvio Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016 per la Fornitura di n. 3 Armadi di Sicurezza per lo Stoccaggio di Liquidi Infiammabili e n.1 Armadio per lo Stoccaggio di Pezzi Operatori per l'U.O.C. di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Crotone, attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
DETERMINA A CONTRARRE

COD.CIG: ZEC277215D

Importo a base d'asta: Euro 16.000,00

In data 20 MAR. 2019, nella Sede del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi/U.O.C: Provv. Econom. Gest. Logist., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura di N.03 Armadi di Sicurezza per lo Stoccaggio di Liquidi Infiammabili e di N.01 Armadio di Stoccaggio per Pezzi Operatori richiesti dal Direttore responsabile dell'U.O.C. di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Crotone;
CHE, in calce alla suddetta richiesta è stato apposto il visto per l'autorizzazione all'acquisto dal Direttore Sanitario Aziendale dell'Asp di Crotone;
VISTI l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 che prevede la possibilità per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 stesso decreto, di ricorrere ad una procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi

essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATE le linee guida ANAC n. 4/2016 approvate con Delibera 1097 in data 26/10/2016, relative alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che prevedono da parte delle Stazioni appaltanti l'espletamento di indagini di mercato al fine di individuare gli Operatori Economici che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto;

CONSTATATO

CHE non sono disponibili convenzioni CONSIP raffrontabili con l'oggetto di affidamento delle presente procedura;

CHE le suddette apparecchiature non sono contemplate nelle categorie merceologiche previste dal DPCM 24 dicembre 2015 per le quali le gare dovrebbero essere gestite dal cosiddetti soggetti aggregatori tra i quali, costituisce di diritto soggetto aggregatore l'Autorità Regionale della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 del D.L. 66/2014;

VALUTATO

che il valore stimato dell'appalto risulta essere inferiore a 221.000,00 (soglia di rilievo comunitario) e precisamente di €. 16.000,00;

DATO ATTO

CHE, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

l'oggetto del contratto, riguarda l'espletamento della fornitura 3 Armadi di Sicurezza per lo Stoccaggio di Liquidi Infiammabili e n.1 Armadio per lo Stoccaggio di Pezzi Operatori per l'U.O.C. di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Crotona;

CHE l'Amministrazione procederà ad individuare gli Operatori Economici da invitare che ritiene idonei per l'affidamento dell'appalto di che trattasi, mediante avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale web dell'Azienda nella sezione ALBO PRETORIO - sottosezione BANDI DI GARA, per un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici), come previsto dalle linee guida ANAC;

CHE in relazione alla tipologia dell'affidamento il criterio prescelto per la selezione della migliore offerta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs n. 50/2016;

RITENUTO

DI approvare l'avviso per manifestazione di interesse, unitamente al Capitolato tecnico, allegati al presente atto per formarne parte integrante; di approvare il modello "Manifestazione di interesse" che dovrà essere compilato e sottoscritto dagli operatori interessati;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs n. 50/2016;

VISTI gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:


1. Di avviare, per le motivazioni indicate in premessa, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di Fornitura di n. 3 Armadi di Sicurezza per lo Stoccaggio di Liquidi Infiammabili e n.1 Armadio per lo Stoccaggio di Pezzi Operatori per l'U.O.C. di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Crotona, attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta del Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA), da aggiudicare con il criterio deH'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi deH'art. 95, comma 2 del richiamato decreto legislativo;

2. DI approvare, l'allegato avviso per manifestazione di interesse ed il Capitolato tecnico da pubblicare sul sito istituzionale dell'ASP di Crotone;
3. Di dare atto che la spesa presumibile a base d'asta di €. 16.000,00, oltre IVA sarà Impegnata al momento dell'aggiudicazione;
4. Di rinviare ad una specifica lettera di invito l'individuazione delle concrete modalità procedurali per effettuare la selezione dell'operatore economico;
5. Di riservare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone la decisione di procedere ad effettuare l'aggiudicazione anche nel caso in cui in gara venga presentata un'unica offerta;
6. DI nominare Responsabile dei procedimenti il Sig. Giuseppe Basile ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016;


Il Responsabile del procedimento

Sig. Giuseppe Basile




Il Direttore dell'U.O.C. Provv. Ec. e Gest. Log.

Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore Dipartimento Sery. Tecnico-Amministrativi

Dott. Francesco Saverio Loria



=====

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


La presente Determina/Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo

Pretorio dell'Azienda in data 20 MAR. 2019 con protocollo

n. 0782.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore U.O.C.
Affari legali e Generali
Dott.ssa Anna Giordano




=====



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO, GEST. LOGISTICA
IL DIRETTORE DR. PAOLA GRANDINETTI
TEL. 0962-924091/348-1321051
POSTA CERTIFICATA: ufficioabes@pec.asp.crotone.it

AVVISO PUBBLICO

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA di N.03 ARMADI DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI E N.01 ARMADIO PER LO STOCCAGGIO DI PEZZI OPERATORI PER L'U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CROTONE, ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLA RICHIESTA DI OFFERTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).

Premesso che con determina N. _____ del _____ l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, ha manifestato la propria esigenza di Acquistare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, N.03 Armadi di Sicurezza per lo Stoccaggio di Liquidi Infiammabili e N.01 Armadio per lo Stoccaggio di Pezzi Operatori per l'U.O.C. di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Crotone;

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare la richiesta, utilizzando il modello allegato - Manifestazione di interesse - che forma parte integrante del presente avviso, (All. 1), mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane SPA, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre il termine perentorio, delle **ore** _____ del giorno _____ all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP, Via Mario Nicoletta - CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO" - Scala B - Piano 3° int. B1 - 88900 CROTONE, è altresì possibile la consegna a mano direttamente o a mezzo di terze persone entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.

Gli Operatori Economici che intendono concorrere alla suddetta procedura devono essere in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e precisamente:

- **Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;**
- **Iscrizione Camera di Commercio per l'attività oggetto del presente avviso, o iscrizione ad altre tipologie di albi;**
- **Possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83 del succitato decreto.**

Oggetto del contratto:

Si allega al presente avviso per costituirne parte integrante il Capitolato tecnico (All. 2) ove è riportato l'oggetto del contratto e le caratteristiche tecniche dei prodotti.

Importo presunto: La base d'asta è pari ad Euro 16.000,00, oltre IVA di competenza.

Criterio di aggiudicazione:

Il contraente verrà selezionato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 2, D.Lgs 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del richiamato decreto.

Il presente avviso è da intendersi quale "indagine di mercato" finalizzata esclusivamente a conoscere quali Operatori Economici siano potenzialmente interessati a fornire i prodotti in oggetto. L'avviso non vincola, quindi, l'Azienda in intestazione nei confronti dei Manifestanti interesse.

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, l'ASP di Crotona individuerà gli Operatori idonei che saranno, successivamente invitati attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nella composizione della Richiesta di Offerta (RDO).

Eventuali richieste di chiarimenti, limitatamente alla presente fase di manifestazione di interesse, dovranno essere formulate per iscritto e indirizzate alla seguente e-mail: paola.grandinetti@asp.crotone.it.

Codice in materia di protezione dei dati personali – D.LGS 196/2003

I dati personali forniti dagli Operatori Economici ai fini della partecipazione alla presente procedura, saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ASP di Crotona nella sezione ALBO PRETORIO – sottosezione BANDI DI GARA, per un periodo di giorni 12.

Il Direttore Provveditorato, Economato,
Gest. Logistica Dott.ssa Paola Grandinetti

ALLEGATI:

- 1. Modello Manifestazione di interesse**
- 2. Capitolato Tecnico**

CAPITOLATO TECNICO

Acquisto per la Fornitura di n. 3 Armadi di Sicurezza per lo Stoccaggio di Liquidi Infiammabili e n.1 Armadio per lo Stoccaggio di Pezzi Operatori per l'U.O.C. di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Crotone.

COD.CIG: ZEC277215D

Importo a base d'asta: Euro 16.000,00

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA:

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI:

- Dimensioni approssimative:
 - a) N.02 Armadi con dimensioni 120x56x190 (LxPxH);
 - b) N.01 Armadio con Cassetto Verticale 49x90x190 (LxPxH);
- Struttura esterna monolitica, composta da doppia parete in acciaio decapato, con verniciatura a polveri epossidiche antiacido, scocca interna resistente ai prodotti corrosivi;
- N.02 Unità con misure
- Spessore medio della verniciatura di 150 µm (micron), come da procedura 'UNI EN ISO 9001;
- Interno con n.02 scomparti separati ermeticamente, una per le sostanze acide ed una per le sostanze basiche;
- Provvisti di sistema ad alta efficienza di filtrazione che consenta la gestione dei differenti TLV;
- Resistenza al fuoco in conformità alla EN 14470-1 con resistenza al fuoco di almeno 90 minuti;
- Esposizione alla fiamma secondo la curva di temperatura standard della EN 1363-1 (5.1.1);
- Ante a chiusura automatica, tramite valvole meccaniche di sicurezza, con dispositivo termico (non elettrico) nel caso la temperatura ambiente superi i 50°C con apertura a 180° per facilitare lo spostamento dei ripiani,; la chiusura delle stesse deve avvenire, in qualsiasi posizione esse si trovino, in un tempo massima di 20 sec.;
- I dispositivi di chiusura devono sbloccare le porte ad una temperatura di 50° C (-10);
- Sistema di chiusura di sicurezza che mantiene chiuse le ante in caso di incendio;
- Cerniere a Cardine antiscintilla;

- Sistema filtrante con filtri a carbone attivi;
- Cartelli di segnalazione pericolo (DIN 4844 e ISO 3864);
- Morsetto di messa a terra;
- Convogliatore di fumi verso l'alto; con giunto di raccordo per l'allacciamento al sistema di ventilazione;

ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PEZZI OPERATORI:

- Dimensioni approssimative: N.01 Armadio 120x56x190 (LxPxH);
- Armadio aspirato con filtro formalina specifico e con grado di saturazione effettivo, rilevabile, dotato di filtri speciali per il riciclo interno;
- Struttura, ante e ripiani in lamiera di acciaio elettrozincato verniciato con polvere ipossidica antiacido (RAL 7035);
- Ante a battente in vetro stratificato antinfortunistico 6/7 mm, dotate di chiusura su tre punti, serratura e apertura a 180° per facilitare lo spostamento dei ripiani;
- Marchiato CE in relazione alle Direttive 2004/108 EEC, 2006/42 EEC, 2006/95 EEC e conformità alla norma CEI EN 61010-1/classificazione CEI 66.5;
- Dotato di interruttore principale d'emergenza, di interruttori Start/Stop per il funzionamento dell'aspirazione e di regolazione della velocità di aspirazione;
- Predisposto per il collegamento ad un impianto di espulsione attraverso apposito collare per la canalizzazione dell'aria filtrata da espellere all'esterno dell'edificio, da collegare ad apposita condotta;
- Aspirazione dei fumi lungo tutte le pareti laterali dell'armadio per la garanzia di un efficiente aspirazione in tutte le zone, automaticamente attivabile al momento della apertura delle porte;
- Ripiani interni in acciaio rimovibili, sagomati a vassoio per contenere eventuali perdite di liquidi, verniciati a polvere epossipoliestere, dotati di bordo di contenimento antiversamento, cori sistema a cremagliera per il sostegno, a posizionamento regolabile e vasca di contenimento liquidi sul fondo, in acciaio INOX;
- Interruttore lampada U.V. germicida;
- Allarme visivo, a mezzo spia bicolore rosso/verde, di intasamento meccanico del sistema Prefiltri/Filtri e conseguente rischio di flusso d'aria insufficiente;
- Allarme visivo a led luminoso ed allarme acustico in caso di saturazione filtri;
- Avvisatore acustico di anta aperta, tasto tacitazione allarmi acusticie tasto di modifica dei parametri di funzionamento;
- Programmazione di accensione e spegnimento dell'armadio e programmazione cambio filtro;
- Segnaletica di pericolo in conformità con le vigenti norme di sicurezza;
- Pannello di controllo con monitor touchscreen per il controllo e la visualizzazione delle principali funzioni.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
