



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° 678 / DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Aggiudicazione RDO per la fornitura di N.2 Bilirubinometri, di cui N.1 Transcutaneo e N.1 Capillare, incluso relativo materiale di consumo per il S.O.C. di Neonatologia - T.I.N. del Presidio Ospedaliero di Crotone.

**Lotto 1 CIG: ZDA18BEBE3**

**Lotto 2 CIG: Z6018BEC57**

In data **20 APR. 2016**, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

IL DIRETTORE  
DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con determina n.400 del 03/03/2016 è stata indetta procedura negoziata per la fornitura di N.2 Bilirubinometri, di cui N.1 Transcutaneo e N.1 Capillare, incluso relativo materiale di consumo per il S.O.C. di Neonatologia - T.I.N. del Presidio Ospedaliero di Crotone, per una spesa presunta di Euro 8.000,00 per il Lotto n.1 - Bilirubinometro a Capillare comprensivo di materiale di consumo; ed Euro 9.000,00 per il Lotto n.2 - Bilirubinometro Transcutaneo - da esperirsi ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 mediante procedura telematica interamente gestita dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06;

CHE con detta determina, è stata approvata la Lettera di invito e relativi allegati, il Capitolato Tecnico e l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi è stato autorizzato a procedere all'acquisto mediante la procedura della richiesta di offerta (RDO);

CHE in data 04/03/2016 è stata creata la RDO e le ditte sono state invitate a presentare offerta entro le ore 14.00 del 25/03/2016;

CHE alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, il Sistema ha visualizzato le seguenti ditte partecipanti: BIOMEDICAL SERVICE SRL. di Catanzaro (CZ); DISPOSAN SRL. di Gioia Tauro (RC);

CHE, accedendo alla sezione buste presentate, si è proceduto all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, esaminata ed approvata la stessa, si è proceduto all'apertura della busta contenente i depliant e schede tecniche dei prodotti offerti;

CHE il Sanitario richiedente, esaminando le apparecchiature offerte dalla ditte partecipanti, ha ritenuto non conforme il prodotto della ditta BIOMEDICAL SERVICE di Catanzaro rilevando quanto segue: l'apparecchio "DAS Neo Bill Plus" non è conforme:

- a) la percentuale di errore è inferiore al 5% e non al 2,5% come espressamente richiesto nella lettera di invito allegata alla Richiesta di Offerta (RDO) pubblicata;
- b) il suddetto apparecchio non permette la visualizzazione su display dei valori di emolisi.

PRESO ATTO delle indicazioni del Responsabile del Servizio richiedente si è proceduto a escludere la ditta BIOMEDICAL SERVICE SRL di Catanzaro (CZ) per le motivazioni su indicate;

CHE si è proceduto all'apertura della busta contenente l'offerta economica dell'unico concorrente rimasto in gara e, dopo la convalidazione dell'offerta economica, si è preso atto della graduatoria generata dal Sistema dalla quale risulta aggiudicataria per la fornitura di N.2 Bilirubinometri, di cui N.1 Transcutaneo e N.1 Capillare, incluso relativo materiale di consumo per il S.O.C. di Neonatologia - T.I.N. del Presidio Ospedaliero di Crotone, la ditta DISPOSAN SRL di Gioia Tauro (RC) per un costo di €. 6.500,00 oltre IVA per il Lotto n.1; ed €. 8.000,00 oltre IVA per il Lotto n.2;

VISTO l'art. 328 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, il Codice dei Contratti pubblici;

VISTO il Regolamento per l'Acquisizione in economia di Beni e Servizi, approvato con Delibera n. 639 del 07.11.2013 ed integrato con Delibera n. 077 del 06.02.2013;


#### DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:


1. APPROVARE gli atti della RDO n. 1129401 espletata sul MEPA ed aggiudicare la fornitura di N.2 Bilirubinometri, di cui N.1 Transcutaneo e N.1 Capillare, incluso relativo materiale di consumo per il S.O.C. di Neonatologia - T.I.N. del Presidio Ospedaliero di Crotone, alla ditta DISPOSAN SRL, con sede in Gioia Tauro (RC) alla Via Armando Diaz, 96, per un costo di Euro 6500,00 oltre IVA per il Lotto n.1 - Bilirubinometro a Capillare comprensivo di materiale di consumo; ed Euro 8000,00 oltre IVA per il Lotto n.2 - Bilirubinometro Transcutaneo;
2. AUTORIZZARE l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, nella persona del Punto Ordinante della presente procedura, a perfezionare il documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma e contenente i dati della RDO predisposta, che si intenderanno validamente perfezionati nel momento in cui, firmati digitalmente, verranno caricati a Sistema;
3. DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 17.690,00 IVA compresa, graverà sul Conto Cod. n. 501.1.601 del Bilancio di competenza;

4. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
5. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06;


Il Responsabile del Procedimento  
Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore f.f. Ufficio Acquisizione Beni e Servizi  
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa  
Dott. Francesco Saverio Loria



=====


UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 20 APR. 2016 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1086 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento  
*Valter Cosentino*



Il Direttore f.f. Ufficio  
Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Anna Giordano



=====