

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 720 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Indizione procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature per l'Unità Operativa di Anatomia Patologica Presidio Ospedaliero di Crotone.

In data **08 LUG. 2013**, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
COORDINAMENTO TECNICO MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Crotone ha avanzato richiesta per la fornitura di N. 1 Microscopio, N. 1 Coloratore Automatico, N. 1 Distributore di paraffina, in quanto le apparecchiature analoghe in dotazione, acquisite nel 2002, sono obsolete e non più riparabili;

CHE l'importo presumibile per detta fornitura ammonta ad Euro 50.000,00;

CHE con nota Prot. N. 12675 del 09-05-2013, a firma del Direttore Generale, è stata richiesta all'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante l'espletamento della procedura d'acquisto;

CHE la predetta Autorità, con nota Prot. N. 0184701 del 31-05-2013, ha autorizzato questa ASP a provvedervi direttamente;

CHE allo stato dette apparecchiature non possono essere acquisite tramite CONSIP in quanto non vi è in essere alcuna convenzione;

CHE si rende, pertanto, necessario pubblicare il relativo bando sul sito Web dell'ASP in favore di tutte le ditte interessate;

VISTE le caratteristiche tecniche e le tabelle di valutazione qualitative predisposte dal Direttore dell'Unità Operativa interessata;

CONSIDERATO che le Stazioni Appaltanti sono tenute al versamento delle tasse di gara in relazione al valore, giusta deliberazione dell'Autorità di Vigilanza del 03-11-2010;

CHE, preso atto del valore della fornitura, la quota di contribuzione in favore dell'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ammonta ad Euro 300,00 da versare a mezzo pagamento mediante avviso (MAV) secondo le modalità di cui alla delibera dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici del 03-11-2010;

VISTO il Capitolato Speciale ed il bando relativo all'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;

VISTO l'art. 125, comma 11, del Decreto Legislativo n. 163/2006;

VISTO il Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, approvato con Delibera N. 639 del 07/11/2012 ed integrato con Delibera N. 077 del 06/02/2013;

DETERMINA


Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. Indire procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature per L'Unità Operativa di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Crotona, da aggiudicarsi, per singolo lotto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. N. 163/06;
2. Approvare il bando riportante le modalità di partecipazione, le caratteristiche tecniche delle apparecchiature e le modalità di valutazione di qualità ai fini dell'aggiudicazione, allegato alla presente e della quale forma parte integrante;
3. Autorizzare l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi alla pubblicazione sul sito Web dell'Azienda;
4. Dare atto che la relativa spesa, presumibile in Euro 50.000,00 oltre IVA, sarà impegnata al momento dell'aggiudicazione;
5. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria al versamento di Euro 30,00 in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, mediante MAV (pagamento mediante avvisi), secondo le modalità di cui alla Deliberazione AVCP del 03-11-2010 e s.m.i., previo impegno di spesa sul Conto cod. 501.2.105 del Bilancio e con riferimento al seguente numero di gara 5110921;
6. NOMINARE Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06;

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Pietro Ingarozza



Il Direttore del Dipartimento Macro Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Fico



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 08 LUG. 2013 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1494 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.


Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(D.ssa Anna GIORDANO)





UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto: Procedura Negoziata per la fornitura di apparecchiature per l'Unità Operativa di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone.

Questa Azienda indice una Procedura Negoziata per la fornitura delle seguenti apparecchiature per l'Unità Operativa di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, aventi le caratteristiche minime così come indicate nell'allegato "A":

LOTTO N. 1 – Microscopio per Laboratorio con ponte da discussione per N. 5 osservatori.

Prezzo base d'asta Euro 15.000,00;

CIG N. 5220760371

LOTTO N. 2 – Coloratore Automatico di Tipo X-Y.

Prezzo base d'asta Euro 30.000,00;

CIG N. 5220767936

LOTTO N. 3 – Distributore di Paraffina composto da N. 2 moduli indipendenti.

Prezzo base d'asta 5.000,00;

CIG N. 5220769ADC

Le ditte interessate dovranno presentare la propria offerta per come segue:

L'offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11,30 del giorno 22 luglio 2013 all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP, Via Mario Nicoletta – CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO" – Scala B – Piano 3° int. B1 – 88900 CROTONE.

Il plico oltre all'indirizzo del mittente e del destinatario, dovrà recare, ben visibile, la seguente dicitura: "UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI – OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER L'UNITA' OPERATIVA DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CROTONE"

All'interno del plico dovranno essere inserite n. 3 buste, opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con scritto "Contiene Documentazione Amministrativa"; "Contiene Documentazione Tecnica" e "Offerta Economica".

1- Il plico "documentazione amministrativa" dovrà contenere:

- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante indicante la iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività in oggetto;
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante indicante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quarter) del D.Lgs. 163/06;
- Dichiarazione attestante la regolarità degli adempimenti INPS-INAIL (DURC);

- Deposito cauzionale provvisorio nei modi di legge, di Euro 10.000,00 pari al 2% del valore massimo complessivo dell'offerta;
- Copia del presente bando e dell'allegato A firmati della ditta partecipante;
- Dichiarazione nella quale risulta che le ditte in caso di aggiudicazione garantirà compresa nel prezzo di fornitura, l'assistenza full-risk per 24 mesi dalla data del collaudo;

2- Documentazione da inserire nell'offerta tecnica:

- Depliant e schede tecniche delle apparecchiature offerte, in lingua italiana ;
- Fotocopia dell'offerta riportante la composizione delle apparecchiature omettendo, ovviamente di riportare i prezzi;

3- Offerta economica:

La ditta nel prezzo di ogni singolo apparecchio offerto dovrà comprendere il costo della manutenzione full-risk per 24 mesi dalla data di collaudo.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'Art. 83 del D.Lgs. N. 163/06 per singolo lotto, a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base degli elementi di cui alla seguente griglia:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE qualità max punti 60

LOTTO 1) MICROSCOPIO PER LABORATORIO CON PONTE DA DISCUSSIONE PER N. 5 OSSERVATORI

Caratteristiche qualitative e tecnologiche dello strumento offerto, quali anno di immissione sul mercato, flessibilità e versatilità nei confronti dell'operatore:

FINO A 30

Caratteristiche tecnico-qualitative del materiale offerto:

FINO A 20

Eventuali condizioni migliorative del sistema:

FINO A 10

LOTTO 2) COLORATORE AUTOMATICO DI TIPO X-Y

Caratteristiche qualitative e tecnologiche dello strumento offerto, quali capacità analitica, flessibilità, versatilità, produttività:

FINO A 30

Compatibilità e grado di corrispondenza agli obiettivi attesi ed esplicitati nel presente capitolato:

FINO A 20

Eventuali condizioni migliorative del sistema:

FINO A 10

LOTTO 3) CENTRALINA

Caratteristiche qualitative e tecnologiche dello strumento offerto, quali anno di immissione sul mercato, flessibilità e versatilità nei confronti dell'operatore:

FINO A 30

Caratteristiche tecnico-qualitative del materiale offerto:

FINO A 20

Eventuali condizioni migliorative del sistema:

FINO A 10

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PREZZO - MAX 40 PUNTI

PREZZO: verrà preso a riferimento il miglior prezzo offerto. Al prezzo più basso verranno attribuiti 40 punti ed alle altre offerte verrà applicato il punteggio inversamente proporzionale in base alla formula:

Valore dell'offerta considerata: valore della migliore offerta = $40:X$

Dove "X" rappresenta il punteggio attribuito per singolo lotto di riferimento.

Risulterà vincitrice la ditta che avrà conseguito il maggior punteggio prezzo/qualità globale sullo specifico lotto.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

La consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature dovrà avvenire entro gg. 15 dall'ordine. Il pagamento avverrà entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle fatture all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP.

Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Paola Grandinetti

ALLEGATO "A"

Procedura Negoziata per la fornitura di apparecchiature per l'Unità Operativa di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone.

Caratteristiche tecniche minime apparecchiature:

LOTTO 1: MICROSCOPIO PER LABORATORIO CON PONTE DA DISCUSSIONE PER 5 OSSERVATORI

Microscopio predisposto per osservazioni in luce trasmessa e riflessa con sistema ottico corretto all'infinito.

Sorgente di illuminazione con lampada alogena da 12 v 100 watt corredato di sensore per risparmio energetico e spegnimento automatico in caso di non utilizzo dello strumento per più di 30 minuti.

Dispositivo di messa a fuoco mediante una doppia coppia di manopole macro e micrometriche coassiali, con frizione biconica per la regolazione del movimento.

Dispositivo di sicurezza per evitare il contatto tra obiettivo e preparato e per impostare la memoria di fuoco macrometrica.

Tavolino traslatore con piano in ceramica anti abrasione rotabile di 250° sull'asse ottico, dotato di scale micrometriche sui due assi di traslazione e frizione torque per la regolazione di fluidità del movimento.

Portacampioni doppio per alloggiare 2 vetrini.

Revolver portaobiettivi settuplo, tubo di osservazione bioculare con indice di campo 22.

Corredo ottico plana cromatico: 10X; 40X; 4X; 20X; 60X; 100X, completo di copertina antipolvere.

Ponte da discussione per ulteriori 4 osservatori con indice di campo 22 e freccia bicolore.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire tavolo adeguato dove posizionare il microscopio.

LOTTO 2: COLORATORE AUTOMATICO di tipo X-Y

Capacità operativa: caricamento continuo di tre cestelli da 20 vetrini con velocità dipendente dal protocollo di colorazione (max. 660 vetrini ora).

Modalità operativa: procedure random di colorazione. Le procedure devono essere assegnabili liberamente a gruppi di 3 cestelli alla volta per un massimo di 11 gruppi.

Stazioni di processo: da 31 a 51.

Stazioni di lavaggio: fino a 4 vaschette (virtualmente 8) a flusso continuo configurabili, alimentazione automatica dell'acqua corrente a controllo elettronico di attivazione.

Stazioni di carico: configurabili da 1 a 3.

Stazioni di scarico: configurabili da 1 a 5.

Stazioni di asciugatura: 2 programmabili da 30°C a 65°C.

Stazioni di riscaldamento: fino a un massimo di 2.

Agitazione: movimento verticale dei cestelli programmabile sulle diverse stazioni.

Disponibilità di vasche reagenti con differenti capacità: volume vaschette 160, 260 o 680 ml.

Tempo di sgocciolamento: regolabile da 1 secondo a 1 minuto.

Programmi: fino a 50 impostabili e memorizzabili.

Programmazione movimenti: fino a 50 spostamenti per programma con tempo di immersione variabile da 1 secondo a 99 minuti per le singole stazioni.

Interfaccia utente: touch-screen a colori (640X480).

Dispositivi di segnalazione: segnalazioni acustiche per termine cicli e zona di scarico piena. Allarmi per interruzione dell'alimentazione e malfunzionamenti.

Neutralizzazione vapori: aspiratori a bassa rumorosità e cartucce al carbone attivo.

**LOTTO 3: DISTRIBUTORE DI PARAFFINA COMPOSTO DA 2 MODULI
INDIPENDENTI:**

- 1) sistema di erogazione paraffina tramite ugello di dispensazione erogata per caduta e facilmente regolabile con manopola (esente da manutenzione). Serbatoio da 4 lt.
- 2) Piastra raffreddante -10°C: superficie raffreddante in grado di ospitare fino a 60 cassette d'inclusione.