

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 780 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Indizione procedura negoziata per la fornitura N. 2 apparecchi per trattamenti dialitici, N. 4 poltrone bilancia, n. 3 letti bilancia per la Unità Operativa Dialisi del Presidio Ospedaliero di Crotone.

In data **19 LUG. 2013**, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
COORDINAMENTO TECNICO MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Crotone ha avanzato richiesta per la fornitura di N. 2 apparecchi per trattamenti dialitici, N. 3 letti bilancia e N. 4 poltrone bilancia anatomiche, necessari dato l'aumento di pazienti in emodialisi cronica registrato nel corso del 2012, nonché l'aumento delle richieste di trattamenti urgenti per degenti acuti da parte dell'Utic-Rianimazione;

CHE il Direttore Generale ha apposto sulla suddetta richiesta il visto per l'autorizzazione all'acquisto;

CHE l'importo presumibile per detta fornitura ammonta ad Euro 75.000,00;

CHE con nota Prot. N. 16831 del 17-06-2013, a firma del Direttore Generale, è stata richiesta all'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante l'espletamento della procedura d'acquisto;

CHE la predetta Autorità, con nota Prot. N. 0231062 del 11-07-2013, ha autorizzato questa ASP a provvedervi direttamente;

CHE allo stato dette apparecchiature non possono essere acquisite tramite CONSIP in quanto non vi è in essere alcuna convenzione e, per le caratteristiche tecniche richieste, non è stato possibile rinvenire detti articoli sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

CHE si rende, pertanto, necessario pubblicare il relativo bando sul sito Web dell'ASP in favore di tutte le ditte interessate;

VISTE le caratteristiche tecniche e le tabelle di valutazione qualitative predisposte dal Direttore dell'Unità Operativa interessata;
CONSIDERATO che le Stazioni Appaltanti sono tenute al versamento delle tasse di gara in relazione al valore, giusta deliberazione dell'Autorità di Vigilanza del 03-11-2010;
CHE, preso atto del valore della fornitura, la quota di contribuzione in favore dell'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ammonta ad Euro 30,00 da versare a mezzo pagamento mediante avviso (MAV) secondo le modalità di cui alla delibera dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici del 03-11-2010;
VISTO il bando e l'allegato A., nel quale sono indicate le caratteristiche tecniche degli articoli;
VISTO l'art. 125, comma 11, del Decreto Legislativo n. 163/2006;
VISTO il Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, approvato con Delibera N. 639 del 07/11/2012 ed integrato con Delibera N. 077 del 06/02/2013;

DETERMINA


Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. Indire procedura negoziata per la fornitura di N. 2 apparecchi per trattamenti dialitici, N. 3 letti bilancia e N. 4 poltrone bilancia anatomiche per la Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Crotone, da aggiudicarsi, per singolo lotto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. N. 163/06;
2. Approvare il bando riportante le modalità di partecipazione, le caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti, le modalità di valutazione di qualità ai fini dell'aggiudicazione, allegato alla presente e della quale forma parte integrante;
3. Autorizzare l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi alla pubblicazione sul sito Web dell'Azienda;
4. Dare atto che la relativa spesa, presumibile in Euro 75.000,00 oltre IVA, sarà impegnata al momento dell'aggiudicazione;
5. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria al versamento di Euro 30,00 in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, mediante MAV (pagamento mediante avvisi), secondo le modalità di cui alla Deliberazione AVCP del 03-11-2010 e s.m.i., previo impegno di spesa sul Conto cod. 501.2.105 del Bilancio e con riferimento al seguente numero di gara 5110921;
6. NOMINARE Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06;


Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Responsabile Ufficio Acquisizione B. e S.
Dott. Pietro Ingarozza



Il Direttore del Dipartimento Macro Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Fico




=====

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 19 LUG. 2013 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1595 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.


Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)



A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto: Procedura Negoziata per la fornitura di N. 2 apparecchi per trattamenti dialitici CRRT, N. 4 poltrone bilancia, n. 3 letti bilancia per la U.O. di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone.

Questa Azienda indice una Procedura Negoziata per la fornitura dei seguenti articoli per l'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, aventi le caratteristiche minime così come indicate Capitolato Tecnico allegato alla presente:

- LOTTO N. 1 – N. 2 Apparecchiature per trattamenti emodialisi-difiltrazione-emofiltrazione e plasmferesi - CRRT
Prezzo base d'asta Euro 17.000,00 p.u. – totale €. 34.000,00
CIG N.
- LOTTO N. 2 – N. 3 Letti Bilancia
Prezzo base d'asta Euro 7.000,00 p.u. - totale €. 21.000,00
CIG N.
- LOTTO N. 3 – N. 4 Poltrone Bilancia Anatomiche
Prezzo base d'asta 5.000,00 p.u. – totale €. 20.000,00
CIG N.

Le ditte interessate dovranno presentare la propria offerta per come segue:

L'offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11,00 del giorno 05/08/2013 all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP, Via Mario Nicoletta – CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO" – Scala B – Piano 3° int. B1 – 88900 CROTONE.

Il plico oltre all'indirizzo del mittente e del destinatario, dovrà recare, ben visibile, la seguente dicitura: "UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI – OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 APPARECCHI PER TRATTAMENTI DIALITICI CRRT, N. 3 LETTI BILANCIA, N. 4 POLTRONE BILANCIA ANATOMICHE PER LA U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CROTONE"

All'interno del plico dovranno essere inserite n. 3 buste, opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con scritto "Contiene Documentazione Amministrativa"; "Contiene Documentazione Tecnica" e "Offerta Economica".

1- Il plico "documentazione amministrativa" dovrà contenere:

- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante indicante la iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività in oggetto;

- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante indicante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quarter) del D.Lgs. 163/06;
- Dichiarazione attestante la regolarità degli adempimenti INPS-INAIL (DURC);
- Deposito cauzionale provvisorio nei modi di legge, di Euro 1.500,00 pari al 2% del valore massimo complessivo dell'offerta;
- Copia del presente bando e dell'allegato Capitolato Tecnico firmati della ditta partecipante;
- Dichiarazione nella quale risulta che le ditte in caso di aggiudicazione garantirà compresa nel prezzo di fornitura, l'assistenza full-risk per 24 mesi dalla data del collaudo;

2- Documentazione da inserire nell'offerta tecnica:

- Depliant e schede tecniche degli articoli offerti, in lingua italiana ;
- Fotocopia dell'offerta riportante la composizione dei prodotti omettendo, ovviamente di riportare i prezzi;

3- Offerta economica:

La ditta nel prezzo offerto dovrà comprendere il costo della manutenzione full-risk per 24 mesi dalla data di collaudo.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. N. 163/06 per singolo lotto, a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base degli elementi di cui alla seguente griglia:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE qualità max punti 60

LOTTO 1) APPARECCHIATURE CRRT PER TRATTAMENTI EMODIALISI-DIFILTRAZIONE-EMOFILTRAZIONE E PLASMAFERESI

CRATTERISTICHE TECNICO – COSTRUTTIVE QUALITATIVE	
CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio max 30
Caratteristiche prestazionali della pompa Eparina, del riscaldatore integrato e dei rilevatori di aria e perdite ematiche.	max punti 10
Caratteristiche del sistema di pesatura, dell'esecuzione del priming e della gestione del bilancio idrico.	max punti 10
Capacità di facile trasportabilità e praticità d'uso	max punti 5
Qualità e caratteristiche dell'assistenza tecnica	max punti 5

VARIETA' DELLE METODICHE ESEGUIBILI	
CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio max 25
Possibilità di eseguire metodiche alternative alla CRRT quali Plasmaferesi Terapeutica ed Emoperfusione	max punti 10
Grado di flessibilità delle opzioni terapeutiche e possibilità di modificare le metodiche in corso di trattamento.	max punti 10
Capacità di trattare pazienti pediatrici a basso peso corporeo.	max punti 5

Rapidità e semplicità d'utilizzo	max punti 5
---	--------------------

LOTTO 2) LETTI BILANCIA

CARATTERISTICHE TECNICHE	
CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio max 45
Qualità del sistema di pesatura e del display del paziente	max punti 15
Possibilità di funzionamento in assenza di tensione ed eventuale presenza di batteria antiblack-out	max punti 10
Modalità di azionamento motori ed accessibilità del paziente	max punti 10
Varietà e numero degli accessori installabili	max punti 5
Qualità dei tessuti	max punti 5

DURATA DELLA GARANZIA max punti 5

QUALITA' COSTRUTTIVA ED ASSISTENZA TECNICA max punti 5

LAVABILITA' DEI COMPONENTI A COLORAZIONE DIVERSA max punti 5

LOTTO 3) POLTRONE BILANCIA

CARATTERISTICHE TECNICHE	
CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio max 45
Qualità del sistema di pesatura e del display del paziente	max punti 15
Possibilità di funzionamento in assenza di tensione ed eventuale presenza di batteria antiblack-out	max punti 10
Modalità di azionamento motori ed accessibilità del paziente	max punti 10
Varietà e numero degli accessori installabili	max punti 5
Qualità dei tessuti	max punti 5

DURATA DELLA GARANZIA max punti 5

QUALITA' COSTRUTTIVA ED ASSISTENZA TECNICA max punti 5

LAVABILITA' DEI COMPONENTI A COLORAZIONE DIVERSA max punti 5

PREZZO: verrà preso a riferimento il miglior prezzo offerto. Al prezzo più basso verranno attribuiti 40 punti ed alle altre offerte verrà applicato il punteggio inversamente proporzionale in base alla formula:

Valore dell'offerta considerata: valore della migliore offerta = $40:X$

Dove "X" rappresenta il punteggio attribuito per singolo lotto di riferimento.

Risulterà vincitrice la ditta che avrà conseguito il maggior punteggio prezzo/qualità globale sullo specifico lotto.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

La consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature dovrà avvenire entro gg. 15 dall'ordine. Il pagamento avverrà entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle fatture all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP.

Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Paola Grandinetti



UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO"

CAPITOLATO TECNICO

Procedura Negoziata per la fornitura di N. 2 apparecchi per trattamenti dialitici , N. 3 Letti bilancia, N. 4 Poltrone bilancia per la U.O. di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone.

Caratteristiche tecniche minime

LOTTO 1 :N. 2 APPARECCHIATURE PER TRATTAMENTI EMODIALISI-DIAFILTRAZIONE-EMOFILTRAZIONE E PLASMAFERESI

Apparecchi per trattamenti dialitici e metodiche di

Terapia continua: SCUF (ultrafiltrazione lenta continua) CVVH (emofiltrazione veno-venosa continua, CVVHD (emodialisi veno-venosa continua) CVVHDF (emodialisi ad alto flusso) IVVH (emofiltrazione ad ago singolo);

Terapia intermittente: HF(emofiltrazione) HD(emodialisi) HFD(emodialisi alto flusso)

Terapia Plasmaferetiche: PEX (plasma-exchange) PAP(plasma-assorbimento) CF(a cascata)

Requisiti tecnici:

- pompa sangue con flusso fino a 500 ml/mm
- infusione liquidi in HF fino a 15 lt/h
- flusso dialisato fino a 24 lt/h
- tre pompe sangue:infusione, mandata dialisato, ultrafiltrazione e ritorno
- LCD per visualizzazione dei parametri sia di preparazione che in corso di terapia
- pompa somministrazione anticoagulante
- monitoraggio continuo pressioni lato sangue e dialisato pre-post filtro
- allarmi per operatore nelle terapie HF, CVVH e Pex
- possibilità di passare dalla modalità HF in CVVH e viceversa
- possibilità di cambiare terapia in corso di trattamento
- possibilità di utilizzare i filtri di varia superficie e composizione
- possibilità di interfaccia con P.C.
- possibilità di avere Kit in configurazione preassemblata

LOTTO 2: N. 3 LETTI BILANCIA

Caratteristiche tecniche richieste:

- Letto bilancia con pesatura elettronica e scala fino a 150 KG
- dimensioni max 220x160x50
- divisione minima pesatura 50 grammi
- materiale in acciaio inox lucidato, antigraffio ed anticorrosione
- posizionamento su 4 ruote girevoli dotate di fermo ruota
- sollevamento indipendente anteriore e posteriore elettrico con pulsantiera
- trendeleburg totale e sblocco rapido schienale
- alimentazione 230V
- funzione anti blackout con sistema di memoria peso e batteria
- tara a sottrazione prima e durante la dialisi in modalità automatica e manuale
- rete metallica anticorrosione
- display di lettura con indicatori di stato a Led luminosi

OPTIONAL

- braccioli e tavolino portaoggetti rimovibili e girevoli
- coppia bilaterale di ganci reggi sacche
- asta porta flebo
- coppia di sponde laterali ribaltabili ed a scomparsa
- pannello ribaltabile lato piedi

LOTTO 3: N. 4 Poltrone Bilancia Anatomiche

Caratteristiche tecniche richieste:

- struttura in acciaio inox
- motore per movimentazione simultanea gambe e schienale
- ruote inossidabili , girevoli e con freno di blocco simultaneo
- azionamento accessibile al paziente
- posizione in trendeleburg a 10°
- piano di giacitura a tre sezioni con cuscini indipendenti ed asportabili
- rivestimento lavabile antimicotico
- poggiatesta e braccioli girevoli ed asportabili
- supporto display girevole
- azionamento a pulsantiera mobile
- funzione antiblackout con batteria
- portata massima a 150 Kg con scala a 50 grammi
- pesatura digitale con display a led luminosi

Accessori a richiesta:

- asta porta flebo a supporto su ruote