



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N. 842 /D. A. A./Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Adeguamento tecnologico scialitica Berchtold in dotazione alla Sala Operatoria Oculistica del Presidio Ospedaliero di Crotona.  
CIG Z321EBA686.

In data 29 MAG.2017 nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S. , sita in Crotona presso Centro Direzionale "Il Granaio" di via Mario Nicoletta;  
Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che è stato richiesto dalla Unità Operativa di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Crotona l'adeguamento tecnologico della scialitica Berchtold, sita nella Sala Operatoria e in uso alla suddetta Struttura;  
CHE per tale lampada, in dotazione da più di dieci anni, l'adeguamento tecnologico è necessario per poter affrontare al meglio le piccole procedure microchirurgiche che quotidianamente esegue la Struttura operatoria di oculistica;  
CHE sulla richiesta è stata apposta l'autorizzazione del Direttore del Dipartimento di Chirurgia e Specialità Chirurgiche del Presidio Ospedaliero di Crotona;  
CHE il produttore di detta lampada è la ditta Berchtold Italia S.r.l., con sede a Milano;  
PRESO ATTO della dichiarazione rilasciata dalla suddetta ditta, custodita agli atti, con la quale comunica che il distributore esclusivo per la Regione Calabria della apparecchiatura è la ditta SGM MEDICAL INSTRUMENTS S.n.c. di Gioia Tauro, alla quale è stata affidata anche l'assistenza tecnica e relativa manutenzione;  
CHE, pertanto, è stato richiesto preventivo per l'aggiornamento tecnologico della scialitica Berchtold, e la ditta SGM MEDICAL INSTRUMENTS S.n.c., con sede in via Veneto 14, a Gioia Tauro (RC), con offerta Prot. n.0022-17-DG del 31/01/2017,  
applicando un sconto del 35% sui prezzi ufficiali di listino ha richiesto, per tutta la fornitura, €. 5.614,73, che prevede oltre a lavori di smontaggio, cablaggio e rimontaggio, anche l'installazione di "UP-GRADE KIT" per il passaggio da tecnologia alogena a quella d'illuminazione Led;


CONSIDERATO che vi è urgenza di provvedere dato che trattasi di scialitica da collocare in sala Operatoria e che tra l'altro il valore della fornitura non supera la soglia stabilita per l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

#### DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. AFFIDARE, alla ditta SGM MEDICAL INSTRUMENTS S.n.c., l'aggiornamento tecnologico della scialitica Berchtold per il Blocco Operatorio dell'Unità Operativa di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Crotone, comprensivo dei lavori vari e forniture di cui in premessa, ad un costo di €. 5.614,73, oltre Iva al 22%;
2. DARE ATTO che la spesa di €. 6.849,97, Iva 22% compresa, graverà sul Centro di Costo cod. 3a.2.4.3 e sul Conto cod. 101.2.303 del Bilancio;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativi del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. Nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti;

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Giancarlo Pizzuti




---

Il Direttore f.f. dell'Ufficio A. B. e S.  
Dott.ssa Paola Grandinetti



---

Il Direttore del Dipartimento A. A.  
Dott. Francesco Saverio Loria



---

UFFICIO AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA GENERALE

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 29 MAG.2017 con protocollo n. 1484.


Il Responsabile del Procedimento

**Valter Cosentino**



---

Il Direttore f.f. Ufficio  
Affari Generali e Legali  
Dott.ssa Anna Giordano



---