




Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° 970 /DIPARTIMENTO SERV. TECNICO AMMINISTRATIVI /
U.O.C. PROV. ECON. GEST. LOGIST.

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura n.01 Postazione Tecnica Neonatologica completa di pannello radiante per le Sale Parto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Crotone.

COD.CIG: ZB82440C90

In data 06 LUG. 2018, nella Sede del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi/U.O.C: Provv. Econom. Gest. Logist., sita in Crotone c/c Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO che l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 prescrive che le Stazioni Appaltanti, prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione delle offerte degli operatori economici;
CHE il Direttore U.O.C. di Neonatologia del P.O. di Crotone, ha avanzato richiesta per l'acquisto di n. 1 Postazione Tecnica completa di Pannello Radiante da destinare alle nuove sale parto dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia;
CHE con nota prot. n° 0031059 del 29-06-2018 è stato trasmesso a questo Ufficio il Capitolato Tecnico con le caratteristiche di minima delle apparecchiature oggetto della richiesta;
VISTA l'autorizzazione del Direttore Sanitario Aziendale;
PRESO ATTO che il D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06.07.2012 concernente "disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
CHE l'art. 36, comma 6 del D.lgs n. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici prescrive che le Stazioni Appaltanti per lo svolgimento delle procedure al di

sotto della soglia di rilievo comunitario possono procedere mediante il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni messo a disposizione dalla CONSIP S.p.A.;

CHE l'art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207, introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e prevede, a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione, un bando ed una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità nonché di capacità economico-finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

-che, pertanto, le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti, sul M.E.P.A. Consip della P.A., di beni e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:

- richiesta di offerta (RDO);
- Ordine diretto di acquisto (ODA);

CHE il ricorso al Mercato Elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e consente alla P.A. di snellire le procedure di acquisizione e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;

VERIFICATO che la CONSIP S.p.A. non ha attivato, al momento, Convenzioni per la fornitura della Attrezzature Sanitarie in oggetto alle quali eventualmente aderire;

RITENUTO sussistano le condizioni tali da fare ricorso ad una Procedura telematica interamente gestita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RDO) per una spesa complessiva presumibile di €. 15.000,00, oltre iva da aggiudicarsi con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016;

- di individuare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Sig. Giuseppe Basile quale Responsabile del Procedimento;

- di dover approvare, con il presente atto la lettera d'invito predisposta da questo Provveditorato, Economato, Gestione Logistica e il Capitolato tecnico che allegati alla stessa ne formano parte integrante;

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:


- 1 AUTORIZZARE l'U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica a procedere per la fornitura per via telematica tramite il Sistema gestito dal M.E.P.A, mediante la procedura della Richiesta di offerta (RDO), per l'Acquisto di n.01 Stazione Tecnica Neonatologica comprensiva di pannello radiante per le Sale Parto dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Crotone, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2 APPROVARE la Lettera di invito ed il Capitolato Tecnico, che acclusi alla presente ne costituiscono parte integrante;
- 3 DARE ATTO che la spesa presumibile di Euro 15.000,00 oltre IVA sarà impegnata al momento dell'aggiudicazione;

4 NOMINARE Responsabile del procedimento il Sig. Giuseppe Basile ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016;


Il Responsabile del procedimento
Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore dell'U.O.C. Provv. Ec. e Gest. Log.
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore Dipartimento Serv. Tecnico-Amministrativi
Dott. Francesco Saverio Loria



=====

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina/Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo

Pretorio dell'Azienda in data 06 LUG. 2013 con protocollo

n. 11639.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore U.O.C.
Affari legali e Generali e Aziendali
Dott.ssa Anna Giordano



=====

U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica
Direttore Dott.ssa Paola Grandinetti
Tel. 0962-924991 - PEC: ufficioabes@pec.asp.crotone.it

Lettera di invito alla procedura mediante sistema telematico sul M.E.P.A. della Pubblica Amministrazione, ex art. 36, C. 6, del D.LGS 50/2016 per la fornitura n.01 Postazione Tecnica Neonatologica completa di pannello radiante per le Sale Parto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Crotone.
COD. CIG. - ZB82440C90

Art. 1. Oggetto

Questa Azienda Sanitaria Provinciale indice una Procedura Negoziata mediante Sistema telematico sul M.E.P.A. CONSIP della Pubblica Amministrazione per la fornitura n.01 Postazione Tecnica Neonatologica completa di pannello radiante per le Sale Parto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Crotone;

Art. 2 Modalità di partecipazione

La Ditta che intende partecipare alla suddetta procedura, dovrà presentare offerta in conformità alle caratteristiche sopra riportate.

Il presente bando è visibile sul profilo del Committente Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone – Albo Pretorio – Bandi di gara, mentre la documentazione di gara richiesta dovrà essere visionata dall'operatore economico sul M.E.P.A. CONSIP della Pubblica Amministrazione.

L'offerta dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE – Via Mario Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio" – CROTONE.

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente lettera di invito.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Art. 3 : Documentazione di gara

1. Documentazione amministrativa-

Le ditte partecipanti dovranno allegare alla RDO la documentazione di seguito riportata.

Dichiarazione :

- dichiarazione indicante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016;

- di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito e relativi allegati, nonché in tutti gli elaborati relativi all'appalto che dovranno essere sottoscritti dal Titolare o Legale Rappresentante della ditta offerente;
- elezione di domicilio ai fini dell'appalto: numeri di recapito telefonico, PEC ove potranno essere inviate comunicazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs 50/2016.
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;

Le suddette dichiarazioni devono essere soddisfatte previa sottoscrizione del modello A/1 allegato alla presente e devono essere rese e sottoscritte dal titolare o legale rappresentante, procuratore, corredate da una copia fotostatica della carta di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3) del D.P.R. 445/2000.

Documentazione:

1. Deposito cauzionale provvisorio di cui all'art. 93 del D.lgs 50/2016, pari al 2% dell'importo a base d'asta costituita mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa, oppure fideiussione rilasciata da intermediari finanziari, oppure, qualora il costo della fideiussione dovesse essere inferiore ad Euro 500,00, mediante copia di assegno circolare intestato alla Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Per beneficiare della diminuzione della cauzione prevista al comma 7 dell'art. 93 del D.lgs 50/2016, dovrà essere prodotta in fotocopia autentica la certificazione di qualità;
2. Dichiarazione con la quale la ditta si impegna a consegnare la strumentazione oggetto della Richiesta di Offerta entro giorni 20 dalla stipula del contratto;
3. Patto di integrità compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) e g) del D.lgs 50/2016, come da modello allegato (**Allegato A/2**). Il Legale Rappresentante può delegare un proprio procuratore, in tal caso va trasmessa la relativa procura.
4. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come modificato dalla Legge n. 190/2012 il concorrente deve rendere apposita dichiarazione come da modello allegato (**Allegato A/3**).

2. Documentazione Tecnica

- Schede tecniche del prodotto che si intende fornire;
- Relazione Tecnica dettagliata del prodotto offerto, in modo da consentire ai Componenti della Commissione giudicatrice e/o al Direttore e/o

Responsabile della Struttura richiedente, una compiuta valutazione che ciò che è stato offerto corrisponda a quanto richiesto nel Capitolato tecnico oppure che possa essere equivalente, ciò è altresì necessario per l'Ufficio di Ingegneria Clinica ai fini del collaudo dell'apparecchiatura.

- Apposita relazione nell'ipotesi in cui si offrano prodotti con caratteristiche equivalenti;

3. Documentazione economica

- Modello come da **allegato A/4** della presente, con l'indicazione della descrizione del prodotto offerto, nonché l'indicazione del ribasso percentuale (in cifre e lettere) sull'importo della fornitura a base di gara.

Nell'offerta economica, inoltre, il costo dovrà essere comprensivo delle spese di trasporto, consegna e messa in opera, nonché manutenzione FULL RISK per un periodo di mesi 24 decorrenti dalla data del verbale positivo del collaudo dell'apparecchiatura.

Art. 4 Aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto nella comparazione qualità-offerta;

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 70% (QUALITA') 30% (PREZZO):

CARATTERISTICHE TECNICHE DI VALUTAZIONE		Punteggi Disponibili per Macro Categorie	Punteggi Disponibili per Micro Categorie
1	TELAIO	15	
o	Basamento su telaio in acciaio verniciato dotato di piedini regolabili		15
2	STRUTTURA	15	
o	Scocca realizzata in nobilitato sp20 mm. , dotata di ante e cassettiere in baydur		3
o	Piano di appoggio in plastica ABS, colonna con apparato elettronico di comando, sistema riscaldante per materassino		4
o	Pulsantiera per l'interfaccia con l'operatore, per inserire manualmente i dati del bambino (altezza, temperatura corporea, peso, etc.), ed allietare il neonato con musiche personalizzabili		4
3	CORRISPONDENZA CARATTERISTICHE TECNICHE AL CAPITOLATO	15	
4	CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	20	
o	Materassino in SKY ignifugo, riscaldato provvisto di sonde di temperatura e sensore di sicurezza contro eventuali temperature eccessive		15

o	Rubinetto miscelatore con comando termostatico della temperatura dell'acqua		5
5	CONFORMITA'	5	
o	<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva 93/42/CEE così come modificata dalla 2007/47/CE • Direttiva 90/384/CEE • EN 60601-1 • EN 60601-1-2 • EN ISO 14971 • EN 1041 		5

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

Art. 5 : Modalità e termini di consegna

L'attrezzatura dovrà essere consegnata presso l'U.O.C. di Neonatologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotona.

La consegna dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario con tutta prontezza entro il termine massimo di 20 giorni dalla data dell'ordinazione. La consegna per essere efficace agli effetti del contratto dovrà risultare da corrispondente ricevuta indicante qualità, ed importo della merce dopo che sia stata collaudata e dunque accettata.

Art. 6 : Fatturazione e pagamenti – Obblighi art. 3 L. 136/2010

Il pagamento avverrà, previo riscontro dell'Ufficio competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura che dovrà, come per legge, essere trasmessa in formato elettronico al seguente codice univoco: **ACIZEO**.

La Ditta aggiudicatrice si obbliga ad adempiere a quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 "Tracciabilità flussi finanziari", mediante apertura di conto corrente bancario o postale, dedicato ai movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, comunicando alla Amministrazione, ai sensi del suddetto articolo, comma 7, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il mancato adempimento di tutto quanto previsto dalla richiamata norma comporterà la risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., senza necessità di costituzione in mora.

Art. 7 : Referente pratica e comunicazione con le imprese

Le comunicazioni e gli scambi di informazione tra l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica e la ditta offerente avverranno, a mezzo la

piattaforma telematica del MEPA-CONSIP nell'apposita sezione comunicazione con gli operatori.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al :

REFERENTE DELLA PRATICA

Francesco Grandinetti;


tel. 0962 924089; fax 0962 924887

e-mail provveditorato@asp.crotone.it

Il Responsabile del procedimento
f.to Sig. Giuseppe Basile

Per accettazione – La Ditta

timbro e firma del Legale Rappresentante



CAPITOLATO TECNICO

Richiesta di Offerta (RDO) per la fornitura n.01 Postazione Tecnica Neonatologica completa di pannello radiante per le Sale Parto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Crotone, con le seguenti caratteristiche minime:

1. Caratteristiche generali

Costruzione in bilaminato spessore mm 20, frontali realizzati in tecnopolimero rigido stampato in unico blocco, spessore minimo mm 20, con maniglia integrata, ignifugo in classe 1, lavabile, disinfettabile, atossico, arrotondato nei bordi e privo di spigoli, trattato con speciali vernici antigraffio additivate con antibatterico. Cerniere con apertura 270°.

Composta da:

- N .1 base sottolavello con ante cieche;
- N.2 base con anta cieca, internamente ripiano;
- N.1 base cassetiera a 4 cassette;
- N .1 piano di appoggio stampato in materiale plastico completo di alzatine perimetrali, angoli e bordi arrotondati, vasca bagnetto dotata di rubinetto miscelatore con comando termostatico, materassino in appoggio sfoderabile in poliuretano espanso rivestito in sky ignifugo dotato di resistenza elettrica per il riscaldamento della superficie di appoggio del neonato, resistenza provvista di sonde di temperature e di un sensore di sicurezza contro eventuali temperature eccessive, sul piano devono essere installate colonne per sostegno lampada di illuminazione di cui una dotata di apparato elettronico di controllo delle varie funzioni del fasciatoio dotato di pulsantiera per impostare il riscaldamento del materassino e inserire i dati del paziente, completo di musiche personalizzate per allietare il neonato.
- N .1 piano in Corian centrale, completo di bilancia pesaneonati.

2. Caratteristiche Tecniche Pannello Radiante

Pannello radiante con riscaldamento e illuminazione, montato su adeguata staffa da ancorare al fasciatoio o allo stativo con movimento assistito.

L'apparecchiatura deve essere equipaggiata di un modulo elettronico a microprocessore, in grado di controllare le modalità riscaldamento con un allarmi ottici e acustici.

Il modulo di controllo digitale dovrà consentire la visualizzazione dei seguenti parametri:

- Modalità di riscaldamento;
- Temperatura del paziente;
- Set della temperatura paziente;
- Indicazione della percentuale di riscaldamento erogato;
- Allarmi.

Funzionamento 220V 50Hz. Apparecchiatura costruita in conformità alle normative CEI 65/5.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 70% (QUALITA') 30% (PREZZO):

CARATTERISTICHE TECNICHE DI VALUTAZIONE		Punteggi Disponibili per Macro Categorie	Punteggi Disponibili per Micro Categorie
1	TELAIO	15	
o	Basamento su telaio in acciaio verniciato dotato di piedini regolabili		15
2	STRUTTURA	15	
o	Scocca realizzata in nobilitato sp20 mm. , dotata di ante e cassettiere in baydur		3
o	Piano di appoggio in plastica ABS, colonna con apparato elettronico di comando, sistema riscaldante per materassino		4
o	Pulsantiera per l'interfaccia con l'operatore, per inserire manualmente i dati del bambino (altezza, temperatura corporea, peso, etc.), ed allietare il neonato con musiche personalizzabili		4
3	CORRISPONDENZA CARATTERISTICHE TECICHE AL CAPITOLATO	15	
4	CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	20	
o	Materassino in SKY ignifugo, riscaldato provvisto di sonde di temperatura e sensore di sicurezza contro eventuali temperature eccessive		15
o	Rubinetto miscelatore con comando termostatico della temperatura dell'acqua		5
5	CONFORMITA'	5	
o	<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva 93/42/CEE così come modificata dalla 2007/47/CE • Direttiva 90/384/CEE • EN 60601-1 • EN 60601-1-2 • EN ISO 14971 • EN 1041 		5

Per accettazione – La Ditta

timbro e firma del Legale Rappresentante