




SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

1282

DETERMINA N° _____/DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Indizione Procedura Negoziata per la fornitura di N. 1 Tavolo Operatorio per impianti di PM e ICD e studi elettrofisiologici per la Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Crotona.
Cod. CIG: 678722319B

25 AGO.2016

In data _____, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotona c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
COORDINAMENTO TECNICO MACRO AREA AMMINISTRATIVA**

PREMESSO che il Direttore della Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero ha avanzato richiesta per l'acquisto di n. 1 Tavolo Operatorio per impianti di PM e ICD e studi elettrofisiologici per la Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotona;
CHE detta richiesta è stata presentata in fase di programmazione degli acquisti per l'anno 2016 ed autorizzata dalla Direzione Generale;
VERIFICATO che la CONSIP S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per l'acquisto del prodotto di cui all'oggetto alle quali poter eventualmente aderire;
VERIFICATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è presente l'articolo richiesto dalla U.O. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero;
RITENUTO, pertanto, di dover indire una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs 50/2016 mediante ricorso al M.E.P.A. per l'acquisto di N. 1 Tavolo Operatorio per impianti di PM e ICD e studi elettrofisiologici per la Unità Operativa di Cardiologia, per una spesa presunta di €. 45.000,00, oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del richiamato decreto;
VISTA la Lettera di invito predisposta dall'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi ed il Capitolato Tecnico;

VISTE le leggi in materia;


DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. INDIRE procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.lgs n. 50/2016, per l'acquisto N. 1 Tavolo Operatorio per impianti di PM e ICD e studi elettrofisiologici per la Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, per una spesa presumibile di Euro 45.000,00 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del richiamato decreto;
2. AUTORIZZARE l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi a procedere all'acquisto per via telematica tramite il Sistema gestito dal MePa, mediante la procedura della Richiesta di offerta (RDO);
3. APPROVARE la lettera di invito predisposta dall'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi ed il Capitolato Tecnico riportante le caratteristiche tecniche del prodotto che, uniti alla presente, ne costituiscono parte integrante;
4. DARE ATTO che la spesa presumibile di Euro 45.000,00 oltre IVA, sarà impegnata al momento dell'aggiudicazione;
5. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;


Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giancarlo Pizzuti




Il Direttore f.f. Ufficio A. B. e S.

Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Area Amm.va

Dott. Francesco Saverio Loria




UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 25 AGO.2016 con protocollo
n. 2186

Il Responsabile del Procedimento

Fig. Francesco Sorvillo



Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

Fig. Francesco Sorvillo





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO"
TEL. 0962-924991/924091 – Telefax 0962-924992
POSTA CERTIFICATA: ufficioabes@asp.crotone.it

RDO per la fornitura di n. 1 Tavolo Operatorio per impianti di PM e ICD e studi elettrofisiologici per la Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Crotone.

LOTTO UNICO

PREZZO A BASE D'ASTA: Euro 45.000,00

COD.CIG. 678722319B

Questa Azienda Sanitaria Provinciale indice una Procedura Negoziata per la fornitura di n. 1 Tavolo Operatorio per impianti di PM e ICD e studi elettrofisiologici per la Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Crotone.

La Ditta che intende partecipare alla suddetta procedura, dovrà presentare offerta in conformità alle caratteristiche tecniche riportate nel Capitolato Tecnico allegato alla presente.

L'offerta dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE – Via Mario Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio" – CROTONE.

Le ditte partecipanti dovranno allegare alla RDO la seguente documentazione:

Documentazione Amministrativa :

- Lettera di invito e Capitolato Tecnico controfirmati per accettazione dal legale Rappresentante della ditta o suo delegato;
- deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del prezzo a base d'asta;
- Impegno di sottoscrizione polizza definitiva in caso di aggiudicazione come per legge.
- Modello sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina del Patto di Integrità, ex art. 1, comma 17, Legge 190/2012;
- Modello compilato e sottoscritto ex art. 53, comma 16-ter, D.Lgs 165/2006;

NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012, la ditta concorrente dovrà sottoscrivere in calce ed ogni sua pagina, il PATTO DI INTEGRITA' allegato alla presente.
Il Patto di integrità verrà richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante.

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come modificato dalla Legge n. 190/2012 il concorrente deve rendere apposita dichiarazione come da modello allegato alla presente.

Documentazione Offerta Tecnica :

- Schede Tecniche e Deplianti del prodotto offerto.
- Relazione allegata alla offerta tecnica con la descrizione dettagliata dei requisiti del prodotto offerto in conformità alle caratteristiche di cui al Capitolato tecnico.

La ditta che intende partecipare a detta procedura può offrire un prodotto equivalente unitamente a relazione dalla quale dimostri che il prodotto è in grado di fornire le prestazioni richieste con il Capitolato tecnico allegato alla presente, detta relazione verrà esaminata dalla Commissione Tecnica.

Documentazione Offerta economica

Nell'offerta economica dovrà essere indicato il costo complessivo dell'apparecchiatura, comprensivo delle spese di trasporto, consegna e messa in opera, nonché manutenzione FULL RISK per un periodo di mesi 24 decorrenti dalla data del verbale positivo del collaudo del prodotto.

AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'Art. 95, comma 2, del D.Lgs. N. 50/2016, a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Per la determinazione del punteggio verrà nominata la Commissione giudicatrice che valuterà le offerte sulla base degli elementi di cui alla seguente griglia:

QUALITA' MAX punti 60

Griglia di valutazione dell'offerta tecnica – PUNTI 60/100	Punteggio
a) CARATTERISTICHE COLONNA	Minimo 0 Max 15

b) CARATTERISTICHE PIANO OPERATORIO	Minimo 0 Max 15
c) CARATTERISTICHE ACCESSORI	Minimo 0 Max 5
d) CARATTERISTICHE CARRELLO TRASPORTATORE	Minimo 0 Max 15
e) MIGLIORIE RISPETTO AL CAPITOLATO	Minimo 0 Max 10

Il punteggio assegnato dalla Commissione giudicatrice verrà inserito al Sistema manualmente.
Si precisa che, non saranno ammessi alla fase finale della gara, i concorrenti le cui offerte non avranno conseguito almeno 36 punti sulla qualità.

PREZZO MAX punti 40

Il prezzo dovrà essere indicato al netto dell'IVA.

Il punteggio economico verrà attribuito all'offerta economica totale calcolata automaticamente dal Sistema applicando la formula non lineare a proporzionalità inversa interdipendente.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

La consegna dovrà avvenire non oltre giorni 20 dalla data della conferma dell'ordine da parte dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda.

Il pagamento avverrà, previo riscontro dell'Ufficio competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura che dovrà, come per legge, essere trasmessa in formato elettronico al seguente codice univoco: **ACIZEO**.

Modalità di consegna e pagamenti

Per la consegna la ditta dovrà contattare ai fini del collaudo il Servizio di Ingegneria Clinica dell'ASP di Crotona.

L'importo offerto si intende comprensivo della fornitura del prodotto con le caratteristiche tecniche indicate in offerta, del trasporto, consegna e collaudo. La Ditta aggiudicatrice si obbliga ad adempiere a quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 "Tracciabilità flussi finanziari", mediante apertura di conto corrente bancario o postale, dedicato ai movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, comunicando alla Amministrazione, ai sensi del suddetto articolo, comma 7, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato

entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Il mancato adempimento di tutto quanto previsto dalla richiamata norma comporterà la risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., senza necessità di costituzione in mora.

Distinti saluti

Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
F.to Dott.ssa Paola Grandinetti

Firma e timbro per accettazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

 1 sottoscritto/a _____ nato/a _____

Il _____, in qualità di Legale Rappresentante della

Ditta _____ con sede in _____ alla
Via/P.zza _____ codice fiscale _____

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni,

DICHIARA

che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 così come modificato dalla Legge n. 190/2012, questa impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

_____ lì _____

In Fede

Timbro e firma

CAPITOLATO TECNICO

Acquisto di n. 1 tavolo operatorio per impianti di PM e ICD e studi elettrofisiologici per la Unità Operativa Complessa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone.

LOTTO UNICO

PREZZO A BASE D'ASTA : Euro 45.000,00

COD.CIG. 678722319B

CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA' OPERATIVE:

N. 1 piano operatorio radiotrasparente:

- tavolo operatorio con piano fisso, in fibra di carbonio completamente trasparente per un ottimale utilizzo dell'amplificatore di brillantezza e dell'arco aC. Il tavolo operatorio deve soddisfare le esigenze di tutte le specialità chirurgiche ove è richiesta la radio trasparenza.
- La fibra di carbonio deve assicurare la radio trasparenza per tutta la lunghezza del piano operatorio.
- Sezione testa per piano vascolare in carbonio completa di cuscino.
- Il piano deve essere dotato di materassino antidecubito.
- Il tavolo operatorio dovrà essere completo di ogni altro accessorio per il normale e corretto utilizzo.

COLONNA

Colonna in acciaio inox con trattamento anticorrosivo montata su base anch'essa in acciaio inox.

- Movimentazioni di tipo elettroidraulico mediante dispositivo di comando integrato su colonna, pulsantiera a cavo, telecomando e pedaliera;
- Ampio movimento verticale;
- Trendelenburg// anti trendelenburg di almeno +/- 30° circa;
- Inclinazione bilaterale di almeno +/- 20° circa;
- Traslazione del piano particolarmente utile per le indagini radiografiche e auto livellamento del piano operatorio;

SISTEMI DI COMANDO

- Presenza di un sistema di comando integrato sulla colonna per consentire tutte le movimentazioni elettriche;

L'effettuazione di tutte le movimentazioni devono essere attivabili attraverso i seguenti sistemi:

- Pulsantiera;
- Telecomando ;

- Pedaliera;
- Sistema che consente il riconoscimento, con conseguente adeguamento di tutte le movimentazioni elettriche quali sezione testa, schiena, gambe, ecc...;
- Presenza di un sistema di emergenza in caso di guasto;
- Capacità di carico 250 Kg;
- Il materiale utilizzato deve consentire una integrale pulizia e sanificazione del tavolo operatorio;
- Predisposto per il collegamento ad i maggiori sistemi di sala operatoria integrata.

CARRELLO

Carrello in acciaio inox

Dotato di 4 ruote piroettanti in grado di garantire la massima manovrabilità in qualsiasi situazione e di freno di stazionamento;

Dotato di quinta ruota direzionale di facile e rapido inserimento/disinserimento in modo da garantire la massima stabilità.

Il tavolo operatorio deve essere conforme alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
