



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

1337

DETERMINA N° \_\_\_\_\_/DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B e S.

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di N. 19 Defibrillatori e N. 35 Aspiratori per le Unità Operative del Presidio Ospedaliero di Crotona.

**LOTTO 1: N.19 Defibrillatori Semiautomatici - Base Asta - EURO 47.500,00 COD.CIG. 7202152BD6;**

**LOTTO 2: N.35 Aspiratori Chirurgici - Base Asta EURO 14.000,00 COD.CIG. 720218898C**

In data 14 SET. 2017, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., sita in Crotona c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
MACRO AREA AMMINISTRATIVA

**PREMESSO**

- che l'art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016 prescrive che le Stazioni Appaltanti prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione delle offerte degli operatori economici;  
- che il Responsabile del Servizio di Rischio Clinico del Dipartimento di Prevenzione, con nota Prot. n. 60489 del 28.06.2017 ha comunicato alla Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Provinciale di aver proceduto ad ulteriore censimento dei defibrillatori in uso nelle UU.OO. e Servizi per

esaminare il fabbisogno effettivo e, di aver rilevato la necessità di acquistare N. 19 Defibrillatori dotati di conversione per interventi pediatrici e di N. 35 Aspiratori per i carrelli di emergenza delle varie UU.OO del Presidio Ospedaliero di Crotona.

CHE detta richiesta è stata autorizzata dal Direttore Generale f.f. pro-tempore;

VISTO il Capitolato tecnico predisposto, su richiesta del Responsabile del Servizio di Rischio Clinico del Dipartimento di Prevenzione, dal Direttore della Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Crotona;

### **PRESO ATTO**

-Che il D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06.07.2012 concernente "disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- Che l'art. 36, comma 6 del D.lgs n. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici prescrive che le Stazioni Appaltanti per lo svolgimento delle procedure al di sotto della soglia di rilievo comunitario possono procedere mediante il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni messo a disposizione dalla CONSIP S.p.A.;

-Che l'art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207, introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e prevede, a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione, un bando ed una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità nonché di capacità economico-finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

-che, pertanto, le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti, sul M.E.P.A. Consip della P.A., di beni e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:

- richiesta di offerta (RDO);
- Ordine diretto di acquisto (ODA);

-Che il ricorso al Mercato Elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e consente alla P.A. di snellire le procedure di acquisizione e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;

**VERIFICATO** che la CONSIP S.p.A. non ha attivato, al momento, Convenzioni per la fornitura dei dispositivi sanitari in oggetto alle quali eventualmente aderire;

### **RITENUTO**

-Che sussistano le condizioni tali da fare ricorso ad una Procedura telematica interamente gestita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RDO) per una spesa complessiva presumibile di €. 61.500,00, da aggiudicarsi, per singolo lotto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. N. 50/2016;

- Che le Stazioni Appaltanti sono tenute al versamento delle tasse di gara in relazione al valore, giusta deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 03-11-2010;
- di individuare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Sig. Giuseppe Basile quale Responsabile del Procedimento;
- di dover approvare, con il presente atto la lettera d'invito predisposta dall'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, il Capitolato tecnico predisposto dal Direttore della Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Crotona;

**Viste** le leggi in materia;


#### DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- 1 AUTORIZZARE l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi a procedere per la fornitura di N. 19 defibrillatori semiautomatici e n. 35 aspiratori per via telematica tramite il Sistema gestito dal M.E.P.A, mediante la procedura della Richiesta di offerta (RDO), per una spesa presumibile di €.61.500,00, da aggiudicarsi, per singolo lotto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2 APPROVARE la Lettera di invito e il Capitolato Tecnico, che acclusi alla presente ne costituiscono parte integrante;
- 3 DARE ATTO che la spesa presumibile di Euro 61.500,00 oltre IVA sarà impegnata al momento dell'aggiudicazione;
- 4 AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria al versamento di Euro 30,00 in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, mediante MAV secondo le modalità di cui alla deliberazione AVCP del 03-11-2010 e s.i.m., previo impegno di spesa sul Conto 501.2.105 del Bilancio e con riferimento al seguente numero di gara: 6845034;
- 5 NOMINARE Responsabile del procedimento il Sig. Giuseppe Basile ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016;


Il Responsabile del procedimento

Giuseppe Basile



Il Direttore f.f. Ufficio A.B. e S.

Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore Dipartimento M.A. Amministrativa

Dott. Francesco Saverio Loria



=====

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


La presente Determina/Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo  
Pretorio dell'Azienda in data 14 SET. 2017 con protocollo  
n. 2375.

Il Responsabile del Procedimento

*Valter Cosentino*



Il Direttore f.f. Ufficio  
Affari legali e Generali  
Dott.ssa Anna Giordano



=====

**UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO"  
TEL. 0962-924991/924091 – Telefax 0962-924992  
POSTA CERTIFICATA: [ufficioabes@asp.crotone.it](mailto:ufficioabes@asp.crotone.it)**

**Lettera di invito alla procedura mediante sistema telematico sul M.E.P.A. della Pubblica Amministrazione, ex art. 36, C. 6, del D.LGS 50/2016 per la fornitura di N. 19 defibrillatori semiautomatici e N. 35 aspiratori per le UU.OO. del Presidio Ospedaliero di Crotone.**

### **Art. 1. Oggetto**

Questa Azienda Sanitaria Provinciale indice una Procedura Negoziata mediante Sistema telematico sul M.E.P.A. CONSIP della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei seguenti articoli:

- Lotto N. 1: N. 19 Defibrillatori semiautomatici - COD.CIG. 7202152BD6;
- Lotto N. 2: N. 35 Aspiratori - COD.CIG. 720218898C;

per varie UU.OO. del Presidio ospedaliero di Crotone per un **importo complessivo a base d'asta di € 61.500,00, oltre IVA.**

### **Art. 2 Modalità di partecipazione**

La Ditta che intende partecipare alla suddetta procedura, dovrà presentare offerta in conformità al Capitolato Tecnico ove sono indicati i quantitativi e le caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti.

Il presente bando è visibile sul profilo del Committente Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone – Albo Pretorio – Bandi di gara, mentre la documentazione di gara richiesta dovrà essere visionata dall'operatore economico sul M.E.P.A. CONSIP della Pubblica Amministrazione.

L'offerta dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE – Via Mario Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio" – CROTONE verranno escluse le ditte non presenteranno la propria offerta sul M.E.P.A. ;

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente lettera di invito.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

### **Art. 3 : Documentazione di gara**

#### **1. Documentazione amministrativa**

2. Le ditte partecipanti dovranno allegare alla RDO la documentazione di seguito riportata.

## **Dichiarazione :**

- dichiarazione indicante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016;
- di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito e relativi allegati, nonché in tutti gli elaborati relativi all'appalto che dovranno essere sottoscritti dal Titolare o Legale Rappresentante della ditta offerente;
- elezione di domicilio ai fini dell'appalto: numeri di recapito telefonico, PEC ove potranno essere inviate comunicazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs 50/2016.
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;

**Le suddette dichiarazioni devono essere soddisfatte previa sottoscrizione del modello A/1 allegato alla presente e devono essere rese e sottoscritte dal titolare o legale rappresentante, procuratore, corredate da una copia fotostatica della carta di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3) del D.P.R. 445/2000.**

## **Documentazione:**

1. Deposito cauzionale provvisorio di cui all'art. 93 del D.lgs 50/2016, pari al 2% dell'importo a base d'asta costituita mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa, oppure fideiussione rilasciata da intermediari finanziari, oppure, qualora il costo della fideiussione dovesse essere inferiore ad Euro 500,00, mediante copia di assegno circolare intestato alla Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Per beneficiare della diminuzione della cauzione prevista al comma 7 dell'art. 93 del D.lgs 50/2016, dovrà essere prodotta in fotocopia autentica la certificazione di qualità;
2. L'operatore economico dovrà comprovare la capacità economica e finanziaria, capacità tecnico professionale con riferimento al combinato disposto di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e dell'allegato XVII Parte I, del d.lgs. n. 50/2016, mediante una o più delle seguenti referenze:

### **Capacità economico e finanziaria**

- a) una idonea dichiarazione bancaria, o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) una dichiarazione concernente il fatturato globale;

### **Capacità tecnica professionale**

- c) Una o più dichiarazioni, con le quale il concorrente produce un elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni, analoghe a quelle del settore oggetto di gara, con indicazione dei

rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;

3. Dichiarazione con la quale la ditta si impegna a consegnare gli articoli entro giorni 15 dalla data dell'ordine;
4. Patto di integrità compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, come da modello allegato (**Allegato A/2**). Il Legale Rappresentante può delegare un proprio procuratore, in tal caso va trasmessa la relativa procura.
5. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come modificato dalla Legge n. 190/2012 il concorrente deve rendere apposita dichiarazione come da modello allegato (**Allegato A/3**).

### **Cause di esclusione e soccorso istruttorio art. 83, comma 9, del D.lgs n. 50/2016 e s.i.m.**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle disposizioni di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

### **3. Documentazione Tecnica**

- Schede tecniche dei prodotti che si intende fornire;
- Depliant e/o Brochure del prodotto offerto, in modo da consentire ai Componenti della Commissione giudicatrice, una compiuta valutazione che ciò che è stato offerto corrisponda a quanto richiesto nel Capitolato tecnico.

### **4. Documentazione economica**

- L'offerta economica va presentata sul modello, allegato **A/4** della presente, con l'indicazione della descrizione del prodotto offerto, il prezzo del lotto a cui si partecipa, nonché l'indicazione del ribasso percentuale (in cifre e lettere) sull'importo della fornitura a base di gara.

### **Art. 4 AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà, per singolo lotto, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Per la determinazione del punteggio verrà nominata la Commissione giudicatrice che valuterà le offerte sulla base degli elementi di cui alla seguente griglia:

### **Lotto 1: N. 20 Defibrillatori semiautomatici**

## **QUALITA' MAX punti 70**

<b>Griglia di valutazione dell'offerta tecnica – PUNTI 70/100</b>	<b>Punteggio</b>
Tempo di analisi e carica;	Minimo 0 Max 15
Dotato di monitor LCD e di algoritmo di valutazione della performance del massaggio cardiaco nella fase di RCP rispondente alle linee guida ERC 2015, con messaggi vocali e scritti, indicazioni visive e suoni a cadenzati per il raggiungimento della giusta profondità e frequenza di massaggio;	Minimo 0 Max 15
Adatto alla defibrillazione di soggetti pediatrici attraverso l'utilizzo di un protocollo di scarica dedicato e di un algoritmo di analisi ECG specifico per questa classe di pazienti;	Minimo 0 Max 10
Durata di conservazione degli elettrodi e grado di impermeabilità alla penetrazione di liquidi e solidi molto elevato;	Minimo 0 Max 10
Elettrodo unico adulto/pediatrico con variazione di settaggio tramite unico tasto;	Minimo 0 Max 15
Software dedicato per la gestione dell'apparecchiatura con indicazione Stato DAE, scadenze batterie ed elettrodi, registro autotest, tramite configurazione wi-fi.	Minimo 0 Max 5

**Il punteggio assegnato dalla Commissione giudicatrice verrà inserito al Sistema manualmente.**

## **PREZZO MAX punti 30**

I prezzi dovranno essere indicati al netto dell'IVA. Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo delle spese di trasporto, consegna, nonché del costo della manutenzione e assistenza **FULL RISK** per un periodo di mesi 24 a decorrere dalla data di messa in opera.

**Il punteggio economico verrà attribuito all'offerta economica totale calcolata automaticamente dal Sistema applicando la formula non lineare a proporzionalità inversa interdipendente.**

**L'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.**

## **Lotto 2: N. 34 Aspiratori**

## **QUALITA' MAX punti 70**



<b>Griglia di valutazione dell'offerta tecnica – PUNTI 70/100</b>	<b>Punteggio</b>
Flusso di aspirazione;	Minimo 0 Max 20
Aspirazione regolabile;	Minimo 0 Max 20
Dimensione;	Minimo 0 Max 5
Equipaggiamento con vuotometro e regolatore di flusso;	Minimo 0 Max 10
Peso	Minimo 0 Max 5
Rumorosità	Minimo 0 Max 5
Motore per alto vuoto e alto flusso;	Minimo 0 Max 5

**Il punteggio assegnato dalla Commissione giudicatrice verrà inserito al Sistema manualmente.**

**PREZZO MAX punti 30**

I prezzi dovranno essere indicati al netto dell'IVA. Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo delle spese di trasporto, consegna.

**Il punteggio economico verrà attribuito all'offerta economica totale calcolata automaticamente dal Sistema applicando la formula non lineare a proporzionalità inversa interdipendente.**

**L'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.**

**Art. 5 : Modalità e termini di consegna**

La consegna dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario con tutta prontezza nel luogo e nel giorno che verrà indicato, o comunque entro il termine massimo di giorni 15 dalla data dell'ordinazione. La consegna per essere efficace dovrà risultare da corrispondente ricevuta indicante qualità, quantità ed importo della merce dopo che sia stata riconosciuta conforme, e dunque accettata.

## **Art. 6 : Fatturazione e pagamenti – Obblighi art. 3 L. 136/2010**

Il pagamento avverrà, previo riscontro dell'Ufficio competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura che dovrà, come per legge, essere trasmessa in formato elettronico al seguente codice univoco: **ACIZEO**.

La Ditta aggiudicatrice si obbliga ad adempiere a quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 "Tracciabilità flussi finanziari", mediante apertura di conto corrente bancario o postale, dedicato ai movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, comunicando alla Amministrazione, ai sensi del suddetto articolo, comma 7, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il mancato adempimento di tutto quanto previsto dalla richiamata norma comporterà la risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., senza necessità di costituzione in mora.

## **Art. 7 : Referente pratica e comunicazione con le imprese**

Le comunicazioni e gli scambi di informazione tra l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi e la ditta offerente avverranno, a mezzo la piattaforma telematica del MEPA-CONSIP nell'apposita sezione comunicazione con gli operatori.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al :

REFERENTE DELLA PRATICA

NOME E COGNOME: Francesco Grandinetti;

tel. 0962 924089; fax 0962 924887

e-mail [provveditorato@asp.crotone.it](mailto:provveditorato@asp.crotone.it)

Il Responsabile del procedimento

F.to Sig. Giuseppe Basile

Per accettazione – La Ditta

---

timbro e firma del Legale Rappresentante



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

### CAPITOLATO TECNICO

**RDO per l'Acquisto di N.19 Defibrillatori Semiautomatici e N.35 Aspiratori Chirurgici per le UU.OO. del Presidio Ospedaliero di Crotone.**

**LOTTO 1 - COD.CIG. 7202152BD6 - N.19 Defibrillatori Semiautomatici -  
Prezzo a base d'asta Euro 47.500,00**

#### **Caratteristiche minime**

- Onda di defibrillazione bifasica, con adattamento attivo all'impedenza del paziente che consenta una defibrillazione a corrente costante nella prima fase dell'onda, efficace anche a basse energie su pazienti ad alta impedenza;
- Batterie non ricaricabili di lunga durata, con possibilità di reperimento semplice anche sul libero mercato, in grado di garantire un'elevata autonomia di funzionamento o di scariche alla massima energia;
- Il defibrillatore deve essere dotato di maniglia di trasporto integrata che consenta una presa sicura dell'apparecchio sia quando il medesimo è inserito nella sua borsa di trasporto, sia quando non lo è;
- Il defibrillatore deve essere dotato di indicatore di stato Pronto all'Uso e preferibilmente di indicazioni sull'operazione di soccorso, in grado di guidare il soccorritore durante tutte le fasi sia antecedenti che successive al posizionamento degli elettrodi sul torace del paziente, con messaggi vocali e visivi di chiara interpretazione, ciò al fine di garantire un utilizzo proprio del dispositivo anche da parte di personale non consueto all'impiego di defibrillatori;
- Algoritmo di valutazione della performance del massaggio cardiaco, in grado di rilevare la qualità delle compressioni del soccorritore nella fase di RCP, sia in termini di profondità che di frequenza. Il dispositivo deve guidare l'operatore all'esecuzione di compressioni corrette, aderenti alle linee guida ERC 2015, con messaggi vocali e scritti, indicazioni visive e suoni a cadenzati per il raggiungimento della giusta profondità e frequenza di massaggio;
- L'apparecchio deve possedere un alto grado di impermeabilità alla penetrazione di liquidi e di solidi (almeno IP55);
- Elettrodi di defibrillazione di alta qualità costruttiva, che consentano un periodo di conservazione elevato;

- Il defibrillatore deve essere in grado di gestire la defibrillazione di soggetti pediatrici mediante l'utilizzo di un protocollo di scarica dedicato e di un algoritmo di analisi ECG specifico per questa classe di pazienti;
- L'apparecchio deve essere dotato di monitor LCD in grado di mostrare i messaggi per l'operatore, la traccia ECG, il livello di compressione durante la fase di RCP, il numero delle scariche erogate ed il tempo trascorso dall'inizio dell'intervento;
- Software dedicato per la gestione delle macchine con indicazione Stato DAE, scadenze batterie ed elettrodi, registro autotest, tramite configurazione Wi-Fi, Test di funzionamento automatici ad intervalli regolari configurabili e comunque una volta al mese, ad ogni accensione, alla fine di ogni intervento (spegnimento) e ad ogni cambio batterie. Deve essere inoltre possibile attivare un autotest manualmente. Gli autotest eseguiti dall'apparecchio devono controllare lo stato di carica delle batterie, la presenza degli elettrodi ed il corretto funzionamento della circuiteria interna all'apparecchio. Inoltre, durante l'autotest, il defibrillatore deve effettuare una scarica interna ad energia ridotta per verificare la piena funzionalità del condensatore.

**LOTTO 2 – COD.CIG 720218898C – N.35 Aspiratori Chirurgici - Prezzo a base d'asta Euro 14.000,00**

**Caratteristiche minime -**

- Motore con pompa a pistone a secco per alto vuoto/alto flusso;
- Rumorosità massima di 65db;
- Flusso Massimo di aspirazione 40l/min;
- Aspirazione massima regolabile -0,8bar-600mmHg;
- Vaso raccolta liquidi da litri 1 (uno) con sistema di troppo pieno;
- Dimensione contenute con maniglia per trasporto;
- Disponibile con vuotometro e regolatore di flusso;
- Set tubi in silicone 6x10 mm. autoclavabili con raccordo conico;
- Sonda di Aspirazione ch20;
- Filtro Antibatterico ed Idrofobico;
- Peso massimo 4Kg.

Ufficio Acquisizione Beni e Servizi  
F.to Sig. Giuseppe Basile

Firma e timbro per accettazione

---