

DETER. N. 1768 /DIP. AMM.VO/ Uff. A.B. e S.

ORIGINALE

OGGETTO: Verifica periodica e manutenzione degli impianti di distribuzione ossigeno installati a bordo delle ambulanze in dotazione al SUEM 118.

In data 17 NOV.2016 nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa, sita in Crotona, Via Mario Nicoletta c/o il Centro Direzionale "Il Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile Unico del Procedimento designato, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AREA AMMINISTRATIVA**

PREMESSO CHE il parco ambulanze attualmente in uso al SUEM 118 dell'ASP di Crotona consiste in numero 7 mezzi: amb. "CHARLIE 4" targa n. DS874ZB, amb. "CHARLIE 5" targa n. DS875ZB, amb. "INDIA" targa ET639GJ, amb. "MIKE" targa n. ET640GJ, amb. "NEONATALE" targa n. EP746DT, amb. "CHARLIE 2" targa n. DY134SP, amb. "CHARLIE 7" targa n. EX294TK;

CHE su ciascuno dei mezzi sopra elencati è installato un impianto di distribuzione ossigeno che deve essere regolarmente verificato e mantenuto ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza di dispositivi medici e attrezzature a bordo di ambulanze utilizzate per il trasporto e la cura di pazienti;

CHE con determina n. 562 del 27/05/2013 questa Amministrazione ha approvato i verbali di aggiudicazione della gara a procedura aperta, espletata dalla Stazione Unica Appaltante Provinciale, per l'affidamento della "Fornitura gas medicinali e tecnici e dei servizi annessi per il Presidio Ospedaliero S. Giovanni di Dio di Crotona" alla Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A., per un periodo di anni cinque, per l'importo complessivo di € 1.989.282,00, di cui € 1.916.182,00 per la fornitura di gas medicinali e tecnici, € 53.100,00 per i servizi annessi - gestione delle segnalazioni e allarmi, tracciabilità dei contenitori mobili, manutenzione degli impianti di distribuzione di gas medicali e pronto intervento - ed € 20.000,00 per oneri per la sicurezza;

CHE in data 2 Agosto 2013 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. N.ro 143/2013, debitamente registrato a Crotone il 19/08/2013, al n.ro 129 serie 1;

CHE, pertanto, la Ditta AIR LIQUIDE SANITA' ha assunto, tra gli altri, il ruolo di MANUTENTORE degli impianti di distribuzione dei gas medicali del P.O. di Crotone, con annessi le incombenze, gli obblighi e le responsabilità civili e penali derivanti da tale ruolo;

CHE, con lettere prot. n. 73772 del 19/07/2016 e n. 90438 del 20/09/2016, il Dirigente responsabile del SUEM 118 ha evidenziato la necessità di procedere alla manutenzione e verifica dei dispositivi medici presenti sulle seguenti ambulanze: amb. "CHARLIE 4" targa n. DS874ZB, amb. "CHARLIE 5" targa n. DS875ZB, amb. "INDIA" targa ET639GJ, amb. "MIKE" targa n. ET640GJ, amb. "NEONATALE" targa n. EP746DT, amb. "CHARLIE 7" targa n. EX294TK;

CHE, in relazione alla suddetta problematica, il Responsabile dell'U.O. F.L.M.S. - Funzione Lavori, Manutenzione e Sicurezza - ha disposto un sopralluogo, da parte di AIR LIQUIDE, sul parco ambulanze, per verificare lo stato degli impianti distribuzione ossigeno ivi installati;

CHE, in data 13/10/2016, in esito al suddetto sopralluogo, la Ditta sopra indicata, ha proposto l'offerta n.ro 384/VMP/fv/sz, acquisita agli atti con prot. in entrata n.ro 101642 del 24/10/2016, relativa a due tipologie di interventi di manutenzione preventiva da eseguire degli impianti di distribuzione ossigeno installati a bordo delle ambulanze, come da tabella sottostante, riportante le operazioni di manutenzione e la frequenza d'intervento proposte per ogni singola autoambulanza:

Tipologia di intervento	Periodicità	Operazione di Manutenzione
A	Ogni 12 mesi	<p>Verifica che il vano dell'alloggiamento delle bombole mantenga i requisiti igienico-sanitari (pulizia) necessari al corretto funzionamento del dispositivo.</p> <p>Ispezione visiva e generale del dispositivo "Impianto di Distribuzione O2 nelle Autoambulanze" che comprende: verifica integrità dei riduttori e controllo data scadenza; sostituzione o-ring alta pressione riduttori; verifica integrità o-ring bassa pressione; verifica pulizia filtro riduttore di pressione (se esterno); verifica scadenza tubazione; verifica integrità manometro bassa pressione; verifica integrità scambiatore (se presente), controllo completo della funzionalità e fissaggio del dispositivo; verifica perdite; controllo funzionale riduttore di pressione (se presente); controllo funzionamento e fissaggio valvola scambiatrice; verifica serraggio flessibili; verifica funzionale manometri; verifica di funzionalità e tenuta unità terminali.</p>
B	Ogni 24 mesi (o in caso di guasto)	<p>In aggiunta a quanto previsto nelle manutenzione annuale, per lo svolgimento di tale attività si effettuerà:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sostituzione filtro riduttore di pressione (se esterno),• Sostituzione o-ring bassa pressione (se presente),• Verifica integrità meccanica tubi flessibili,• Controllo meccanico valvola scambiatrice,• Sostituzione parti interne unità terminali.

alle seguenti condizioni economiche:

Tipologia d'intervento	Descrizione Servizio	UdM	Prezzo	IVA
A	Manutenzione Preventiva	Autoambulanza	€ 430,00	22%
B	Manutenzione Preventiva	Autoambulanza	€ 550,00	22%

e con il seguente piano manutentivo:

Id	Denominazione	Targa Veicolo	Piano Manutentivo		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	CHARLIE 4	DS 874 ZB	TIPO A	TIPO B	TIPO A
2	CHARLIE 5	DS 875 ZB	TIPO A	TIPO B	TIPO A
3	INDIA	ET 639 GJ	TIPO A	TIPO B	TIPO A
4	MIKE	ET 640 GJ	TIPO A	TIPO B	TIPO A
5	NEONATALE	EP 746 DT	TIPO A	TIPO B	TIPO A
6	CHARLIE 7	EX 294 TK	TIPO A	TIPO B	TIPO A

per un periodo di anni tre ed un importo complessivo di € 8.460,00 (€ 1.410,00/amb.) oltre IVA;

CONSIDERATO che la DIRETTIVA 93/42/CEE recepita in Italia con il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, classifica gli Impianti di Distribuzione dei Gas Medicali come DISPOSITIVI MEDICI di CLASSE II B;

CHE i dispositivi medici utilizzati dal personale medico e infermieristico all'interno delle Ambulanze sono attrezzature di lavoro e, pertanto, il loro uso è soggetto alle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo I, del Decreto Legislativo n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";

CHE il Decreto sopra richiamato prevede agli artt. 15 e 71 l'obbligo per il datore di lavoro di eseguire la regolare manutenzione attrezzature ed impianti e, all'art. 70, l'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature che siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto;

ATTESO, pertanto, che si rende necessario procedere alla verifica ed alla manutenzione degli impianti in questione nel rispetto delle normative tecniche vigenti ed in particolare delle norme UNI 11100:2011 "Guida all'accettazione e alla gestione degli impianti di distribuzione dei gas medicali e del vuoto e degli impianti di evacuazione dei gas anestetici", EN ISO 7396-1:2013 "Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto"; UNI EN 1789:2014: "Veicoli medici e loro attrezzature - Autoambulanze";

DATO ATTO che il servizio di verifica e manutenzione degli impianti installati a bordo delle ambulanze rientra tra le "attività extra-canone", di cui all'art. 17 del C.S.A.;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 3 del Contratto d'appalto e dell'art. 17 del C.S.A., all'approvazione dell'offerta tecnica ed economica n. 384/VMP/fv/sz, acquisita agli atti con prot. in entrata n.ro 101642 del 24/10/2016, Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A., relativa alla verifica periodica e manutenzione preventiva degli impianti di distribuzione ossigeno installati a bordo delle ambulanze in dotazione al SUEM 118, per un importo di € 8.460,00, oltre IVA al 22 % pari a € 1.861,20, per un importo complessivo di € 10.312,20;

VISTO il contratto d'appalto Rep. N.ro 143/2013, stipulato tra le parti in data 2 Agosto 2013;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTI il d.lgs. n. 163/2006 e il d.lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A


Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

1. APPROVARE, ai sensi dell'art. 3 del Contratto d'appalto e dell'art. 17 del C.S.A., l'offerta della Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A., acquisita in atti con prot. in entrata n.ro 101642 del 24/10/2016, relativa alla verifica periodica e manutenzione preventiva degli impianti di distribuzione ossigeno installati a bordo delle ambulanze in dotazione al SUEM 118, per un importo di € 8.460,00, oltre IVA;
2. DARE ATTO che la spesa annua per il canone di manutenzione, pari a € 2.850,00 per l'anno 2016, € 3.300,00 per l'anno 2017 ed € 2.850,00 per l'anno 2018, oltre IVA al 22 % pari a € 1.861,20, per un importo complessivo di € 10.312,20, graverà sul conto n. 503.5.101 del Bilancio corrente e sul Centro di Costo n. 2a.3 "Emergenza Sanitaria Territoriale" - CIG. N. 47483649EC;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Programmazione Economica e Finanziaria ad emettere i mandati di pagamento, nei limiti degli importi dovuti, previo ricevimento fattura e formale comunicazione dell'avvenuta regolare esecuzione del servizio, da parte del Responsabile Unico del Procedimento.


Il Responsabile del Procedimento – Resp. U.O. F.L.M.S.:
Ing. Ivan Giuseppe Solano



Il Responsabile dell'Uff. Acquisizione Beni e Servizi:
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Macro Area Amm.va
Dr. Francesco Saverio Loria



UFFICIO AFFARI GENERALI

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 17 NOV.2016 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 3042 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, li 17 NOV.2016

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

~~Il Direttore f.f. Ufficio~~

~~Affari Generali e Legali~~

~~Dr.ssa Anna GIORDANO~~

Valter Cosentino

