



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

**CROTONE**



**REGIONE CALABRIA**

DETERMINA N° 1800 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Off. A.B. e S.

Oggetto: Indizione procedura negoziata per l'acquisto di n. 3 lampade scialitiche per il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Crotone.  
CIG 6871595B92

In data 24 NOV.2016, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, sita in Crotone, di Via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

#### IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Direttore della UOC Chirurgia Generale ha evidenziato la necessità della sostituzione delle lampade scialitiche presenti nel blocco operatorio, avendo un'incidenza guasti molto elevata e difficoltà di illuminazione durante le sedute operatorie;

CHE con nota prot. CAPS/ASP/2016/0049 del 01-08-2016, il referente della A.T.I. EBM-CAI SERVICE, ha evidenziato lo stato di obsolescenza delle suddette lampade;

CHE con nota prot. n. 25676 del 02-09-2016 è stato trasmesso il Capitolato Tecnico riportante le caratteristiche di minima delle apparecchiature richieste, predisposto dal Direttore della Unità Operativa, sulla quale ha apposto in calce l'autorizzazione il Direttore del Dipartimento di Chirurgia e Specialità Chirurgiche;

CHE con nota prot. n. 90728 del 21-09-2016 il Commissario Straordinario ha comunicato alla Stazione Unica Appaltante la necessità dell'espletamento della gara per l'acquisto di n. 3 lampade scialitiche per il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Crotone, per un importo presunto di Euro 140.000,00;

CHE l'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante, con nota prot. n. 348997 del 21-11-2016, ha autorizzato questa ASP ad espletare la gara;

VERIFICATO che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato Convenzioni per la fornitura delle apparecchiature di cui all'oggetto;

RITENUTO, pertanto, che si debba fare ricorso ad una Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. N. 50/2016, per l'acquisto di n. 3 lampade scialitiche, per una spesa presumibile di Euro 140.000,00, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso ai sensi dell'art. 95, comma 2 del richiamato decreto;

VISTA la lettera d'invito ed il Capitolato Tecnico predisposti dall'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi riportante le caratteristiche delle apparecchiature;

VISTO l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. N. 50/2016, che consente alle Stazioni Appaltanti di effettuare gli acquisti, per via elettronica e telematica interamente gestiti dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, attuando la procedura della Richiesta di Offerta (RDO);  
VISTE le leggi in materia;

#### DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:


1. INDIRE procedura negoziata per l'acquisto di n. 3 lampade scialitiche per il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Crotona, per una spesa presumibile di Euro 140.000,00, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. AUTORIZZARE l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi a procedere all'acquisto per via telematica tramite il Sistema gestito dal MEPA, mediante la procedura della Richiesta di offerta (RDO);
3. APPROVARE la lettera d'invito ed il Capitolato Tecnico riportante le caratteristiche delle apparecchiature, che uniti alla presente, ne costituiscono parte integrante;
4. DARE ATTO che la spesa presumibile di Euro 140.000,00 oltre IVA sarà impegnata al momento dell'aggiudicazione;
5. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti;

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Giancarlo Pizzuti




---

Il Direttore f.f. Uff. Acquisizione Beni e Servizi  
Dott.ssa Paola Grandinetti



---

Il Direttore del Dipartimento Area Amm.va  
Dott. Francesco Saverio Loria



---


UFFICIO AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge  
all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 24 NOV.2016 con protocollo  
n. 3085.


Il Responsabile del Procedimento

**Valter Cosentino**



---

Il Direttore f.f. Ufficio  
Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Anna Giordano



---



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE**



**UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO"  
TEL. 0962-924091 – Telefax 0962-924992  
E-mail: provveditorato@asp.crotone.it**

**RDO acquisto di n. 3 lampade scialitiche per il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone.**

**PREZZO A BASE D'ASTA: € 140.000,00 – CIG 6871595B92**

Questa Azienda Sanitaria Provinciale indice una Procedura Negoziata per la fornitura di n. 3 lampade scialitiche per il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Crotone.

La ditta che intende partecipare alla suddetta procedura, dovrà presentare offerta, con allegate le schede tecniche e la descrizione dettagliata dei requisiti in conformità alle caratteristiche minime di cui al Capitolato Tecnico allegato alla presente.

Si chiede, pertanto, di voler predisporre offerta tecnica con allegate le schede del prodotto, la descrizione dello stesso, le specifiche tecniche e dimensioni e tutte le informazioni necessarie per valutare il prodotto offerto.

#### **Normativa anticorruzione**

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012, la ditta concorrente dovrà sottoscrivere in calce ed ogni sua pagina, il PATTO DI INTEGRITA' allegato alla presente.

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il Patto di integrità verrà richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 così come modificato dalla Legge n. 190/2012 il concorrente deve rendere apposita dichiarazione come da modello allegato alla presente.

Le ditte partecipanti dovranno allegare alla RDO la seguente documentazione:

#### **Documentazione Amministrativa:**

- Lettera di invito e Capitolato Tecnico controfirmati per accettazione dal legale Rappresentante della ditta o suo delegato;
- Deposito cauzionale provvisorio di € 2.800,00, pari al 2% del prezzo a base d'asta;
- Impegno di sottoscrizione polizza definitiva in caso di aggiudicazione come per legge;

- Modello sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina del Patto di Integrità, ex art. 1, comma 17, Legge 190/2012;
- Modello compilato e sottoscritto ex art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001;

**Documentazione OFFERTA TECNICA :**

- Schede Tecniche e Deplianti dei prodotti offerti.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Per la determinazione del punteggio verrà nominata la Commissione giudicatrice che valuterà le offerte sulla base degli elementi di cui alla seguente griglia:

**QUALITA' MAX punti 60**

<b><u>Punteggio Qualità</u></b>	<b><u>60/100</u></b>
<b>Caratteristiche illuminotecniche:</b> Luminosità, temperatura di colore, indice resa cromatica ecc	Punti min 5 max 20
<b>Ergonomia e facilità di utilizzo:</b> Sistema di controllo lampade, comandi sterili e non sterili, possibilità di integrazione con sistemi di gestione integrata di sala	Punti min 3 max 15
Automatismi per la diminuzione delle ombre, descrivere funzionamento e parametri di luminosità residua con: 1 maschera, 2 maschere, 1 maschera con tubo, 2 maschere con tubo	Punti min 3 max 15
<b>Telecamera:</b> Tecnologia e risoluzione, installazione in ambedue i corpi illuminanti a scelta del personale di sala secondo esigenze operatorie	Punti min 2 max 10

**Le ditte che non raggiungeranno il minimo di 36 punti non saranno ammesse alle fasi successive di gara. Il punteggio assegnato dalla Commissione giudicatrice verrà inserito al Sistema manualmente.**

**PREZZO MAX punti 40**

I prezzi dovranno essere indicati al netto dell'IVA. Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo del costo della garanzia per un periodo di mesi 36 **FULL RISK**.

**Il punteggio economico verrà attribuito all'offerta economica totale calcolata automaticamente dal Sistema applicando la formula non lineare a proporzionalità inversa interdipendente.**

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

La consegna dovrà avvenire non oltre giorni 10 dalla data della conferma dell'ordine da parte dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi.

Il pagamento avverrà, previo riscontro dell'Ufficio competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura che dovrà, come per legge, essere trasmessa in formato elettronico al seguente codice univoco: **ACIZEO**.

### **Modalità di consegna e pagamenti**

La consegna delle apparecchiature dovrà essere effettuata presso la Struttura interessata previo accordo con il servizio di Ingegneria Clinica.

L'importo offerto si intende comprensivo della fornitura degli articoli con le caratteristiche tecniche indicate in offerta, del trasporto e della consegna.

La Ditta aggiudicatrice si obbliga ad adempiere a quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 "Tracciabilità flussi finanziari", mediante apertura di conto corrente bancario o postale, dedicato ai movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, comunicando alla Amministrazione, ai sensi del suddetto articolo, comma 7, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il mancato adempimento di tutto quanto previsto dalla richiamata norma comporterà la risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., senza necessità di costituzione in mora.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Giancarlo Pizzuti

Firma e timbro per accettazione

---

**ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

**resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000**

  I   sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di Legale  
Rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_ con sede  
in \_\_\_\_\_ alla Via/P.zza \_\_\_\_\_ codice  
fiscale \_\_\_\_\_

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni,

**DICHIARA**

che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 così come modificato dalla Legge n. 190/2012, questa impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**In Fede**

\_\_\_\_\_  
**Timbro e firma**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

**CROTONE**



**REGIONE CALABRIA**

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

**UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**  
**Via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio" 88900 Crotona**  
**Tel. 0962-924091 – Telefax 0962-924992**  
**E-mail: [provveditorato@asp.crotone.it](mailto:provveditorato@asp.crotone.it)**

### **CAPITOLATO TECNICO per l'acquisto di n. 3 lampade scialitiche**

**PREZZO A BASE D'ASTA: € 140.000,00 – CIG 6871595B92**

#### **CARATTERISTICHE DI MINIMA:**

Lampada scialitica gemellare ad alta tecnologia di illuminazione tramite led, con sistema di due corpi: gemellari ancorati ad un unico punto di rotazione e terzo braccio per la sospensione di un monitor tipo TFT video da 26" incluso, design aerodinamico per diminuire le turbolenze dovute al riscaldamento dell'aria circostante.

La lampada dovrà essere equipaggiata da braccio pensile porta utenze elettriche e gas medicali con raggio di azione ampio, almeno 2300 mm per permettere ogni tipo di posizionamento. Consolle tecnica con 5 prese elettriche singolarmente protette, 6 gas medicali (ossigeno, aria med., aria tec., protossido, vuoto, evacuazione). Piano di appoggio per elettrobisturi.

#### **Caratteristiche tecniche corpo lampada principale:**

Capacità di illuminamento a 160 Klux, con indice resa del colore superiore o uguale a 96 Ra. Temperature di colore regolabile nel più ampio range possibile con incremento della temperatura nullo. Il diametro di focalizzazione dovrà essere compreso tra 150 mm e 260 mm con dispositivo automatico di mantenimento dello stesso in relazione alla distanza tra campo operatorio e corpo lampada scialitica; dotazione di funzione riconoscimento corpi solidi tra corpo lampada e campo operatorio che automaticamente mantenga la luminosità costante; dotazione di funzione riconoscimento corpi solidi tra corpo lampada e campo operatorio che automaticamente mantenga la luminosità costante; la regolazione dell'intensità luminosa dovrà avvenire tramite controllo posto a bordo scialitica con regolazione della intensità luminosa dal 10 al 100%. Elevata profondità di illuminazione, elevata diluizione delle ombre rispetto alla normalità di riferimento, predisposizione per inserimento di una telecamera HD 1 pz inclusa con 2000000 pixel, con tecnologia Wire Less al centro dei 2 corpi illuminanti. La durata delle fonti luminose dovrà essere almeno di 50000 ore, massima manovrabilità dei corpi illuminanti e manipoli sterilizzabili.

Completa di trasformatori di alimentazione e dispositivi di commutazione automatica sulla linea di sicurezza, completa di piastre di ancoraggio che si dovranno interfacciare a quelli esistenti.

Garanzia 36 mesi.

Firma e timbro per accettazione

---