

UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via M.Nicoletta presso Centro Direzionale "Il Granaio" 88900 CROTONE
P.Iva - 01997410798
TRASMISSIONE FAX

IN CASO DI RICEZIONE NON CHIARA CONTATTARE IL SIG. BASILE
TEL. 0962/ 924984 - FAX 0962/ 924985 -

DESTINATARIO / SEND TO _____

C.A. _____

Fax _____

COMMENTI / comments

Con la presente si richiede preventivo offerta per la fornitura di
N° 2 Defibrillatori portatili, con le caratteristiche descritte nell'allegato "A".

Il preventivo offerta, con allegati deplianti illustrativi e caratteristiche tecniche, dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo trasparente, dopo che il Titolare o Legale Rappresentante della ditta abbia apposto la propria firma sui lembi di chiusura; entro le ore 12,00 del giorno **26 Aprile 2012**, presso l'Ufficio Protocollo Generale - Centro Direzionale "Il Granaio" - Via M. Nicoletta (angolo Via G. di Vittorio) scala **B- porta B1** - 88900 - Crotone. (si precisa che l'accesso al Pubblico presso il suddetto Ufficio è consentito dalle ore 11,00 alle ore 13,00).

In calce all'offerta la ditta dovrà dichiarare che la consegna ed installazione avverrà entro 10 giorni lavorativi dall'ordine.

La busta dovrà recare all'esterno, ben visibile, la seguente dicitura:
"Ufficio A.B. e S. - PREVENTIVO FORNITURA DEFIBRILLATORI - MEDICINA D'URGENZA/ PRONTO SOCCORSO.-"

L'Aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta conveniente da questa Azienda.

Il pagamento avverrà entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione delle fatture, dopo i riscontri del Competente Ufficio.-

Distinti saluti

IL RESPONSABILE UFFICIO A.B. e S.
(Dott. Pietro INGAROZZA)

1.11.12
DOTT.

CARATTERISTICHE DEFIBRILLATORE

- Defibrillatore portatile manuale e semiautomatico, bifasico, con monitor LCD a colori ad alta risoluzione;
- Onda di fibrillazione rettilinea bifasica, energia massima 200j, protocollo di scarica configurabile incrementale o fisso;
- Completo di sistema di aiuto alla RCO con sensore integrato negli elettrodi adesivi ed indicazione a video per migliorarae la profondità e la frequenza delle compressioni;
- Completo di stimolazione transtoracica con onda di 40 ms a corrente costante;
- Alimentatore/caricabatteria integrato e batteria al litio ricaricabile estraibile e sostituibile senza l'impiego di attrezzi;
- Completo di piastre rigide con piastre pediatriche incorporate;
- Monitoraggio ECG con cavo a 3 e poli;
- Autotest periodici con test di scarica automatico ad alta energia;
- Completo di modulo SpO2 con tecnologia MASIMO.

