

CAPITOLATO TECNICO

Richiesta di Offerta (RDO) per la fornitura N° 24 Carrelli di Emergenza per le UU.OO. ad alto rischio clinico del Presidio Ospedaliero di Crotone:

Caratteristiche generali

L'attrezzatura offerta deve soddisfare i requisiti di leggerezza, resistenza, estrema maneggevolezza negli spostamenti e nell'utilizzo dei suoi componenti, facilità nella pulizia.

Il Carrello dovrà essere composto nel modo sotto indicato:

- Maniglie di spinta per trasporto posizionate su entrambi i lati;
- Ripiano fisso di 60/65 cm. munito apposito scomparto per Pallone Ambu;
- N°1 struttura superiore porta accessoria 2 barre, comprendenti almeno 8/10 vani porta oggetti (ciascuno di cm.15 almeno in altezza, 10-12 cm. di larghezza) dislocati su 2 piani, con facile apertura, cioè dispenser per materiali muniti di sistema first-in/first-out;
- N° 2 vaschette porta oggetti poste sotto la struttura dispenser;
- Ripiano porta monitor Multiparametrico – Defibrillatore sul lato sinistro;
- N.5 Cassetti porta presidi muniti ciascuno di adeguati separatori interni (almeno 60-65 X 30-35 cm.);
- Vano portarifiuti sul lato destro con raccoglitore grigliato per sondini di aspirazione;
- Vano rifiuti speciali, sempre sul lato destro;
- Vano porta bombola munito di apposite cinghie per l'ancoraggio;
- Vano/Sostegno per il dispositivo di aspirazione munito di presa a muro per il vuoto;
- Cassetto/Vano per apparecchiatura CPAP;
- Cassetto/Vano per drenaggio toracico;
- Tavola reclinabile per RCP.

PREDISPOSIZIONE CASSETTI

CASSETTO 1: suddiviso con appostiti separatori in almeno 10-12 vani di larghezza ed altezza adeguate all'accoglimento di presidi medici in scatola;

CASSETTO 2: suddiviso su 2 livelli con almeno 5 vani su ogni livello;

CASSETTO 3: suddiviso in almeno 7-8 vani ;

CASSETTO 4: suddiviso in almeno 6-8 vani;

CASSETTO 5: suddiviso in almeno 6-8 vani.

Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
F.to Dott.ssa Paola Grandinetti

Firma e timbro per accettazione
