

CAPITOLATO TECNICO

Richiesta di Offerta (RDO) per la fornitura di n.02 Holter Pressori e n.01 Sistema di Acquisizione e Refertazione per Holter ECG Dinamico e Holter Pressorio per l'ambulatorio di Cardiologia della Struttura Sanitaria Territoriale di Cutro, dell'ASP di Crotone., con le seguenti caratteristiche minime:

Lotto 1 - N.02 Holter Pressori - COD.CIG. Z082330CDE – BASE ASTA €. 7.500,00

1. Caratteristiche generali registratore P.A. 24/48 ore

- Dimensioni compatte;
- Peso inferiore ai 200 gr. (batterie comprese);
- LCD grafico retroilluminato;
- Munù multilingue o italiano;
- Capacità di almeno 330 misurazioni;
- Metodo di misurazione sia auscultatorio che oscillatorio;
- Durata misurazione di 24/48 ore;
- Intervallo di misurazione 30....300 mmHg;
- Frequenza cardiaca 25....300 bpm;
- Il software di gestione deve mostrare il cronogramma dell'esame e relativa tabella per la pressione sistolica, diastolica, media e frequenza cardiaca;
- Valori mediati delle variabili del programma, rappresentate in forma di cronogramma e torte per dare sia l'indicazione dell'andamento temporale che della distribuzione oraria dei valori delle misure;
- Muniti di bracciali Small (per bambini e adulti di piccola taglia); bracciali Medium (per adulti); bracciali Large (per adulti obesi).

PUNTEGGIO TECNICO

1	Caratteristiche generali del sistema e metodo di misura della pressione e relative prestazioni.	MAX. 30 PT.
2	Praticità d'uso, programmazione diretta sul dispositivo e/o tramite collegamento dello stesso a PC.	MAX. 05 PT.
3	Sicurezza dei dati: inserimento dei dati del paziente sul dispositivo al fine di una corretta identificazione.	MAX. 05 PT.
4	Caratteristiche Meccaniche: peso e dimensioni.	MAX. 10 PT.
5	Caratteristiche del Sistema di Alimentazione: pile e/o batterie ricaricabili e relativa autonomia d'uso.	MAX. 05 PT.
6	Caratteristiche dell'Interfaccia Utente: Display e Comandi Diretti.	MAX. 05 PT.

7	Caratteristiche dell'Applicazione da un punto di vista clinico: Tipologia di Elaborazioni eseguibili e report.	MAX. 05 PT.
8	Caratteristiche dell'Applicazione da un punto di vista informatico: Connettività e Flessibilità.	MAX 05 PT.

Lotto 2 - N.01 Stazione Refertante - COD.CIG. Z70241F087 – BASE ASTA €. 6.500,00

1 Caratteristiche generali

- Fino a 7/10 giorni di registrazioni ripetibili di ECG battito su battito;
- Lettura piena dell'ECG, con registrazione a 3 canali;
- Nessun cavo che possa causare artefatti;
- Sensore adesivo non invasivo;
- Le registrazioni ECG possono essere analizzate dagli Analizzatori;
- Le registrazioni ECG possono essere trasmesse via INTERNET per consultazione o servizio diagnostico
- Indicato per pazienti con pregresso TIA o ICTUS per la ricerca accurata della Defibrillazione Atriale;
- Indicato per pazienti da sottoporre ad Ablazione pre e post intervento;
- Indicato per pazienti che hanno disturbi del ritmo cardiaco che possono verificarsi poco frequentemente rendendone difficile rilevazione della sintomatologia;
- Indicato per pazienti con bisogno di maggiore mobilità e di monitoraggio completo anche prolungato;
- Completo di n.02 moduli wireless multi sensore per la registrazione, memorizzazione e trasmissione dei dati bio-fisiologici; i sensori devono permettere la rilevazione dei dati elettrofisiologici; devono essere riutilizzabili; devono essere costituiti da un processore di elaborazione del segnale; memoria di massa, convertitore analogica-digitale e completi di custodia appositamente progettata che ne assicuri una connessione a prova di umidità tra sensore sulla pelle e componenti elettronici, ma che ne consenta allo stesso tempo manipolazione ed uso semplice, così che la sicurezza di funzionamento sia garantita senza ulteriori strumenti;
- N.28 Cerotti adesivi completi di sensore e fonte di energia per la rilevazione dei dati elettrofisiologici;
- Lettore per la trasmissione dati ECG dal modulo di registrazione a PC;
- Software per la gestione dati paziente.

PUNTEGGIO TECNICO

1	Tecnologia;	MAX. 20 PT.
2	Peso registratore;	MAX. 10 PT.
3	Dimensioni registratore;	MAX. 10 PT.
4	Capacità di registrazione in giorni;	MAX. 20 PT.
5	Compliance paziente;	MAX. 10 PT.

Il Responsabile del procedimento
f.to Sig. Giuseppe Basile

Per accettazione – La Ditta

timbro e firma del Legale Rappresentante