

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Procedura Negoziata per la fornitura di n. 4 elettrocardiografi per il l'Unità Operativa di Pronto Soccorso e OBI del Presidio Ospedaliero di Crotone.

Questa Azienda Sanitaria Provinciale indice gara a procedura negoziata per la fornitura di n. 4 elettrocardiografi aventi le caratteristiche tecniche minime precisate nell'allegato "A", per l'Unità Operativa di Pronto Soccorso e OBI del Presidio Ospedaliero di Crotone.

Le ditte interessate dovranno presentare la propria offerta per come segue:

l'offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12 del giorno 31 gennaio 2014** all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP, via Mario Nicoletta – CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO"–Scala B–Piano 3° int. B1–88900 CROTONE.

Il plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante, oltre all'indirizzo del mittente e del destinatario, dovrà recare, ben visibile, la seguente dicitura: "UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI – OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N.4 ELETTROCARDIOGRAFI PER L'UNITA' OPERATIVA DI PRONTO SOCCORSO E OBI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CROTONE".

All'interno del plico dovranno essere inserite n. 2 buste, opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con scritto "**Contiene Documentazione Amministrativa**" e "**Offerta Economica**".

Il plico "documentazione amministrativa" dovrà contenere dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante attestante:

- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività in oggetto;
- l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quarter) del D.Lgs. 163/06;
- la regolarità degli adempimenti INPS-INAIL (DURC);
- deposito cauzionale provvisorio nei modi di legge di €. 160,00, pari al 2% dell'importo massimo complessivo;
- copia della presente lettera di invito firmata dal legale rappresentante della ditta offerente;

La mancanza di uno dei documenti richiesti comporterà l'inappellabile esclusione dalla gara.

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del DLgs n. 163/2006.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

Il pagamento avverrà, previo riscontro dell'Ufficio competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle fatture all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP.

Distinti saluti

Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Paola Grandinetti

Caratteristiche Elettrocardiografi

1. Alimentazione a rete e batteria;
2. 6/12 canali a 12 derivazioni standard/ Cabrera;
3. Visualizzazione sul display impedenza elettrodi;
4. Tastiera Soft-Touch di tipo capacitativo e tasti alfanumerici;
5. Display grafico a led retroilluminato da almeno 4" per la visualizzazione real-time ad un PC del segnale ECG con apposito software;
6. Canali di stampa 3/3 + R / 6/12;
7. in opzione il dispositivo dovrà poter memorizzare almeno 200 esami completi senza la necessita di poter stampare;
8. Calcolo automatico dei principali parametri ECG, integrato nel sistema;
9. Impedenza di ingresso su ogni elettrodo inferiore a 100Mhom;
10. Risposta in frequenza inferiore a 4db;
11. protezione defibrillazione interna e riconoscimento Pacemaker come da norme vigenti;
12. Filtri da disturbi di rete inferiore a 4db;
13. Interfaccia di comunicazione con PC, Bluetooth classe I o tecnologia similare;
14. stampante scrivente di tipo termica con altezza di stampa superiore a 105 mm;
15. batteria interna con autonomia da almeno 90 minuti,
16. Completo di carrello e braccio.