

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Procedura Negoziata per la fornitura di un portatile per il monitoraggio dell'ossido nitrico esalato e n. 100 boccagli monouso per l'Unità Operativa di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Crotone.

Questa Azienda Sanitaria Provinciale indice gara a procedura negoziata per la fornitura di un portatile per il monitoraggio dell'ossido nitrico esalato avente caratteristiche tecniche minime precisate nell'allegato "A" e n. 100 boccagli monouso.

Le ditte interessate dovranno presentare la propria offerta per come segue:

l'offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore

12 del giorno 10 febbraio 2014 all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP, via Mario Nicoletta – CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO" – Scala B – Piano 3° int. B1 – 88900 CROTONE.

Il plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante, oltre all'indirizzo del mittente e del destinatario, dovrà recare, ben visibile, la seguente dicitura: "UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI – OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UN PORTATILE PER IL MONITORAGGIO DELL'OSSIDO NITRICO ESALATO E N. 100 BOCCAGLI MONOUSO PER L'UNITA' OPERATIVA DI PEDIATRIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CROTONE".

All'interno del plico dovranno essere inserite n. 2 buste, opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con scritto "**Contiene Documentazione Amministrativa**" e "**Offerta Economica**".

Il plico "documentazione amministrativa" dovrà contenere dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante attestante:

- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività in oggetto;
- l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quarter) del D.Lgs. 163/06;
- la regolarità degli adempimenti INPS-INAIL (DURC);
- deposito cauzionale provvisorio nei modi di legge di €. 100,00, pari al 2% dell'importo massimo complessivo;
- schede tecniche e depliant illustrativi di quanto offerto in lingua italiana.

La mancanza di uno dei documenti richiesti comporterà l'inappellabile esclusione dalla gara.

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo complessivo più basso, ai sensi dell'art. 82 del DLgs n. 163/2006.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

Il pagamento avverrà, previo riscontro dell'Ufficio competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle fatture all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio A. B. e S.
f.f. Dott.ssa Paola Grandinetti



UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
TEL. 0962-924885 – Telefax 0962-924887

ALLEGATO A

CAPITOLATO TECNICO

Requisiti Monitor ossido nitrico

Monitor portatile leggero, accurato e semplice da utilizzare anche in età pediatrica e su soggetti poco collaboranti, conforme alle linee guida ATS/ERS per la misurazione dell'ossido nitrico esalato. L'apparecchio deve essere dotato di sensore elettrochimico che garantisce test illimitati nell'arco della sua durata, almeno di 12 mesi, e di calibrazione automatica prima di ogni test.

Deve essere corredato da almeno 100 bocccagli monouso.