

UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Tel. 0962/924885 – fax 0962/924887

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Procedura Negoziata per la fornitura in Service di un sistema automatico in micro piastra per l'effettuazione degli esami di allergia, con relativo materiale di consumo, per mesi dodici e/o fino all'aggiudicazione del lotto specifico richiesto nella Gara SUA Regionale.

Questa Azienda Sanitaria Provinciale indice gara a procedura negoziata per l'acquisizione, in Service, di un sistema automatico in micro piastra avente le caratteristiche tecniche indicate in nell'allegato "A" alla presente, con relativo materiale di consumo per mesi dodici, per l'effettuazione degli sottoelencati esami di allergia per il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Crotone.

Il sistema deve garantire l'esecuzione del seguenti test per un periodo di mesi dodici:

DESCRIZIONE TEST	TEST ANNUO
IgE Totali	N. 3.000
Reast IgE Specifiche	N. 6.000
Set di Calibrazione per Reast IgE Specifiche	N. 6.000
Allergeni Specifici Biotillinati	N. 6.000
CCD Determinanti Carboldrati Cross-Reattivi	N. 100
Tpa	N. 500
Nse	N. 500
Cromogramma	N. 500
Anti LKM	N. 800
Abtms Anti microsomiali (Tmab)	N. 1.000
Anti DS-DNA elisa	N. 1.500
ANA	N. 800
Anca/mpo	N. 800
Anti pr3 (Anca)	N. 800
Caga IgG	N. 500
Antitransglutaminasi IgA	N. 500
Antitransglutaminasi IgG	N. 500
HE4	N. 200
Cyfra 21	N. 200
Ca 72-4	N. 200
Crosslap Siero	N. 200

Le ditte interessate dovranno presentare la propria offerta per come segue:

L'offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12:00 del 23 maggio 2014** all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP, via M. Nicoletta - CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO" - Scala B - Piano 3° Int. B1 - 88900 CROTONE.
Il plico oltre all'indirizzo del mittente e del destinatario, dovrà recare, ben visibile, la seguente dicitura: "UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, IN SERVICE, DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI ALLERGIA CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO ANALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CROTONE".

All'interno del plico dovranno essere inserite n. 3 buste, opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con scritto **"Contiene Documentazione Amministrativa", "Contiene Documentazione Tecnica" e "Offerta Economica"**.
1. Il plico "documentazione amministrativa" dovrà contenere:

- a. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante dalla quale risulti:
 - la iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività in oggetto;
 - l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quarter) del D.Lgs. 163/06
 - la regolarità degli adempimenti INPS-MAIL (DURC);
 - Dichiarazione dalla quale risulti che la ditta, in caso di aggiudicazione, garantirà compresa nel prezzo di fornitura l'assistenza full-risk per 12 mesi e Assistenza Specialistica in loco dalla data del collaudo;
 - b. Deposito cauzionale provvisorio nei modi di legge, di €. 400,00 pari al 2% del valore a base d'asta di €. 20.000,00;
 - c. Copia del presente bando e dei relativi allegati firmati dalla ditta;
2. Documentazione da inserire nell'offerta tecnica:
 - Depiants e schede tecniche dell'apparecchiatura offerta, in lingua italiana;
 - Fotocopia dell'offerta riportante la composizione dell'apparecchiatura omettendo, ovviamente, di riportare i prezzi;
 - Relazione Tecnica nella quale vengono illustrati tutti gli elementi ritenuti utili per una completa valutazione.
3. Offerta economica:
 - La ditta nel prezzo dell'apparecchiatura offerta dovrà comprendere il costo della manutenzione full-risk e Assistenza Specialistica in loco per 12 mesi dalla data di collaudo.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'Art. 83 del D.Lgs. N. 163/06 , a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base degli elementi di seguito riportati:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

10	Caratteristiche del software: semplicità organizzazione liste lavoro, archiviazione dati, gestione e archiviazione controlli di qualità.
10	Ridotto numero di manutenzioni e interventi da parte degli operatori.
10	Semplicità d'uso: passaggi operativi guidati a video, possibilità di eseguire contemporaneamente più analisi per singola seduta di lavoro, possibilità di caricare a bordo reattivi secondo layout predefinito dall'operatore.
10	Semplicità ed economicità della gestione dei reattivi, controlli e calibratori.
10	Tempi d'intervento.
10	Tempi di risoluzione.

Non verranno giudicate idonee le offerte che avranno totalizzato un punteggio complessivo di qualità inferiore a 36 punti su 60

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PREZZO - MAX 40 PUNTI

PREZZO: verrà preso a riferimento il miglior prezzo offerto. Al prezzo più basso verranno attribuiti 40 punti ed alle altre offerte verrà applicato il punteggio inversamente proporzionale in base alla formula:

Valore dell'offerta considerata: valore della migliore offerta = 40:X

Dove "X" rappresenta il punteggio attribuito per singolo lotto di riferimento.

Risulterà vincitrice la ditta che avrà conseguito il maggior punteggio prezzo/qualità globale.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.


L'Azienda si riserva, la facoltà di recesso del contratto qualora la Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria dovesse, nel contempo, aggiudicare nuova gara.

La consegna, installazione e collaudo dell'apparecchiatura dovrà avvenire entro gg. 15 dall'ordine.

Il pagamento della fattura, che dovrà essere emessa dopo l'avvenuto collaudo, avverrà entro sessanta giorni dalla data di ricezione all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP.



Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



ALLEGATO "A"

CAPITOLATO TECNICO:

Tale sistema deve possedere un analizzatore automatico in micro piastra, con doppio ago, in grado di processare contemporaneamente 6 micropiastre a temperatura e tempi di incubazione diversi. La strumentazione fornita dovrà permettere l'esecuzione dei dosaggi in automazione. Dovrà essere garantito, da parte della ditta aggiudicataria, il supporto scientifico ed applicativo con personale specializzato, anche mediante corsi per gli utilizzatori. Per tutto quanto offerto dovrà essere garantito l'eventuale aggiornamento tecnologico. Dovranno essere prodotte le schede di sicurezza per reattivi, controlli e calibratori. Tutto il materiale di consumo, ed eventuali reattivi, non espressamente indicati nell'offerta e comunque necessari all'effettuazione degli esami indicati dovranno essere forniti, in sconto merce, dalla ditta aggiudicataria. La ditta fornitrice, per tutta la durata del periodo contrattuale, s'impegna ad effettuare con spese a proprio carico oltre alla manutenzione correttiva, anche gli interventi di manutenzione preventiva previsti dal costruttore e le verifiche di sicurezza in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di guasto dello strumento, il primo intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere garantito entro 24 ore dalla chiamata. La risoluzione del guasto dovrà essere garantita entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata.

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, si registrasse da parte della ditta aggiudicataria la comparsa sul mercato di prodotti e/o materiali e/o metodiche con caratteristiche innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati, la stessa ditta aggiudicataria dovrà fornire il nuovo prodotto, in sostituzione di quello aggiudicato, alle medesime condizioni economiche.