

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Procedura Negoziata per la fornitura di un laser Yag per l'Unità Operativa di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Crotone.

Questa Azienda Sanitaria Provinciale indice gara a procedura negoziata per la fornitura di un laser Yag con le caratteristiche indicate in allegato "A" per l'Unità Operativa di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Crotone.

Le ditte interessate dovranno presentare la propria offerta per come segue:

l'offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12 del giorno 10 giugno 2015** all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP, via Mario Nicoletta – CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO" – Scala B – Piano 3° int. B1 – 88900 CROTONE. Il plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante, oltre all'indirizzo del mittente e del destinatario, dovrà recare, ben visibile, la seguente dicitura: "UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI – OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UN LASER YAG PER L'UNITA' OPERATIVA DI OCULISTICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CROTONE".

All'interno del plico dovranno essere inserite n. 2 buste, opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con scritto "**Contiene Documentazione Amministrativa**" e "**Offerta Economica**".

Il plico "documentazione amministrativa" dovrà contenere dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante attestante:

- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività in oggetto;
- l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quarter) del D.Lgs. 163/06;
- la regolarità degli adempimenti INPS-INAIL (DURC);
- deposito cauzionale provvisorio nei modi di legge di €. 600,00, pari al 2% del valore a base d'asta di €. 30.000,00;
- schede tecniche e deplianti illustrativi di quanto offerto in lingua italiana.

La mancanza di uno dei documenti richiesti comporterà l'inappellabile esclusione dalla gara.

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo complessivo più basso, ai sensi dell'art. 82 del DLgs n. 163/2006.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

Il pagamento avverrà entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle fatture inviate in formato elettronico all'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, cod. ACIZEO, accompagnate dai Verbali di collaudo e ordine.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Giancarlo Pizzuti

Il Responsabile dell'U. A. B. e S. f.f.
f.to Dott.ssa Paola Grandinetti

ALLEGATO "A"

Caratteristiche tecniche yag laser

- Modalità di emissione: SuperGaussiana.
- Diametro spot: minore o uguale a 10 micron.
- Break-down ottico (in aria): uguale o inferiore a 2,5 mJ.
- Valori di energia necessari per capsulotomie ed iridectomie: da 0,5 a 7,0 mJ.
- Minima energia singolo impulso: almeno 0,3 mJ.
- Massima energia singolo impulso: almeno 10 mJ.
- Durata singolo impulso: almeno 3-4 ns.
- Defocalizzazione regolabile su + 150/-150 micron tra fuoco Yag e fuoco mira.
- Laser di mira: diodo con mira a 4 punti di focalizzazione ed almeno 10 intervalli di regolazione della intensità luminosa.
- Lampada a fessura a sistema Galileiano con 5 fattori di ingrandimento con ottica di qualità ad elevata trasmittanza. Osservazione stereoscopica ad ottica parallela.
- Speciale sistema di accoppiamento Yag all'interno del corpo del microscopio.
- Joystick della lampada a fessura con pulsante di comando dell'impulso laser integrato e pedale di comando.
- Filtri di illuminazione e filtro di protezione dell'operatore.
- Tavolo asimmetrico elettrico per garantire agevole accessibilità a portatori di handicap.
- Pannello comandi: retroilluminato, orientabile e posizionabile a discrezione dell'operatore per una migliore visibilità dei parametri ed ergonomia di lavoro.
- Completo di vetro Abraham per capsulotomia e per iridotomia ed occhiali di protezione.