

Via Mario Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio" – 88900 Crotona

**COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE
DI PRODOTTI ESCLUSIVI E BENI INFUNGIBILI
Delibera N. 191 del 26.05.2016**

In conformità a quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC sul ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture ritenute esclusive ed infungibili o prodotti dedicati, ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, questa Commissione al fine di esprimere il proprio parere sull'apposita scheda di valutazione, procede ad eseguire le indagini di mercato per la trasparenza preventiva, al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso, vi siano altri operatori economici fornitori dei prodotti di seguito indicati:

AVVISO

- Prodotto di interesse : **Toul Steristay + Toul Operio mobile + filtri sterili.**
- Operatore economico individuato : **C & B Medical S.r.l.s. di Gioia Tauro (RC).**
- Descrizione del prodotto richiesto (indicare caratteristiche tecniche): **Vedi allegato "A".**
- Quantità da acquistare : **n. 1 Toul Steristay + n. 1 Toul Operio mobile + n.400 filtri sterili.**

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa Commissione, mediante l'Ufficio Acquisizioni Beni e Servizi dell'Azienda, l'interesse alla eventuale partecipazione ad una procedura di gara per la fornitura dei prodotti di cui sopra. A tal fine gli operatori economici dovranno predisporre un plico controfirmato e sigillato contenente la dichiarazione circa la possibilità di fornire tutti i prodotti richiesti, nonché in apposita busta anch'essa controfirmata e sigillata dovranno essere inseriti i depliant illustrativi del prodotto con la descrizione delle caratteristiche tecniche. Detto plico dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12:00** del giorno **23/01/2017** all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP, Via Mario Nicoletta – CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO" – Scala B – Piano 3° int. B1 – 88900 CROTONE, dovrà riportare oltre all'indirizzo del mittente e del destinatario, ben visibile la seguente dicitura: "UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI – INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI Toul Steristay + Toul Operio mobile + filtri sterili.

Si precisa che gli Operatori economici che manifesteranno interesse alla presente indagine non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'acquisto del bene.


Il Direttore f.f. Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Paola Grandinetti





Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

A L L E G A T O " A "

Oggetto: Richiesta Generatore di Flusso Laminare per sala operatoria completo di membrana sterile monouso

Generatore di Flusso Laminare, dispositivo medico di classe 1, mantiene la sterilità dello strumentario chirurgico e del campo operatorio per tutta la durata dell'intervento. Aspira l'aria dell'ambiente circostante facendola passare attraverso una membrana sterile monouso sterilizzata a raggi gamma ed uno schermo a flusso d'aria laminare HEPA H14 che la genera sterile e priva di turbolenze. Deve garantire valori di classe ISO 5 in sala operatoria. Deve essere dotato di un sistema che registra tramite barcode l'effettivo utilizzo in sala operatoria. Deve essere dotato di tavolino porta strumenti. Montato su carrello con 4 ruote indipendenti di cui 2 con freno. Dimensioni e peso contenuto non superiore ai 45 kg. Altezza max del flusso laminare regolabile 170cm. Lunghezza 60cm circa e profondità 25cm circa. Dotato di indicatore per zona sterile a raggio laser classe 3R. Deve essere conforme alle disposizioni della direttiva sui dispositivi medici 93/42 EEC. Deve soddisfare lo standard EN 60601-1-1-2 sulla compatibilità elettromagnetica e conforme alla normativa EN 60601-1:1998 ed EN1441.