

Via Mario Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio" – 88900 Crotone

**COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE
DI PRODOTTI ESCLUSIVI E BENI INFUNGIBILI**
Delibera N. 191 del 26.05.2016

In conformità a quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC sul ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture ritenute esclusive ed infungibili o prodotti dedicati, ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, questa Commissione al fine di esprimere il proprio parere sull'apposita scheda di valutazione, procede ad eseguire le indagini di mercato per la trasparenza preventiva, al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso, vi siano altri operatori economici fornitori dei prodotti di seguito indicati:

AVVISO

- Prodotto di interesse : **Kit drenaggio toracico, kit nutrizione parentale e somministrazione farmacologica, kit per ipotermia neonatale.**
- Operatore economico individuato : **META S.r.l. di Cosenza (CS).**
- Descrizione del prodotto richiesto (indicare caratteristiche tecniche): **vedi allegato "A".**
- Quantità da acquistare : **n. 10 + 50 + 200.**

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa Commissione, mediante l'Ufficio Acquisizioni Beni e Servizi dell'Azienda, l'interesse alla eventuale partecipazione ad una procedura di gara per la fornitura dei prodotti di cui sopra. A tal fine gli operatori economici dovranno predisporre un plico controfirmato e sigillato contenente la dichiarazione circa la possibilità di fornire tutti i prodotti richiesti, nonché in apposita busta anch'essa controfirmata e sigillata dovranno essere inseriti i depliant illustrativi del prodotto con la descrizione delle caratteristiche tecniche. Detto plico dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12:00** del giorno **06/10/2017** all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP, Via Mario Nicoletta – CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO" – Scala B – Piano 3° int. B1 – 88900 CROTONE, dovrà riportare oltre all'indirizzo del mittente e del destinatario, ben visibile la seguente dicitura: "UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI – INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI Kit drenaggio toracico, kit nutrizione parentale e somministrazione farmacologica, kit per ipotermia neonatale.

Si precisa che gli Operatori economici che manifesteranno interesse alla presente indagine non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'acquisto del bene.

Il Direttore f.f. Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Raola Grandinetti



A L L E G A T O " A "

	<i>Prodotto</i>	<i>F. Annuo</i>
1	<p>KIT per drenaggio toracico completo: di un drenaggio tre quarti in P.V.C. trasparente da 8 French lunghezza 8 cm; un paio di guanti in lattice; un rotolo di nastro adesivo largo 75 mm ; una sacca in plastica; una valvola doppia per aspirazione; un bisturi monouso; due aghi da sutura cutanea; un ago lunghezza 38 mm G18; un ago lunghezza 15 mm G 25 , un ago lunghezza 38 mm G 21, un ago lunghezza 90 mm G 18; un ago lunghezza 38 mm G 20, due siringhe da 10 ml, pinze per garze, garze 10 x 10 cm, tamponi , vaschette ; telino 60 x 50 cm</p>	10
2	<p>Kit per nutrizione parenterale e somministrazione farmacologica , composto da: catetere venoso centrale neonatale con accesso periferico in poliuretano ,termosensibile, radiopaco avente diametro 1 French mandrinato completo di prolunga in poliuretano integrata lunghezza massima 8 cm introdotto con tecnica "Seldinger" mediante un introduttore ago cannula di 24 G avente lunghezza 20 mm ; pinze neonatali curve; pinze porta tamponi, forbici Neonatali, telo finestrato 40x40 cm , medicazioni 4 x 4 cm , teli di dimensioni 45x70 cm , pinze neonatali diritte, pinze porta tamponi , laccio emostatico neonatale, una siringa da 10 ml , compresse di garza 7,5 x 7,5 cm 8 strati batuffoli di garza, salviette assorbenti, busta di Steri - Strip piccole Ciotole da 60 ml due metri graduati.</p>	50
3	<p>Kit per l'ipotermia neonatale composto da: sacche sterili in doppio strato di polietilene trasparente , strato esterno 50 µm e strato interno 30 µm, complete di cappuccio regolabile e di schiuma pre-formata in poliuretano per stabilizzare la posizione del neonato e diminuire la perdita di calore per conduzione ; le sacche richieste devono essere dotate di un'apertura centrale e devono essere assolutamente trasparenti per consentire il monitoraggio del colorito della pelle del neonato e dei suoi atti respiratori. Le dimensioni dei dispositivi : 38x30cm per i neonati di peso inferiore a 1Kg; 44x38cm per i neonati aventi un peso compreso tra le 2,5Kg 50x38 cm per i neonati aventi peso superiore ai 2,5 Kg</p>	200