

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto: Procedura Negoziata per la fornitura di un Sistema Polisonnografico per l'Unità Operativa di Fisiopatologia Respiratoria del Presidio Ospedaliero di Crotona.

Questa Azienda Sanitaria Provinciale deve procedere all'acquisto di un polisonnografo avente le specifiche tecniche come in "allegato A".

Ove Codesta ditta intenda concorrere, unitamente all'offerta in busta chiusa e sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, in un ulteriore plico dovrà far pervenire quanto segue:

1. Certificato Camerale provvisto della dicitura "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1965, n. 575 e successive modificazioni", di data non anteriore a sei mesi;
2. Dichiarazione del termine massimo di consegna della suite non superiore a trenta giorni;
3. Fotocopia del presente avviso e del Capitolato Tecnico sottoscritti per accettazione dal Titolare o Legale Rappresentante della ditta;
4. Deposito cauzionale di € 140,00, pari al 2% del valore complessivo massimo dell'offerta;
5. Schede tecniche dell'apparecchio offerto.

La mancanza di uno dei documenti richiesti comporterà l'inappellabile esclusione dalla gara.

Il plico contenente l'offerta economica e quello contenente la documentazione richiesta, dovranno essere inseriti in un terzo plico, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dal Titolare o Legale Rappresentante della ditta e dovrà recare il nominativo ed indirizzo del mittente e, ben visibile, la seguente dicitura:

"UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - OFFERTA SISTEMA POLISONNOGRAFO PER L'UNITA' OPERATIVA DI FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA".

Detto plico dovrà pervenire entro le ore **12.00 del giorno 31/05/2013** ed essere indirizzato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona e recapitato all'Ufficio Protocollo Generale, presso il Centro Direzionale "IL GRANAIO" - via M. Nicoletta, scala B, piano 3° - interno B 1 -88900 Crotona.

L'accesso al pubblico presso il suddetto Ufficio è consentito dalle ore 11.00 alle ore 12.30 dei giorni feriali escluso sabato.

AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura avverrà ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m. in favore dell'offerta più bassa.

L'ASP si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, entro dieci giorni dalla richiesta dell'ASP, alla costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della fornitura, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo aggiudicato.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito in uno dei seguenti modi:

1. Assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
2. Fidejussione Bancaria;
3. Polizza fideiussoria rilasciata dalle Compagnie all'uopo autorizzate.

La fattura della fornitura dovrà pervenire dopo il definitivo collaudo.

Il pagamento avverrà entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP dopo i riscontri del Competente Ufficio.

In caso di controversia, il Foro di Crotone è l'unico competente per territorio.

Per eventuali, ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Acquisizioni Beni e Servizi,

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
Acquisizioni Beni e Servizi
Dott. Pietro INGAROZZA



UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
TEL. 0962-924885 - Telefax 0962-924887

CAPITOLATO PER L'ACQUISTO DI POLISONNIGRAFO PER L'U.O.D. DI FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA

Requisiti di sistema polisonnografico per lo studio del sonno in età adulta e pediatrica

Sistema polisonnografico compatto, leggero, portatile per l'identificazione delle patologie respiratorie del sonno, che consenta acquisizione, analisi e refertazione dei seguenti parametri sia in pazienti adulti, sia in pazienti in età pediatrica:

Flusso Respiratorio Nasocannula
Flusso Respiratorio oro-nasale con Termistore
Pressione CPAP/BiLevel
Movimento Toracico con tecnologia pletismografica induttiva
Movimento Addominale con tecnologia pletismografica induttiva
Sforzo Respiratorio Impedenziometrico (studi neonatali)
Russamento
Posizione Corporea
Derivazione ECG
6 Derivazioni EEG
2 Derivazioni EOG
2 Derivazioni EMG
Movimento gamba DX
Movimento gamba SX
SaO2
Frequenza polso
Curva Pletismografica
Qualità del segnale SaO2
Ingresso AC/DC per segnali esterni

Il sistema dovrà essere dotato di display integrato per controllare status di tutti i sensori per la verifica delle impedenze e degli elettrodi, - Visualizzazione in tempo reale dei segnali in acquisizione, - Indicazione dello status delle batterie.

Il sistema dovrà consentire la programmazione di inizio e durata della registrazione.

Il sistema completo di software di analisi effettuata sia con i criteri R&K (Rechtschaffen and Kales) che con i nuovi AASM (American Academy of Sleep Medicine) e nuove linee guida AASM.

Il software dovrà permettere all'operatore di modificare le soglie, le condizioni di calcolo e la durata degli eventi per modificare quanto, eventualmente, rilevato dall'analisi automatica.

